



## **AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA**

**PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA (ME.PA) N.1025835 PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.1 STATIVO PENSILE PER ENDOSCOPIA ED ANESTESIA E N.2 STATIVI PENSILI PER ENDOSCOPIA, PER L'U.O.C DI GASTROENTEROLOGIA - IMPORTO A BASE D'ASTA EURO 105.000,00 OLTRE IVA CIG.6440781C9C.**

### **Verbale del 24.05.16**

L'anno **2016**, il giorno **ventiquattro (24)** del mese di **maggio**, alle ore 15:00, in Cosenza, Via San Martino, presso l'U.O.C Gestione Forniture, Servizi e Logistica, sono presenti:

1. **Dott. Teodoro Gabriele** – Presidente – Direttore U.O.C. Gestione Forniture, Servizi e Logistica;
2. **Geom. Pasquale Gullo** – componente esperto – Collaboratore Tecnico dell'U.O.C. Gestione Infrastrutture e Patrimonio;
3. **Dr. Antonio Sabatino** – componente esperto – Dirigente Medico dell'U.O.C. di Gastroenterologia;

costituenti la Commissione abilitata a procedere all'apertura dei plichi contenenti la documentazione ed alla conseguente aggiudicazione della fornitura di cui alla gara in oggetto, giusta **determinazione del Direttore U.O.C. G.F.S.L n.383 /14**, che si richiama senza allegarla.

Il Presidente, constatata la perfetta costituzione della Commissione e preso atto dell'assenza di conflitto di interesse da parte dei succitati componenti, dei quali nessuno ha espresso l'obbligo di astensione ex legge n.190/12, dichiara aperta la seduta.

### **PREMESSO**

**Che** con nota n.1962/15 il Direttore dell'U.O.C. Gestione Infrastrutture e Patrimonio ha richiesto l'attivazione della procedura di gara per la fornitura e posa in opera di n.1 Stativo Pensile per Endoscopia ed Anestesia e n.2 Stativi Pensili per Endoscopia, per l'U.O.C di Gastroenterologia, trasmettendo contestualmente il capitolato tecnico predisposto dal Direttore della citata U.O.C. sanitaria;

**Che** il Direttore Generale ne ha autorizzato l'acquisto in calce alla citata nota n.1962/15;

**Che** è stata accertata l'assenza sul portale CONSIP di convenzioni attive per la fornitura del predetto materiale;

**Che** ai sensi del D.L. 95/2012, il citato approvvigionamento rientra nella previsione delle procedure di gara elettroniche mediante RDO Consip;

**Che** pertanto, mediante piattaforma Consip si è provveduto ad invitare a formulare offerta tutte le ditte presenti nel relativo bando (ARREDI104), giusta RDO n.1025835, con il criterio di



aggiudicazione della gara ai sensi dell'Art.83 del D.L.vo N.163/2006, ovvero in favore dell'offerta economica mente più vantaggioso, prevendendo l'assegnazione di un punteggio di n.60 punti per la qualità e n.40 punti per il prezzo;

**Che** il termine di presentazione delle offerte è stato fissato entro le ore 12,00 del giorno 22.12.2015;

**Che** in data 22.12.2015 - alle ore 12,05 – Sulla piattaforma Consip sono risultate presenti le offerte delle seguenti Ditte: **1)BERMAN; 2)TRUMPF Med Italia srl; 3)SOSTEL srl; 4)MEDICAL SERVICE di Giovanni Petrucci; 5) DEMAR Hospital srl.**

La Commissione, in data 14.01.16, **HA PROCEDUTO**, per il tramite dell'U.O. Economato, alla visione e esame della documentazione amministrativa presentata dalle ditte partecipanti, ammettendole, con riserva, tutte al prosieguo di gara;

In tale seduta, la Commissione **HA APERTO E VISIONATO** le schede tecniche presentate dalle partecipanti;

Successivamente, la Commissione **HA CONSEGNATO** le schede tecniche delle ditte in gara, ai componenti esperti, Dr. Antonio Sabatino e Geom. Pasquale Gullo, per la redazione della relazione tecnico-qualitativa, con la relativa assegnazione dei punteggi di qualità;

In data 07.03.16, la Commissione **HA PRESO ATTO ED APPROVATO** la relazione tecnico-qualitativa rilasciata dai componenti esperti, allegata al presente verbale, nella quale sono stati attribuiti alle concorrenti in gara i seguenti punteggi di qualità:

Concorrente	Punteggio Totale
DEMAR Hospital	54,00
SOSTEL	40,00
BERMAN	36,00
TRUMPF Med Italia	34,00
MEDICAL SERVICE	27,00

Successivamente alla notifica della suddetta relazione tecnico-qualitativa le ditte BERMAN, SOSTEL e MEDICAL SERVICE hanno inoltrato mezzo ME.PA delle richieste di chiarimento e riesame della stessa;

In data 09.05.16, i componenti tecnici riscontrando i predetti chiarimenti hanno accolto parzialmente le eccezioni delle società BERMAN e SOSTEL, rivendendo il punteggio tecnico assegnato per come di seguito riportato ed allegato;

Concorrente	Punteggio Totale
DEMAR Hospital	54,00





<b>SOSTEL</b>	<b>44,00</b>
<b>BERMAN</b>	<b>40,00</b>
<b>TRUMPF Med Italia</b>	<b>34,00</b>
<b>MEDICAL SERVICE</b>	<b>27,00</b>

La Commissione in data 11.05.16 **HA PROCEDUTO** a visionare le offerte economiche presentate dalle ditte in gara, per come sotto riportato;

<b>Concorrente</b>	<b>Offerta senza iva</b>	<b>Punteggio Economico</b>
<b>DEMAR Hospital</b>	<b>Euro 78.999,00</b>	<b>37,22</b>
<b>SOSTEL</b>	<b>Euro 77.420,00</b>	<b>37,97</b>
<b>BERMAN</b>	<b>Euro 73.500,00</b>	<b>40,00</b>
<b>TRUMPF Med Italia</b>	<b>Euro 85.700,00</b>	<b>34,31</b>
<b>MEDICAL SERVICE</b>	<b>Euro 77.500,00</b>	<b>37,94</b>

La Commissione, di seguito, **HA PRESO ATTO** della graduatoria elaborata dal portale ME.PA. e di seguito riportata:

<b>Concorrente</b>	<b>Punteggio Totale</b>
<b>DEMAR Hospital</b>	<b>91,22</b>
<b>SOSTEL</b>	<b>81,97</b>
<b>BERMAN</b>	<b>80,00</b>
<b>TRUMPF Med Italia</b>	<b>68,31</b>
<b>MEDICAL SERVICE</b>	<b>64,94</b>

La Commissione, sempre in data 11.05.16, **HA PRESO ATTO** che il portale ME.PA. ha segnalato come anomala l'offerta migliore, quella presentata dalla DEMAR HOSPITAL, **PROCEDENDO**, con l'ausilio del RUP di gara, a richiedere le giustificazioni ex art.88 D.Lgs n.163/06.

La cennata Società, tramite il portale ME.PA, in pari data ha riscontrato la predetta richiesta, presentando memoria giustificativa dell'offerta formulata, allegata al presente verbale;

In data 17.05.16, sono state richieste dalla Commissione di gara, tramite il portale ME.PA ulteriori specificazioni alla ditta DEMAR Hospital;

La Commissione all'unanimità, in data odierna, **PRENDE ATTO** della nota della citata Società, allegata al presente verbale, con la quale è stato meglio specificato il prezzo formulato in gara, ritenuto congruo dalla stessa;

La Commissione, per quanto sopra esposto, all'unanimità, **CONFERMA** l'aggiudicazione provvisoria della gara di che trattasi in favore della ditta **"DEMAR HOSPITAL srl" di Catona**



(RC) che ha formulato un'offerta complessiva di euro **78.999,00, iva esclusa**, come riportato integralmente nel Riepilogo delle operazioni di gara elaborato dal ME:PA e parte integrante del presente verbale.

Non essendovi altro di cui discutere, la seduta si chiude alle ore 16:00.

LCS

I Componenti

Dott. Teodoro Gabriele

Dr. Antonio Sabatino

Geom. Pasquale Gullo

## VALUTAZIONE COMPLESSIVA

DITTA	BERMAN	DEMAR HOSPITAL	MEDICAL SERVICE	SOSTEL SRL	TRUMPF MED ITALIA
Caratteristiche Tecniche (20 Punti)	8	19	9	8	11
Periodo Garanzia (5 punti)	5	3	3	4	3
Tempi intervento (5 Punti)	2	5	1	2	3
adeguamento strutturale (punti 15)	8	13	11	15	6
adeguamento impiantistico (punti 5)	3	5	1	5	4
tempi consegna (punti 5)	5	4	1	2	3
cronoprogramma (5 punti)	5	5	1	4	4
<b>Totale</b>	<b>36</b>	<b>54</b>	<b>27</b>	<b>40</b>	<b>34</b>

luu

21/11/11

## Griglia per la Valutazione delle Caratteristiche Tecniche

DITTA	CARATTERISTICHE FRENI	ERGONOMIA	ROTAZIONE	MIGLIORIE	TOTALE PUNTEGGI
BERMAN	Sistema pneumatico	Scarsa disegno antiquato, pulsantiera comandi scarsamente funzionale ripiani angusti	330		8
DEMAR HOSPITAL	Sistema di freni passivi elettromagnetici, che garantisce il posizionamento del pensile anche in caso di interruzione di tensione e permette comunque in qualsiasi momento lo spostamento	Ottima, sistema modulare per eventuale upgrade, pulsanti colorati, Ripiani ampi, non fornisce altri accessori che potrebbero essere utili per l'endoscopia	350	Sistema a LED regolabile come fonte di luce indiretta situato nella parte superiore del braccio e nella parte inferiore della consolle, garantiscono una illuminazione adeguata durante le procedure con vantaggi in termini di sicurezza e	19
MEDICAL SERVICE	Sistema pneumatico	Scarsa, pulsantiera e maniglie posta in posizione non facilmente accessibile che rende difficoltose le manovre	340	Luci Led integrate ma opzionali per una facile individuazione degli ostacoli e per garantire	9
SOSTEL SRL	Sistema pneumatico	Scarse, disegno non attuale, il pensile appare in un unico blocco con scarse possibilità di modularità e non sembra che sia fornito con le mensole. accessibilità dei pulsanti e delle maniglie difficoltosa Sembra che il pensile, dalla documentazione fornita, è scarsamente idoneo per le necessità dell'endoscopia	330	Non fa alcun riferimento a strutture di endoscopia dove sono stati installati.	8
TRUMPF MED ITALIA	Sistema pneumatico	Buona con sistema modulare del pensile, pulsanti colorati frontali	330		11

*Car*

*Val*



## MOTIVAZIONI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO AL CRITERIO PROGETTO E ADEGUAMENTO STRUTTURALE

### **DEMAR**

punteggio 13

Da quanto desunto dalle descrizioni riportate dalla DEMAR, si ritiene che il tipo di intervento di rinforzo strutturale del solaio mediante l'applicazione di lamine di rinforzo in FRP di fibra di carbonio garantisce e aumenta la capacità portante complessiva del solaio, anche in previsione di eventuali altre installazioni future, l'incremento di carico e l'invasività risultano trascurabili, tempi delle lavorazioni al piano superiore sostanzialmente minimi, interferenze con le attività sanitarie minime.

### **BERMAN**

punteggio 8

Da quanto desunto dalle descrizioni riportate dalla BERMAN, non è previsto alcun rinforzo strutturale del solaio, è prevista l'installazione di un sistema a piastra e contropiastra con sandwich sulla soletta mediante lo svellimento del pavimento e rimozione totale del massetto nelle stanze di degenza al piano superiore, l'aumento del peso risulta moderato, l'invasività per i lavori al piano superiore e le interferenze con le attività sanitarie risultano elevate.

### **TRUMPF MED**

punteggio 6

Da quanto desunto dalle descrizioni riportate dalla TRUMPF MED, non è previsto alcun rinforzo strutturale del solaio, è prevista l'installazione di un sistema a piastra e contropiastra con sandwich sulla soletta, non è descritta alcuna lavorazione al piano superiore per il posizionamento della piastra, l'aumento del peso risulta moderato, l'invasività per i lavori al piano superiore che si presume debbano necessariamente effettuarsi e le interferenze con le attività sanitarie risultano elevate.



### MEDICAL SERVICE

punteggio 11

Da quanto desunto dalle descrizioni riportate dalla MEDICAL SERVICE, si ritiene che il tipo di intervento di redistribuzione del carico sul solaio mediante la realizzazione di un graticcio ripartitore in acciaio e la realizzazione di massetto alleggerito, garantisce e aumenta la capacità portante complessiva del solaio, anche in previsione di eventuali altre installazioni future, l'aumento del peso risulta trascurabile, mentre i tempi delle lavorazioni al piano superiore, le invasività e le interferenze con le attività sanitarie risultano molto elevate.

### SOSTEL

punteggio 15

Da quanto desunto dalle descrizioni riportate dalla SOSTEL, non è previsto alcun rinforzo strutturale del solaio esistente, è prevista la realizzazione, previo calcolo di progetto, di una struttura portante di sostegno (travi IPE200 accoppiate e controventate) degli stativi pensili ancorata alla struttura in C.A. del plesso, assenza di incremento di carico sul solaio esistente, assenza di lavorazioni al piano superiore e assenza di interferenze con le attività sanitarie.





## VALUTAZIONE COMPLESSIVA

DITTA	BERMAN	DEMAR HOSPITAL	MEDICAL SERVICE	SOSTEL SRL	TRUMPF MED ITALIA
Caratteristiche Tecniche (20 Punti)	12	19	9	12	11
Periodo Garanzia (5 punti)	5	3	3	4	3
Tempi intervento (5 Punti)	2	5	1	2	3
adeguamento strutturale (punti 15)	8	13	11	15	6
adeguamento impiantistico (punti 5)	3	5	1	5	4
tempi consegna (punti 5)	5	4	1	2	3
cronoprogramma (5 punti)	5	5	1	4	4
<b>Totale</b>	<b>40</b>	<b>54</b>	<b>27</b>	<b>44</b>	<b>34</b>

*Carla*

*M. Berman*

*De Mar*

UOC di Gastroenterologia Endoscopia Digestiva

Direttore Dott Pietro LEO

Dott Alberto Grano  
Responsabile UO Economato  
AO di Cosenza  
Sede



Oggetto : Rettifica della valutazione delle caratteristiche tecniche per la gara di assegnazione della fornitura e posa in opera degli stativi per la Gastroenterologia

In seguito alle osservazioni ed alle precisazioni richiesta dalla Ditta Berman srl e dalla ditta Sostel si è proceduto alla rivalutazione delle caratteristiche tecniche, in particolare delle caratteristiche ergonomiche degli stativi sulla base delle offerte e della documentazione fornita che ha portato ad una modifica del punteggio assegnato:

La griglia pertanto dei punteggi delle caratteristiche tecniche viene come di seguito modificata

**Griglia per la Valutazione delle Caratteristiche Tecniche**

DITTA	CARATTERISTICHE FRENI	ERGONOMIA	ROTAZIONE	MIGLIORIE	TOTALE PUNTEGGI
BERMAN	Sistema pneumatico	Scarsa disegno antiquato, pulsantiera comandi scarsamente funzionale	330	Presenza di luce a LED	12
DEMAR HOSPITAL	Sistema di freni passivi elettromagnetici, che garantisce il posizionamento del pensile anche in caso di interruzione di tensione e permette comunque in qualsiasi momento lo spostamento	Ottima, sistema modulare per eventuale upgrade, pulsanti colorati, Ripiani ampi, non fornisce altri accessori che potrebbero essere utili per l'endoscopia	350	Sistema a LED regolabile come fonte di luce indiretta situato nella, parte superiore del braccio e nella parte inferiore della consolle, garantiscono una illuminazione adeguata durante le procedure	19
MEDICAL SERVICE	Sistema pneumatico	Scarsa, pulsantiera e maniglie posta in posizione non facilmente accessibile che rende difficoltose le manovre	340	Luci Led integrate ma opzional per una facile individuazione degli ostacoli e per garantire	9
SOSTEL SRL	Sistema pneumatico	il pensile appare in un unico blocco con scarse possibilità di modularità. accessibilità dei pulsanti e delle maniglie difficoltosa	330	Presenza di luci a LED Non fa alcun riferimento a strutture di endoscopia dove sono stati installati.	12
TRUMPF MED ITALIA	Sistema pneumatico	Buona con sistema modulare del pensile , pulsanti colorati frontali	330		11

***U.O.C. GESTIONE INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO***

Codice Fiscale e Partita I.V.A.  
n° 01987250782

Cosenza, li

N° di Prot. ....


Allegati N° .....

Responsabile f.f. U.O. Econmato  
(Dott. Alberto Grano)

**O G G E T T O:** Fornitura e posa in opera Stativi Pensili per Gastroenterologia.-  
Chiarimenti alla relazione tecnico qualitativa.-

Con riferimento all'oggetto con la presente si confermano le valutazioni tecniche  
espresse nella relazione tecnico/valutativa.  
Distinti Saluti.

AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA  
UFFICIO SERVIZI TECNICI  
Pasquale GULLO





**Dichiarazione Sostitutiva  
di Certificazione e di Atto di Notorietà**  
(ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n°445 del 28.12.2000)

Il sottoscritto **DE MARTIN RENATO**


nato a **OTTAVIANO (NA)** il **29.05.1960**

e residente a **CATONA DI REGGIO CALABRIA - Via Valledlunga, 200**

in qualità di rappresentante legale della ditta DEMAR HOSPITAL S.R.L. con sede legale in Catona di Reggio Calabria alla via Valledlunga n. 200 Partita IVA 02251710808 Codice Fiscale 02251710808, consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite dalla legge, nei confronti di chi attesta il falso nelle dichiarazioni sostitutive, nonché della decadenza dei benefici ottenuti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 4 della Legge 4.1.1968 n.15 così modificati dalla Legge 15/5/1997 n. 127, Legge 20/10/1998 n. 403 e D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità in relazione alla Procedura negoziata telematica (MePa) N.1025835 per la fornitura e posa in opera di n.1 Stativo Pensile per Endoscopia ed Anestesia e n.2 Stativi Pensili per Endoscopia, per l'U.O.C di Gastroenterologia segnala le seguenti giustificazioni relative alle voci di prezzi che concorrono a formare l'offerta:

<b>COSTO DI ACQUISTO</b> per la fornitura e posa in opera di n. 1 Stativo Pensile per Endoscopia ed Anestesia e n. 2 Stativi Pensili per Endoscopia, per l'U.O.C di Gastroenterologia KLS MARTIN mod. INDEPENDANT 401 ancoraggio a soffitto	€ 43.000,00 (quarantatremila/00)
<b>PROGETTO E OPERE EDILI</b> costituite da: Acquisto materiale necessario per esecuzione dei lavori di ripristino dei travetti, rinforzo strutturale, rivestimento e/o protezione del rinforzo mediante l'applicazione di materiale dedicato e specifico e l'impiego di personale altamente qualificato con consegna dei locali in 7 giorni lavorativi	€ 15.000,00 (quindicimila/00)
<b>TRASPORTO, MONTAGGIO E COLLAUDO</b> dalla sede produttiva della KLS MARTIN (Germania) direttamente alla A.O. DI CS dove gli Stativi Pensili saranno pronti per il montaggio cui seguirà collaudo e messa in funzione.	€ 3.000,00 (tremila/00)
<b>GARANZIA 24 MESI</b> dalla data del collaudo con esito positivo comprensiva di tempi di ripristino delle avarie entro 2 ore dalla chiamata grazie alla presenza di nostro personale tecnico specializzato per la zona di competenza.	€ 4.000,00 (quattromila/00)
<b>UTILE D'IMPRESA</b>	€ 13.999,00 (tredicimilanovecentonovantanove/00)

Reggio Calabria, 24/05/2016

**Il Dichiarante**



**Dichiarazione Sostitutiva  
di Certificazione e di Atto di Notorietà**  
(ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n°445 del 28.12.2000)

Il sottoscritto **DE MARTIN RENATO**

nato a **OTTAVIANO (NA)** il **29.05.1960**

e residente a **CATONA DI REGGIO CALABRIA - Via Vallelunga, 200**

in qualità di rappresentante legale della ditta DEMAR HOSPITAL S.R.L. con sede legale in Catona di Reggio Calabria alla via Vallelunga n. 200 Partita IVA 02251710808 Codice Fiscale 02251710808, consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite dalla legge, nei confronti di chi attesta il falso nelle dichiarazioni sostitutive, nonché della decadenza dei benefici ottenuti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 4 della Legge 4.1.1968 n.15 così modificati dalla Legge 15/5/1997 n. 127, Legge 20/10/1998 n. 403 e D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità in ottemperanza a quanto disposto dagli articoli 86, 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006 per la RDO ME.PA 1025835 per la fornitura e posa in opera di n. 1 Stativo pensile per Endoscopia ed Anestesia e n. 2 Stativi Pensili per Endoscopia per l'U.O.C. di gastroenterologia CIG. 6440781C9C

**DICHIARA**

- **Che la KLS MARTIN** ha ottemperato ai sensi dell'art. 86, 87 e 88 del D.Lgs n. 163/2006.


Il procedimento adottato nel processo di produzione, unito alle continue procedure di controllo e alle soluzioni adottate negli anni, hanno portato ad una significativa riduzione degli stessi costi, tale da consentire un'offerta molto più competitiva rispetto al passato.


Inoltre i suoi volumi di vendita, sono in continua crescita e questo elemento contribuisce in misura importante alla riduzione dei costi generali ed all'aumento della competitività sul mercato.

- **Che la KIMIA S.P.A** ha ottemperato ai sensi dell'art. 86, 87 e 88 del D.Lgs n. 163/2006.

Le strutture realizzate per l'installazione di attrezzature pensili offerte sono costruite con nuovi materiali compositi in FRP di fibra di carbonio, materiali innovativi che sfruttano nuove tecniche di produzione tali da permettere un'offerta concorrenziale grazie ad un processo di realizzazione vantaggioso con un significativo abbattimento dei costi produttivi. Le eccezionali proprietà meccaniche delle fibre, unite alla semplicità di applicazione ed esecuzione, costituiscono una soluzione flessibile, mirata ed economica rispetto alle tecniche tradizionali, molto più articolate e costose.

Reggio Calabria, 11/05/2016



  
Il Dichiarante





Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO:	1025835
Descrizione RDO:	Fornitura e posa in opera Stativi Pensili per Gastroenterologia
Criterio di aggiudicazione:	Offerta economicamente piu' vantaggiosa
Unita' di misura dell'offerta economica:	Valori al ribasso
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA 01987250782 San Martino COSENZA CS
Punto Ordinante	ALBERTO GRANO
Soggetto stipulante	Nome: ALBERTO GRANO Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA
Codice univoco ufficio - IPA (RUP) Responsabile Unico del Procedimento	6TFXZ7 Dott. Alberto Grano
Data e ora inizio presentazione offerte:	18/11/2015 16:55
Data e ora termine ultimo presentazione offerte:	22/12/2015 12:00
Data e ora termine ultimo richiesta chiarimenti:	24/11/2015 12:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	30/05/2016 12:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	30
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	ARREDI104

Lotto esaminato: 1 Fornitura e posa in opera n.1 Stativo Pensile per Endoscopia ed Anestesia e n.2 Stativi Pensili per Endoscopia (Lotto unico)

CIG	6440781C9C
CUP	
Oggetto di Fornitura 1	Stativo pensile per sala endoscopica/2/
Oggetto di Fornitura 2	Stativo pensile per sala endoscopica ed anestesia/1/
Importo totale a base d'asta	105000,00

Concorrenti

#	Denominazione	Forma di Partecipazione	Partita IVA	Data Invio Offerta
1	BERMAN	Singola	00961550969	22/12/2015 11:23
2	TRUMPF MED ITALIA S.R.L.	Singola	03831290287	14/12/2015 10:15
3	SOSTEL SRL	Singola	00728660168	22/12/2015 10:55
4	MEDICAL SERVICE DI GIOVANNI PETRUCCI	Singola	00900780784	21/12/2015 13:05
5	DEMAR HOSPITAL S.R.L.	Singola	02251710808	18/12/2015 16:41

ESAME DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA	Inizio	Fine
	14/01/2016 08:30:32	14/01/2016 09:17:11

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente	Capitolato Tecnico		Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi		Eventuale documentazione relativa all'avvalimento		DUVRI		Attestazione Avvenuto Sopralluogo Obbligatorio		Disciplinare di Gara		Patto Integrità		Garanzia fidejussoria ex art.75 D.lgs n.163/06	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note
BERMAN	Approvato	nessuna		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
TRUMPF MED ITALIA S.R.L.	Approvato	nessuna		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
SOSTEL SRL	Approvato	nessuna		nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
MEDICAL	Approvato	nessuna		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna



SERVICE DI GIOVANNI PETRUCCI																
DEMAR HOSPITAL S.R.L.	Approvato	nessuna		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

Non esistono Richieste Amministrative di Lotto

ESAME DELLA BUSTA TECNICA	Inizio	Fine
	14/01/2016 09:17:28	07/03/2016 13:43:29

Concorrente	Documentazione Tecnica Prodotti Offerti	
	Valutazione	Note
BERMAN	Approvato	nessuna
TRUMPF MED ITALIA S.R.L.	Approvato	nessuna
SOSTEL SRL	Approvato	nessuna
MEDICAL SERVICE DI GIOVANNI PETRUCCI	Approvato	nessuna
DEMAR HOSPITAL S.R.L.	Approvato	nessuna

ESAME DELLA BUSTA ECONOMICA	Inizio	Fine
	11/05/2016 09:19:43	11/05/2016 09:22:26

Concorrente	Offerta Economica (fac-simile di sistema)	
	Valutazione	Note
BERMAN	Approvato	nessuna
TRUMPF MED ITALIA S.R.L.	Approvato	nessuna
SOSTEL SRL	Approvato	nessuna
MEDICAL SERVICE DI GIOVANNI PETRUCCI	Approvato	nessuna
DEMAR HOSPITAL S.R.L.	Approvato	nessuna

Offerta economicamente più vantaggiosa					
Concorrente	Soglia di Anomalia tecnica	Punteggio Tecnico	Soglia di Anomalia Economica	Punteggio Economico	Offerta Anomala
DEMAR HOSPITAL S.R.L.	48,00 punti	54,00 punti	32,00 punti	37,22 punti	SI
SOSTEL SRL		44,00 punti		37,97 punti	NO
BERMAN		40,00 punti		40,00 punti	NO
TRUMPF MED ITALIA S.R.L.		34,00 punti		34,31 punti	NO
MEDICAL SERVICE DI GIOVANNI PETRUCCI		27,00 punti		37,94 punti	NO

Data dell'ultimo ricalcolo:	Nessun ricalcolo effettuato
-----------------------------	-----------------------------

Classifica della gara (Offerta economicamente più vantaggiosa)

Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta	Punteggio Tecnico attribuito automaticamente	Punteggio Tecnico attribuito da Commissione	Punteggio Economico	Punteggio Complessivo
-------------	---------------------------------	--	---	---------------------	-----------------------

DEMAR HOSPITAL S.R.L.	78999,00	0,00	54,00	37,22	91,22
SOSTEL SRL	77420,00	0,00	44,00	37,97	81,97
BERMAN	73500,00	0,00	40,00	40,00	80,00
TRUMPF MED ITALIA S.R.L.	85700,00	0,00	34,00	34,31	68,31
MEDICAL SERVICE DI GIOVANNI PETRUCCI	77500,00	0,00	27,00	37,94	64,94

Note di gara	nessuna
<b>Note specifiche lotto 1</b>	<p>Si è proceduto ad aprire e visionare la documentazione amministrativa presentata dalle concorrenti. Verificata la regolarità della stessa, sono state scaricate le offerte tecniche, consegnate ai componenti tecnici della Commissione di gara per la valutazione tecnico-qualitativa, per l'attribuzione del punteggio di qualità. La citata valutazione è stata notificata alle concorrenti. Tramite il portale ME.PA le società Berman e Sostel srl hanno inoltrato dei chiarimenti sulla predetta valutazione tecnica. Alla luce delle osservazioni mosse dalla due partecipanti, i componenti tecnici della Commissione di Gara hanno rivalutato le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti, revisionando i giudizi espressi. La valutazione tecnica - qualitativa revisionata, allegata alla RDO, è stata notificata mezzo ME.PA alle concorrenti. Successivamente, si è proceduto ad esaminare le offerte economiche delle partecipanti ed a prendere atto che la miglior offerta, quella della società DEMAR è stata segnalata dal ME.PA come anomala, pertanto alla stessa sono state richieste le dovute giustificazioni. La citata partecipante ha presentato le specificazioni sull'offerta formulata, allegata alla RDO, che sono state ritenute congrue dalla Commissione di gara che ha confermato l'aggiudicazione provvisoria in favore della DEMAR.</p>