



## **AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA**

**PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA (ME.PA) N.1141203 PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ARREDI SANITARI PER DEGENZA - UU.OO.CC DI GASTROENTEROLOGIA E DI NEUROCHIRURGIA DELLO S.O. ANNUNZIATA E PER LE UU.OO. DELLO S.O. MARIANO SANTO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA. LOTTO N.1 CIG.66261632B0 PREZZO A BASE D'ASTA DI EURO 65.000,00,OLTRE IVA , LOTTO N.2 CIG.66261675FC PREZZO A BASE D'ASTA DI EURO 130.000,00, OLTRE IVA.**

### **Verbale del 26.05.16**

L'anno **2016**, il giorno **ventisei (26)** del mese di **maggio**, alle ore 11:00, in Cosenza, Via San Martino, presso l'U.O.C Gestione Forniture, Servizi e Logistica, sono presenti:

1. **Dott. Teodoro Gabriele** – Presidente – Direttore U.O.C. Gestione Forniture, Servizi e Logistica;
2. **Sig. Vincenzo Gaudio** – componente esperto – Coordinatore Infermieristico della Direzione Sanitaria P.U.;
3. **Sig.ra Angela Greco** – componente esperto – Coordinatore Infermieristico dell'U.O.C. di Nefrologia e Dialisi;

costituenti la Commissione abilitata a procedere all'apertura dei plichi contenenti la documentazione ed alla conseguente aggiudicazione della fornitura di cui alla gara in oggetto, giusta **ordinanza del Direttore U.O.C. G.F.S.L n.4 del 15.04.2016**, che si richiama senza allegarla. Il Presidente, constatata la perfetta costituzione della Commissione e preso atto dell'assenza di conflitto di interesse da parte dei succitati componenti, dei quali nessuno ha espresso l'obbligo di astensione ex legge n.190/12, dichiara aperta la seduta.

### **PREMESSO**

**Che** con nota dell'11.03.16 la Direzione Sanitaria Aziendale ha richiesto l'attivazione della procedura di gara per la fornitura ed installazione di arredi sanitari per degenza (armadi, comodini, letti ecc..) per le UU.OO.CC di Gastroenterologia e di Neurochirurgia dello S.O. Annunziata e per le UU.OO. dello S.O. Mariano Santo, trasmettendone contestualmente le caratteristiche tecniche;

**Che** è stata accertata l'assenza sul portale CONSIP di convenzioni attive per la fornitura del predetto materiale;

**Che** ai sensi del D.L. 95/2012, il citato approvvigionamento rientra nella previsione delle procedure di gara elettroniche mediante RDO Consip;

**Che** pertanto, mediante piattaforma Consip si è provveduto ad invitare a formulare offerta tutte le ditte presenti nel relativo bando (ARREDI104), giusta RDO n.1141203, con il criterio di aggiudicazione della gara ai sensi dell'Art.83 del D.L.vo N.163/2006, ovvero in favore dell'offerta economica mente più vantaggioso, prevendendo l'assegnazione di un punteggio di n.50 punti per la qualità e n.50 punti per il prezzo;

**Che** il termine di presentazione delle offerte è stato fissato entro le ore 12,00 del giorno 14.04.2016;

**Che** in data 14.04.2016 - alle ore 12,05 – Sulla piattaforma Consip sono risultate presenti le offerte delle seguenti Ditte:

#### **Lotto n.1**

1. **C.A.M. HOSPITAL srl;**
2. **CENTRO FORNITURE SANITARIE srl;**
3. **DOIMO MIS;**
4. **FAVERO HEALTH PROJECTS spa;**
5. **MALVESTIO spa;**



6. PC SERVICE di Marino Simone & C.;
7. MEDICAL SERVICE di Giovanni Petrucci;
8. SO.ME.DIR.;
9. VERNIPOLL.

**Lotto n.2**

1. C.A.M. HOSPITAL srl;
2. COREMEC srl;
3. DOIMO MIS;
4. MALVESTIO spa;
5. MEDICAL SERVICE di Giovanni Petrucci;
6. PAM MOBILITY srl;
7. PC SERVICE di Marino Simone & C.;
8. SERVIMED srl;
9. SO.ME.DIR.;
10. STRYKER ITALIA srl su;
11. VERNIPOLL.

La Commissione, in data 26.04.16, **HA PROCEDUTO**, per il tramite dell'U.O. Economato, alla visione e esame della documentazione amministrativa presentata dalle ditte partecipanti, ammettendole, con riserva, tutte al prosieguo di gara;

In tale seduta, la Commissione **HA APERTO E VISIONATO** le schede tecniche presentate dalle partecipanti;

Successivamente, la Commissione **HA CONSEGNATO** le schede tecniche delle ditte in gara, ai componenti esperti, Sig. Vincenzo Gaudio e Sig.ra Angela Greco, per la redazione della relazione tecnico-qualitativa, con la relativa assegnazione dei punteggi di qualità;

In data 13.05.16, la Commissione **HA PRESO ATTO ED APPROVATO** la relazione tecnico-qualitativa rilasciata dai componenti esperti, allegata al presente verbale, nella quale sono stati attribuiti alle concorrenti in gara i seguenti punteggi di qualità:

LOTTO N.1	
Concorrente	Punteggio Totale
C.A.M. HOSPITAL	32,00
CENTRO FORNITURE SANITARIE	39,00
DOIMO MIS	43,00
FAVERO HEALTH PROJECTS	41,00
MALVESTIO	48,00
MEDICAL SERVICE	Non giudicabile per le motivazioni espresse nell'allegata relazione
PC SERVICE	34,00
SO.ME.DIR	24,00
VERNIPOLL	43,00

LOTTO N.2	
Concorrente	Punteggio Totale
ARGA MEDICALI	Non giudicabile per le motivazioni espresse nell'allegata relazione
C.A.M. HOSPITAL	40,00
COREMEC	17,00
DOIMO MIS	50,00

*grm*

*[Signature]*





<b>MALVESTIO</b>	<b>46,00</b>
<b>MEDICAL SERVICE</b>	<b>16,00</b>
<b>PAM MOBILITY</b>	<b>31,00</b>
<b>PC SERVICE</b>	<b>42,00</b>
<b>SERVIMED</b>	<b>25,00</b>
<b>SO.ME.DIR</b>	<b>25,00</b>
<b>STRYKER ITALIA</b>	<b>Non giudicabile per le motivazioni espresse nell'allegata relazione</b>
<b>VERNIPOLL</b>	<b>45,00</b>

Successivamente alla notifica della suddetta relazione tecnico-qualitativa la ditta SO.ME.DIR ha inoltrato mezzo ME.PA delle richieste di chiarimento e riesame della stessa;

In data 23.05.16, i componenti tecnici riscontrando i predetti chiarimenti hanno accolto parzialmente le eccezioni della società SO.ME.DIR, rivendendo il punteggio tecnico assegnato per come di seguito riportato ed allegato;

<b>LOTTO n.1</b>	
<b>Concorrente</b>	<b>Punteggio Totale</b>
<b>C.A.M. HOSPITAL</b>	<b>32,00</b>
<b>CENTRO FORNITURE SANITARIE</b>	<b>39,00</b>
<b>DOIMO MIS</b>	<b>43,00</b>
<b>FAVERO HEALTH PROJECTS</b>	<b>41,00</b>
<b>MALVESTIO</b>	<b>48,00</b>
<b>MEDICAL SERVICE</b>	<b>Non giudicabile per le motivazioni espresse nell'allegata relazione</b>
<b>PC SERVICE</b>	<b>34,00</b>
<b>SO.ME.DIR</b>	<b>29,00</b>
<b>VERNIPOLL</b>	<b>43,00</b>

<b>LOTTO n.2</b>	
<b>Concorrente</b>	<b>Punteggio Totale</b>
<b>ARGA MEDICALI</b>	<b>Non giudicabile per le motivazioni espresse nell'allegata relazione</b>
<b>C.A.M. HOSPITAL</b>	<b>40,00</b>
<b>COREMEC</b>	<b>17,00</b>
<b>DOIMO MIS</b>	<b>50,00</b>
<b>MALVESTIO</b>	<b>46,00</b>
<b>MEDICAL SERVICE</b>	<b>16,00</b>
<b>PAM MOBILITY</b>	<b>31,00</b>
<b>PC SERVICE</b>	<b>42,00</b>
<b>SERVIMED</b>	<b>25,00</b>
<b>SO.ME.DIR</b>	<b>30,00</b>
<b>STRYKER ITALIA</b>	<b>Non giudicabile per le motivazioni espresse nell'allegata relazione</b>
<b>VERNIPOLL</b>	<b>45,00</b>

*Esiste*

*[Signature]*



La Commissione in data 24.05.16 **HA PROCEDUTO** a visionare le offerte economiche presentate dalle ditte in gara, per come sotto riportato;

<b>LOTTO n.1</b>		
<b>Concorrente</b>	<b>Offerta senza iva</b>	<b>Punteggio Economico</b>
<b>C.A.M. HOSPITAL</b>	<b>Euro 31.933,61</b>	<b>42,62</b>
<b>CENTRO FORNITURE SANITARIE</b>	<b>Euro 44.330,00</b>	<b>30,70</b>
<b>DOIMO MIS</b>	<b>Euro 44.760,92</b>	<b>30,41</b>
<b>FAVERO HEALTH PROJECTS</b>	<b>Euro 47.423,37</b>	<b>28,70</b>
<b>MALVESTIO</b>	<b>Euro 27.221,46</b>	<b>50,00</b>
<b>PC SERVICE</b>	<b>Euro 32.705,00</b>	<b>41,62</b>
<b>SO.ME.DIR</b>	<b>Euro 48.268,85</b>	<b>28,20</b>
<b>VERNIPOLL</b>	<b>Euro 37.292,00</b>	<b>36,50</b>

<b>LOTTO N:2</b>		
<b>Concorrente</b>	<b>Offerta senza iva</b>	<b>Punteggio Economico</b>
<b>C.A.M. HOSPITAL</b>	<b>Euro 115.404,90</b>	<b>25,40</b>
<b>COREMEC</b>	<b>Euro 112.450,00</b>	<b>26,07</b>
<b>DOIMO MIS</b>	<b>Euro 97.796,40</b>	<b>29,98</b>
<b>MALVESTIO</b>	<b>Euro 82.854,20</b>	<b>35,38</b>
<b>MEDICAL SERVICE</b>	<b>Euro 128.700,00</b>	<b>22,78</b>
<b>PAM MOBILITY</b>	<b>Euro 58.630,00</b>	<b>50,00</b>
<b>PC SERVICE</b>	<b>Euro 113.490,00</b>	<b>25,83</b>
<b>SERVIMED</b>	<b>Euro 85.410,00</b>	<b>34,32</b>
<b>SO.ME.DIR</b>	<b>Euro 128.570,00</b>	<b>22,80</b>
<b>VERNIPOLL</b>	<b>Euro 79.560,00</b>	<b>36,85</b>

La Commissione, di seguito, **HA PRESO ATTO** della graduatoria elaborata dal portale ME.PA. e di seguito riportata:

<b>LOTTO N.1</b>	
<b>Concorrente</b>	<b>Punteggio Totale</b>
<b>MALVESTIO</b>	<b>98,00</b>
<b>VERNIPOLL</b>	<b>79,50</b>
<b>PC SERVICE</b>	<b>75,62</b>
<b>C.A.M. HOSPITAL</b>	<b>74,62</b>
<b>DOIMO MIS</b>	<b>73,41</b>
<b>FAVERO HEALTH PROJECTS</b>	<b>69,70</b>
<b>CENTRO FORNITURE SANITARIE</b>	<b>69,70</b>
<b>SO.ME.DIR</b>	<b>57,20</b>

<b>LOTTO N.2</b>	
<b>Concorrente</b>	<b>Punteggio Totale</b>
<b>VERNIPOLL</b>	<b>81,85</b>
<b>MALVESTIO</b>	<b>81,38</b>
<b>PAM MOBILITY</b>	<b>81,00</b>





<b>DOIMO MIS</b>	<b>79,98</b>
<b>PC SERVICE</b>	<b>67,83</b>
<b>C.A.M. HOSPITAL</b>	<b>65,40</b>
<b>SERVIMED</b>	<b>59,32</b>
<b>SO.ME.DIR</b>	<b>52,80</b>
<b>COREMEC</b>	<b>43,07</b>
<b>MEDICAL SERVICE</b>	<b>38,78</b>

La Commissione, sempre in data 24.05.16, HA PRESO ATTO che il portale ME.PA. ha segnalato, per il lotto di gara n.1, come anomala l'offerta migliore, quella presentata dalla Malvestio spa, **PROCEDENDO**, con l'ausilio del RUP di gara, a richiedere le giustificazioni ex art.88 D.Lgs n.163/06.

La cennata Società, tramite il portale ME.PA, in pari data ha riscontrato la predetta richiesta, presentando memoria giustificativa dell'offerta formulata, allegata al presente verbale;

La Commissione all'unanimità, in data odierna, **PRENDE ATTO** della nota della citata Società, allegata al presente verbale, con la quale è stato meglio specificato il prezzo formulato in gara, ritenuto congruo dalla stessa;

La Commissione, per quanto sopra esposto, all'unanimità, **CONFERMA** l'aggiudicazione provvisoria del **Lotto di gara n.1** in favore della ditta "**Malvestio spa**" di Villanova (PD) che ha formulato un'offerta complessiva di euro **27.221,46, iva esclusa**, e il **Lotto di gara n.2** in favore della ditta "**Vernipoll srl**" di Bevagna (PG) che ha formulato un'offerta complessiva di euro **79.560,00, iva esclusa**, per come riportato integralmente nel Riepilogo delle operazioni di gara elaborato dal ME:PA e parte integrante del presente verbale.

Non essendovi altro di cui discutere, la seduta si chiude alle ore 12:00.

LCS

I Componenti

Dott. Teodoro Gabriele

Sig. Vincenzo Gaudio

Sig.ra Angela Greco

# AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

## Direzione Sanitaria Presidio Unico

Cosenza 13.05.16

Al Responsabile f.f. U.O. Econmato

Oggetto: RDO N. N.1141203 per la fornitura ed installazione di Arredi Sanitari per Degenza le UU.OO.CC di Gastroenterologia e di Neurochirurgia dello S.O. Annunziata e per le UU.OO. dello S.O. Mariano Santo dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza. Lotto n.1 CIG.66261632B0. Lotto n.2 CIG.66261675FC – Relazione tecnico - qualitativa

Visionata ed esaminata la documentazione tecnica presentata dalle n. ditte partecipanti al Lotto di gara n.1 (armadi, comodini e carrelli terapia), si esprime il seguente giudizio tecnico-qualitativo:

Concorrente Lotto 1	Ergonomia e Maneggevolezza	Qualità e Robustezza Materiali	Qualità assemblaggio	Migliorie	Consegna	Garanzia ed Assistenza Tecnica	Punteggio Totale
C.A.M. HOSPITAL SRL	10	10	3	1	5	3	32
CENTRO FORNITURE SANITARIE SRL	13	13	3	-	5	5	39
DOIMO MIS	12	13	5	3	5	5	43
FAVERO HEALTH PROJECTS SPA	12	12	5	2	5	5	41
MALVESTIO SPA	14	14	5	5	5	5	48
MEDICAL SERVICE DI G. PETRUCCI	Non giudicabile in quanto scheda tecnica armadio non sufficiente per esprimere un giudizio. Nessuna caratteristica tecnica indicata.						
PC SERVICE DI MARINO SIMONE & C.	10	11	3	-	5	5	34

Il Coordinatore Infermieristico

U.O.C. Nefrologia

(Sig.ra Angela Grillo)

Il Coordinatore Infermieristico

Direzione Sanitaria P.U.

(Sig. Vincenzo Gaudio)



# AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

## Direzione Sanitaria Presidio Unico

<b>SO.ME.DIR.</b>	8	8	2	1	-	5	<b>24</b>
<b>VERNIPOLL</b>	14	14	4	1	5	5	<b>43</b>

Visionata ed esaminata la documentazione tecnica presentata dalle n. ditte partecipanti al Lotto di gara n.2 (Letti), si esprime il seguente giudizio tecnico-qualitativo:

Concorrente Lotto 2	Ergonomia e Maneggevolezza	Qualità e Robustezza Materiali	Stabilità ed assemblaggio	Migliorie	Consegna	Garanzia ed Assistenza Tecnica	Punteggio Totale
<b>ARGA MEDICALI SRL</b>	Non giudicabile in quanto la ditta ha offerto un letto elettrico non richiesto in gara, contrariamente anche a quanto già specificato con il chiarimento notificato mezzo ME.PA il 23.03.16 ed in pari data letto dalla stessa concorrente.						
<b>C.A.M. HOSPITAL SRL</b>	12	15	5	-	5	3	<b>40</b>
<b>COREMEC S.R.L.</b>	8	7	2	-	-	-	<b>17</b>
<b>DOIMO MIS</b>	15	15	5	5	5	5	<b>50</b>
<b>MALVESTIO SPA</b>	15	15	5	1	5	5	<b>46</b>
<b>MEDICAL SERVICE DI GIOVANNI PETRUCCI</b>	7	7	2	-	-	-	<b>16</b>
<b>PAM MOBILITY S.R.L.</b>	8	8	3	2	5	5	<b>31</b>
<b>PC SERVICE DI MARINO SIMONE &amp; C.</b>	12	15	5	-	5	5	<b>42</b>
<b>SERVIMED SRL</b>	10	10	5	-	-	-	<b>25</b>
<b>SO.ME.DIR.</b>	8	8	3	1	-	5	<b>25</b>
<b>STRYKER ITALIA SRL SU</b>	Non giudicabile in quanto la ditta ha offerto un letto elettrico non richiesto in gara, contrariamente anche a quanto già specificato con il chiarimento notificato mezzo ME.PA il 23.03.16 ed in data 24.03.16 letto dalla stessa concorrente.						
<b>VERNIPOLL</b>	15	15	5	-	5	5	<b>45</b>

Il Coordinatore Infermieristico

U.O.C. Nefrologia

(Sig.ra Angela Grillo)

Il Coordinatore Infermieristico

Direzione Sanitaria P.U.

(Sig. Vincenzo Gaudio)

# AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

## Direzione Sanitaria Presidio Unico

Cosenza 23.05.16

Al Responsabile f.f. U.O. Económico

Oggetto: RDO N. N.1141203 per la fornitura ed installazione di Arredi Sanitari per Degenza le UU.OO.CC di Gastroenterologia e di Neurochirurgia dello S.O. Annunziata e per le UU.OO. dello S.O. Mariano Santo dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza. Lotto n.1 CIG.66261632B0. Lotto n.2 CIG.66261675FC – Relazione tecnico – qualitativa. Revisione punteggio.

In riscontro ai chiarimenti presentati mezzo ME.PA dalla ditta SO.ME.DIR sulla relazione tecnico qualitativa del 13.05.16, si è preso atto che alla richiedente non sono stati attribuiti n.5 punti per la consegna dei beni in gara. Più in particolare, da attenta analisi è stato riscontrato che la SO.ME.DIR ha indicato come tempi di consegna n.40, pertanto, viene rettificato il punteggio tecnico come di seguito:

Lotto di gara n.1 (armadi, comodini e carrelli terapia), si esprime il seguente giudizio tecnico-qualitativo:

Concorrente Lotto 1	Ergonomia e Maneggevolezza	Qualità e Robustezza Materiali	Qualità assemblaggio	Migliorie	Consegna	Garanzia ed Assistenza Tecnica	Punteggio Totale
C.A.M. HOSPITAL SRL	10	10	3	1	5	3	32
CENTRO FORNITURE SANITARIE SRL	13	13	3	-	5	5	39
DOIMO MIS	12	13	5	3	5	5	43
FAVERO HEALTH PROJECTS SPA	12	12	5	2	5	5	41
MALVESTIO SPA	14	14	5	5	5	5	48
MEDICAL SERVICE DI G. PETRUCCI	Non giudicabile in quanto scheda tecnica armadio non sufficiente per esprimere un giudizio. Nessuna caratteristica tecnica indicata.						

Il Coordinatore Infermieristico

U.O.C. Nefrologia

(Sig.ra Angela Greco)

Il Coordinatore Infermieristico

Direzione Sanitaria P. U.

(Sig. Vincenzo Candio)



# AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

## Direzione Sanitaria Presidio Unico

PC SERVICE DI MARINO SIMONE & C.	10	11	3	-	5	5	34
SO.ME.DIR. VERNIPOLL	8	8	2	1	5	5	29
	14	14	4	1	5	5	43

Lotto di gara n.2 (Letti), si esprime il seguente giudizio tecnico-qualitativo:

Concorrente Lotto 2	Ergonomia e Maneggevolezza	Qualità e Robustezza Materiali	Stabilità ed assemblaggio	Migliorie	Consegna	Garanzia ed Assistenza Tecnica	Punteggio Totale
ARGA MEDICALI SRL	Non giudicabile in quanto la ditta ha offerto un letto elettrico non richiesto in gara, contrariamente anche a quanto già specificato con il chiarimento notificato mezzo ME.PA il 23.03.16 ed in pari data letto dalla stessa concorrente.						
C.A.M. HOSPITAL SRL	12	15	5	-	5	3	40
COREMEC S.R.L.	8	7	2	-	-	-	17
DOIMO MIS	15	15	5	5	5	5	50
MALVESTIO SPA	15	15	5	1	5	5	46
MEDICAL SERVICE DI GIOVANNI PETRUCCI	7	7	2	-	-	-	16
PAM MOBILITY S.R.L.	8	8	3	2	5	5	31
PC SERVICE DI MARINO SIMONE & C.	12	15	5	-	5	5	42
SERVIMED SRL	10	10	5	-	-	-	25
SO.ME.DIR.	8	8	3	1	5	5	30
STRYKER ITALIA SRL SU	Non giudicabile in quanto la ditta ha offerto un letto elettrico non richiesto in gara, contrariamente anche a quanto già specificato con il chiarimento notificato mezzo ME.PA il 23.03.16 ed in data 24.03.16 letto dalla stessa concorrente.						
VERNIPOLL	15	15	5	-	5	5	45

Il Coordinatore Infermieristico  
U.O.C. Nefrologia  
(Sig.ra Angela Greco)

Il Coordinatore Infermieristico  
Direzione Sanitaria P.U.  
(Sig. Vincenzo Giannino)

SPETT.LE  
AZ. OSP. DI COSENZA  
VIA S. MARTINO  
87100 COSENZA

VILLANOVA, 24/05/2016

OGGETTO: OFFERTA ARREDI SANITARI PER DEGENTI – GIUSTIFICAZIONI PREZZO\_LOTTO 1

La sottoscritta MALVESTIO SPA , in riferimento alla Vs. richiesta in oggetto indicata,

### DICHIARA

ai sensi dell' art. 86 comma 2, e 87 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e segg. del Codice degli appalti, che a giustificazione dei prezzi delle voci che concorrono a formare gli importi proposti, gli stessi vengono formulati tenendo conto delle seguenti condizioni:

1. La verifica effettuata sulla proposta di commessa, così come da allegato, dimostra la redditività della stessa.

### ANALISI SPECIFICA DELLA COMMESSA

<i>Costo materiali e lavorazioni esterne</i>	48,0 % sull'importo offerto
<i>Costo manodopera diretta</i>	12,5 % sull'importo offerto
<i>Altri costi industriali</i>	12,0 % sull'importo offerto
<i>Costo trasporto</i>	2,0 % sull'importo offerto
<i>Costi di struttura</i>	20,0 % sull'importo offerto
<i>Utile lordo commessa</i>	5,5 % sull'importo offerto

*Full*

Si allega l'analisi specifica della commessa dettagliata per ogni punto sopraelencato.

2. La nostra azienda rispetta tutte le normative vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro. Ai lavoratori vengono dati in dotazione di dispositivi di protezione individuali come identificati dal documento di valutazione dei rischi in relazione alla mansione svolta.  
All'interno dello stabilimento sono evidenziate con apposita segnaletica adeguate vie di fuga in caso di incendio, per ogni piano è affisso il piano di evacuazione.

*Full*



In azienda sono state eseguite le ore di formazione previste dall'accordo stato regioni a Maggio e Giugno 2013 e la formazione per la squadra degli addetti al primo soccorso e prevenzione incendi a febbraio 2014 compreso aggiornamento.

Secondo periodicità annuale, biennale o quinquennale viene eseguita in azienda la sorveglianza sanitaria come da protocollo sanitario proposto, discusso e accettato in occasione della riunione periodica del servizio di prevenzione e protezione in accordo tra medico del lavoro, RSPP, datore di lavoro e RLS.

3. Nel costo del lavoro rispetta i minimi contrattuali ed ottempera alla regolarità contributiva. Nella tabella sotto riportata si trova evidenza di come la retribuzione media per livello è sempre superiore al minimo di legge:

COSTO ORARIO PER LIVELLO			
QUALIFICA	LIVELLO	COSTO IGM	COSTO MIN
OPERAIO	3	19,89	19,43
OPERAIO	4	20,65	20,26
OPERAIO	5	22,17	21,16
IMPIEGATO	3	19,24	19,13
IMPIEGATO	4	20,03	19,95
IMPIEGATO	5	21,41	21,35
IMPIEGATO	5S	24,49	22,84
IMPIEGATO	6	26,24	24,53
IMPIEGATO	7	27,66	27,36
QUADRI	Q	37,45	28,01
DIRIGENTI	DIR	76,34	0

Che il CCNLL applicato è il seguente: METALMECCANICI – Federmeccanica

Dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in quanto ha un numero di dipendenti superiore a 15 unità e ottempera alle disposizioni della legge 68/1999.

A tal fine dichiara, per i necessari accertamenti, che l'Ufficio Provinciale competente è l'UFFICIO CATEGORIE PROTETTE, SOTTOPASSAGGIO SAGGIN 5 – 35129 PADOVA.

- 4 La nostra Azienda è l'azienda italiana con la più alta capacità produttiva di arredi specifici per ospedali i (oltre 5.000 pezzi annui varie tipologie ), i procedimenti di fabbricazione sono regolati da processi produttivi che tengono conto di tempi e metodi, con particolari economie di scala .
- 5 La nostra Azienda dispone di tutti i macchinari necessari a garantire l'elevata capacità produttiva sia per articoli di serie che fuori serie.
- 6 La nostra Azienda lavora esclusivamente a seguito di aggiudicazione di appalti e non ha altra produzione diversa da quella destinata alle forniture ospedaliere: è pertanto in grado di acquisire grossi quantitativi di materie prime a condizioni particolarmente vantaggiose. Inoltre,

MALVESTIO S.P.A. – 35010 VILLANOVA (PADOVA) ITALY – VIA CALTANA, 121  
tel. 049/9299511 – fax 049/9299500 – e-mail: info@malvestio.it - internet: www.malvestio.it  
capitale sociale 2.450.000,00 € int.vers. – c.c.i.a.a. Padova 119204 – reg.imprese, c.f. e p.iva 00197370281

Banche di appoggio:  
CASSA RISP. DEL VENETO IBAN IT670062256299007400601005K  
B.CA CARIGE ITALIA SPA IBAN IT87L0343162430000000168480  
B.CA NAZ. LAVORO IBAN IT91N01005121000000000005077

MPS IBAN IT92H0103062990000001032366  
UNICREDIT B.CA IBAN IT42R0200836190000030082896



*[Handwritten signatures]*

effettuando forniture in tutta Italia, dispone di mezzi di trasporto propri o esclusivi, che possono viaggiare sempre a carico completo.

### ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

- **MALVESTIO S.P.A.** - Azienda Specializzata per la costruzione di arredi principalmente in metallo per Ospedali – Case di Cura - Cliniche - Strutture Sanità in generale, (sede Via Caltana n. 121 Villanova – PD)
- **CIT S.R.L.** - Azienda Altamente specializzata per la costruzione e la distribuzione di arredi principalmente in legno e suoi derivati per Case di Riposo - Centri diurni - Centri Handicap e Strutture Sanità in generale (sede Via Francia, 10 – Vigonza – PD)
- **AGHITO TECNOLOGIE S.R.L.** – Azienda Specializzata nella progettazione e realizzazione di blocchi operatori (sede Via Caltana – Villanova - PD)

Le tre unità operative sono ubicate nel raggio di 10 Km. ed occupano in totale circa 250 dipendenti su di una superficie coperta di oltre 40.000 mq.

La capogruppo MALVESTIO opera fin dal 1933 e ha fornito arredi per Ospedali e Cliniche in tutto il mondo. Anche nella Vostra provincia numerose strutture sono dotate di letti, armadi ed altro prodotti dall'azienda o dalle sue consociate.

Dal gennaio '97 per snellire e migliorare il servizio alla Clientela, tutti i lavori con predominanza di articoli costruiti in legno sono distribuiti direttamente dalla CIT che si avvale comunque del pieno appoggio per la componentistica da parte delle altre aziende del gruppo, e degli affidabili fornitori che da anni collaborano con la Malvestio stessa.

Nel 2001 è stata acquisita la AGHITO TECNOLOGIE per la progettazione e realizzazione di arredi speciali e blocchi operatori, cosa che ha comportato un notevole aumento di capacità progettuale nelle aree di maggiore criticità ospedaliera ( sale operatorie – terapie intensive – utic – pronto soccorso – ecc.) oltre ad una raffinata capacità produttiva nel campo dell'acciaio inox e dei materiali nobili.

TUTTE LE AZIENDE SONO CERTIFICATE ISO 9001:2008

- La MALVESTIO ha acquisito inoltre la certificazione **"UNI EN ISO 13485:2012 per i Dispositivi medici"** •

### PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE

Tutti i nostri arredi sono progettati e costruiti tenendo conto dei criteri di :

1. **Stabilità** in considerazione del fatto che i disabili usano i mobili per sostenersi/appoggiarsi



2. **Funzionalità** massimo risultato senza sacrificare l'estetica;
3. **Ergonomia** dimensionamenti in base alle ridotte possibilità di movimento dei disabili;
4. **Componibilità** possibilità di eseguire varie composizioni partendo dagli articoli base;
5. **Affidabilità** ricambi disponibili anche fino a quindici anni dalla fornitura;
6. **Antifortunistica** rispetto delle normative vigenti;
7. **Estetica** forme e colori in linea con la psicologia dell'utente;
8. **Protezione Antimicrobica** l'utilizzo del "BIOCOTE", protezione antimicrobica nei processi di lavorazione dei prodotti, estende la linea di difesa contro un'ampia gamma di batteri
9. **Pulizia** materiale facilmente lavabili e pulibili con i normali prodotti in commercio
10. **Assistenza** per tutti gli articoli forniti l'azienda dispone di un magazzino ricambi e personale qualificato per l'assistenza o la manutenzione durante e post-garanzia.

### POLITICA DELLA QUALITA' ADOTTATA DALL'AZIENDA

La MALVESTIO produce in conformità alla direttiva 93/42/CEE (Dispositivi Medici) recepita con Decreto Legislativo del 24 febbraio 1997 n. 46 che definisce gli obblighi dei produttori di dispositivi medici.

Inoltre la MALVESTIO ha conseguito la Certificazione di Sistema Qualità ISO 9001 con l'Organismo di Certificazione RINA nel 1997 (certificato n.648/97) ultimo aggiornamento con esito positivo del 21.06.2011.

La Direzione Generale ha stabilito nella "Politica della Qualità" gli obiettivi specifici di soddisfazione del Cliente, di miglioramento del Sistema Qualità aziendale, di addestramento costante del personale e di fabbricare prodotti in conformità con l'allegato I della direttiva comunitaria 93/42/CEE sui dispositivi medici al fine di apporre la marcatura CE e gli eventuali altri marchi di qualità internazionali.

La documentazione di Sistema Qualità predisposta dalla MALVESTIO (Manuale Qualità, Procedure, Istruzioni e Modulistica) definisce le modalità seguite presso l'azienda per l'individuazione, la pianificazione, la gestione e l'attuazione in condizioni controllate delle attività (controlli in accettazione, processi di produzione, etc.) che hanno diretta influenza sulla qualità.

**I collaudi finali sono eseguiti solo su prodotti che:**

MALVESTIO S.P.A. – 35010 VILLANOVA (PADOVA) ITALY – VIA CALTANA, 121  
tel. 049/9299511 – fax 049/9299500 – e-mail: info@malvestio.it - internet: www.malvestio.it  
capitale sociale 2.450.000,00 € int.vers. – c.c.i.a.a. Padova 119204 – reg.imprese, c.f. e p.iva 00197370281  
Banche di appoggio:  
CASSA RISP. DEL VENETO IBAN IT670062256299007400601005K  
B.CA CARIGE ITALIA SPA IBAN IT87L0343162430000000168480  
B.CA NAZ. LAVORO IBAN IT91N0100512100000000005077

MPS IBAN IT92H0103062990000001032366  
UNICREDIT B.CA IBAN IT42R0200836190000030082896



- hanno superato i controlli precedenti previsti nel ciclo di fabbricazione;
- hanno risolto tutte le eventuali non conformità, che si fossero presentate durante la loro realizzazione.

Sui prodotti conformi viene apposta l'indicazione del superamento, con esito positivo, del collaudo finale e viene emesso un rapporto di collaudo finale con l'esito delle prove e collaudi effettuati.

Tutti i reparti di produzione sono individuati e le lavorazioni documentate ed eseguite con macchine ed attrezzature, molte delle quali sono gestite a controllo numerico con programmi software dedicati. Gli impianti in produzione aventi influenza sulla qualità sono identificati, sottoposti a regolare


manutenzione ai fini della qualità e della sicurezza sul lavoro, in accordo con le leggi in materia di prevenzione dei rischi.

La **MALVESTIO** garantisce che le apparecchiature e gli strumenti di misura, impiegati per controllare le caratteristiche dei materiali, del prodotto o del processo, sono adeguate alle esigenze aziendali e mantenute efficienti per verificare la conformità del prodotto ai requisiti. Tale processo è descritto in apposita Procedura per la Qualità.

Inoltre descrive in dettaglio nell'apposita procedura, quali attività di manutenzione programmata e straordinaria viene eseguita sugli impianti di Produzione ed Assistenza e sulle attrezzature e mezzi di lavoro.

#### ELENCO ATTREZZATURE TECNICA IN USO IN AZIENDA

N. 1	IMPIANTO LASER ADIGE LT651 + SL 320
N. 1	IMPIANTO LASER TRUMPF TCL 3030
N. 1	PANNELLATRICE PER LAMIERA
N. 1	CELLA DI PIEGATURA ROBOTIZZATA
N. 1	CELLA SORTING
N. 5	PRESSE PIEGATRICI
N. 4	<b>CESOIE</b>
N. 1	FRESATUBI HP 0,75
N. 11	PUNTATRICI
N. 50	TRAPANI
N. 7	PRESSE ECCENTRICHE
N. 10	SALDATRICI
N. 3	PISTOLE ELETTROSTATICHE
N. 1	FORATRICE AUTOMATICA
N. 5	PRESSE PIEGATRICI A CONTROLLO NUMERICO
N. 2	PRESSE PIEGATRICI MANUALI
N. 5	PULITRICI PER ALLUMINIO
N. 3	TRONCATRICI
N. 2	TORNI PARALLELI
N. 2	FRESATRICI
N. 1	TRONCATRICE AUTOMATICA
N. 1	CABINA INSONORIZZAZIONE TRONCATRICE AUTOMATICA
N. 1	CENTRO DI LAVORO CON CAMBIO PALLET AUTOMATICO




N. 4	ROBOT DI SALDATURA
N. 14	CARRELLI ELEVATORI
N. 5	CURVATUBI AUTOMATICHE
N. 2	GENERATORE PER PISTOLA ELETTROSTATICA
N. 1	GRUPPO CONVERTITORE
N. 1	ASPIRATORE PULITURA
N. 2	SCANTONATRICI CON RIDUTTORE DI PRESSIONE
N. 1	CARRO PONTE
N. 2	IMPIANTO DI VERNICIATURA A POLVERI EPOSSIDICHE COMPOSTO DA CABINE DI VERNICIATURA E LAVAGGIO
N. 1	SABBIATRICE
N. 2	IMPIANTO COMPRESSORI
N. 4	SMERIGLIATRICI
N. 2	RIVETTATRICI
N. 1	IMPIANTO FILCORD 350-1 "FRO"
N. 1	REGGIATRICE SEMIAUTOMATICA
N. 1	MOLLA AD ARIA
N. 9	AVVITATORI
N. 1	PRESSA FRONTALE T35
N. 1	BILANCIA CONTAPEZZI ELETTRONICA
N. 1	MACCHINA ALLARGATUBI AST38/6P
N. 1	TENDIREGGIA MANUALE
N. 5	BANCHI DI MONTAGGIO PER CARICHI DISTRIBUITI
N. 1	IMPIANTO TELEFONICO CON LINEE ISDN

La ditta si avvale inoltre di:

- server gestionale Digital Alpha server 1200.
- 100 PC collegati tramite rete prot. TCP/IP.
- Sistemi CAD per la progettazione e l'industrializzazione dei prodotti.
- Server NT
- Sito Web e posta aziendale.

I trasporti dei materiali vengono effettuati con propri autocarri, di cui n.4 di grossa portata e n. 3 di piccola portata.

La rete di vendita si estende in tutta Italia con 20 agenti e circa 1500 Enti Ospedalieri fra i propri Clienti, mentre, per quanto riguarda il mercato estero, la Società è rappresentata in quasi tutti Paesi.

#### ORGANICO DELL'AZIENDA E RELATIVE MANSIONI

**L'organico della Malvestio Spa è attualmente costituito da n. 142 dipendenti, con mansioni così suddivise:**

-) n. 26 tecnici di cui :

MALVESTIO S.P.A. – 35010 VILLANOVA (PADOVA) ITALY – VIA CALTANA, 121  
tel. 049/9299511 – fax 049/9299500 – e-mail: info@malvestio.it - internet: www.malvestio.it  
capitale sociale 2.450.000,00 € int.vers. – c.c.i.a.a. Padova 119204 – reg.imprese, c.f. e p.iva 00197370281  
Banche di appoggio:  
CASSA RISP. DEL VENETO IBAN IT670062256299007400601005K  
B.CA CARIGE ITALIA SPA IBAN IT87L03431624300000000168480  
B.CA NAZ. LAVORO IBAN IT91N01005121000000000005077

MPS IBAN IT92H0103062990000001032366  
UNICREDIT B.CA IBAN IT42R02008361900000030082896







- n. 5 progettisti
- n. 4 addetti alle spedizioni
- n. 1 responsabile + 1 collaboratore sistema qualità
- n. 1 Ingegnere addetto al controllo di qualità dei prodotti
- n. 3 tecnici specializzati addetti al montaggio dei prodotti
- n. 1 responsabile magazzino
- n. 5 tecnici commerciali
- n. 3 addetti ai disegni CAD
- ) n. 1 dirigente - Ing. Responsabile Ufficio Progettazione
- ) n. 1 dirigente - Direzione Commerciale
- ) n. 1 responsabile di gestione
- ) n. 24 impiegati di concetto ed amministrativi
- ) n. 89 operai di cui n. 56 specializzati e n. 33 qualificati

**PER L'ASSISTENZA DEI MATERIALI FORNITI**

L'azienda dispone di un rete di assistenza con personale addestrato e furgoni attrezzati per la manutenzione delle attrezzature fornite.

**MALVESTIO SPA**

Presidente Amministratore Delegato  
**MARINO MALVESTIO**  
nato a Padova il 22.07.1960  
**MALVESTIO SPA**  
Via Caltana 121 – 35010 Villanova (PD)



*Signature of Marino Malvestio*

MALVESTIO S.P.A. – 35010 VILLANOVA (PADOVA) ITALY – VIA CALTANA, 121  
tel. 049/9299511 – fax 049/9299500 – e-mail: info@malvestio.it - internet: www.malvestio.it  
capitale sociale 2.450.000,00 € int.vers. – c.c.i.a.a. Padova 119204 – reg.imprese, c.f. e p.iva 00197370281

Banche di appoggio:

CASSA RISP. DEL VENETO IBAN IT670062256299007400601005K  
B.CA CARIGE ITALIA SPA IBAN IT87L0343162430000000168480  
B.CA NAZ. LAVORO IBAN IT91N0100512100000000005077

MPS IBAN IT92H0103062990000001032366  
UNICREDIT B.CA IBAN IT42R0200836190000030082896



Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute

<b>Numero RDO:</b>	1141203
<b>Descrizione RDO:</b>	Fornitura ed Installazione Arredi Sanitari per Degenti
<b>Criterio di aggiudicazione:</b>	Offerta economicamente piu' vantaggiosa
<b>Unita' di misura dell'offerta economica:</b>	Valori al ribasso
<b>Amministrazione titolare del procedimento</b>	AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA 01987250782 San Martino COSENZA CS
<b>Punto Ordinante</b>	ALBERTO GRANO
<b>Soggetto stipulante</b>	Nome: ALBERTO GRANO Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA
<b>Codice univoco ufficio - IPA</b>	6TFXZ7
<b>(RUP) Responsabile Unico del Procedimento</b>	Dott. Alberto Grano
<b>Data e ora inizio presentazione offerte:</b>	14/03/2016 16:35
<b>Data e ora termine ultimo presentazione offerte:</b>	14/04/2016 12:00
<b>Data e ora termine ultimo richiesta chiarimenti:</b>	30/03/2016 12:00
<b>Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)</b>	14/10/2016 12:00
<b>Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:</b>	60
<b>Bandi / Categorie oggetto della RdO:</b>	ARREDI104

Lotto esaminato: 1 armadi, comodini degenza e carrelli terapia (Lotto unico)

<b>CIG</b>	66261632B0
<b>CUP</b>	
<b>Oggetto di Fornitura 1</b>	Armadi spogliatoio due degenti con due ante/36/
<b>Oggetto di Fornitura 2</b>	Carrelli terapia/3/
<b>Oggetto di Fornitura 3</b>	Comodino bifronte con piano servitore/65/
<b>Importo totale a base d'asta</b>	65000,00

Concorrenti

#	Denominazione	Forma di Partecipazione	Partita IVA	Data Invio Offerta
1	C.A.M. HOSPITAL SRL	Singola	01897730659	13/04/2016 13:28
2	DOIMO MIS	Singola	04222830269	12/04/2016 16:04
3	PC SERVICE DI MARINO SIMONE & C.	Singola	02371070786	13/04/2016 10:56
4	VERNIPOLL	Singola	01115150540	13/04/2016 17:27
5	SO.ME.DIR.	Singola	02133730800	11/04/2016 19:19
6	CENTRO FURNITURE SANITARIE SRL	Singola	02707600249	14/04/2016 09:20

7	MALVESTIO SPA	Singola	00197370281	13/04/2016 10:05
8	FAVERO HEALTH PROJECTS SPA	Singola	00175410265	14/04/2016 09:55
9	MEDICAL SERVICE DI GIOVANNI PETRUCCI	Singola	00900780784	14/04/2016 11:37

ESAME DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA	Inizio	Fine
	26/04/2016 15:09:53	26/04/2016 16:01:21

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente	Garanzia Fidiussoria ex art.75 D.Lgs n.163/06		Patto Integrità		DUVRI		Disciplinare di gara		Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi		Eventuale documentazione relativa all'avvalimento	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note
C.A.M. HOSPITAL SRL	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna		nessuna		nessuna
DOIMO MIS	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna		nessuna		nessuna
PC SERVICE DI MARINO SIMONE & C.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna		nessuna		nessuna
VERNIPOLL	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna		nessuna		nessuna
SO.ME.DIR.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna		nessuna		nessuna
CENTRO FORNITURE SANITARIE SRL	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna		nessuna		nessuna
MALVESTIO SPA	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna		nessuna		nessuna
FAVERO HEALTH PROJECTS SPA	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna		nessuna		nessuna
MEDICAL SERVICE DI GIOVANNI PETRUCCI	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna		nessuna		nessuna

Non esistono Richieste Amministrative di Lotto

ESAME DELLA BUSTA TECNICA	Inizio	Fine
	26/04/2016 16:01:36	17/05/2016 09:14:10

Concorrente	schede tecniche prodotti offerti	
	Valutazione	Note
C.A.M. HOSPITAL SRL	Approvato	nessuna
DOIMO MIS	Approvato	nessuna
PC SERVICE DI MARINO SIMONE & C.	Approvato	nessuna
VERNIPOLL	Approvato	nessuna
SO.ME.DIR.	Approvato	nessuna
CENTRO FORNITURE	Approvato	nessuna



SANITARIE SRL		
MALVESTIO SPA	Approvato	nessuna
FAVERO HEALTH PROJECTS SPA	Approvato	nessuna
MEDICAL SERVICE DI GIOVANNI PETRUCCI	NON Approvato	nessuna

ESAME DELLA BUSTA ECONOMICA	Inizio	Fine
	24/05/2016 12:27:09	24/05/2016 12:33:06

Concorrente	Offerta Economica (fac-simile di sistema)	
	Valutazione	Note
C.A.M. HOSPITAL SRL	Approvato	nessuna
DOIMO MIS	Approvato	nessuna
PC SERVICE DI MARINO SIMONE & C.	Approvato	nessuna
VERNIPOLL	Approvato	nessuna
SO.ME.DIR.	Approvato	nessuna
CENTRO FORNITURE SANITARIE SRL	Approvato	nessuna
MALVESTIO SPA	Approvato	nessuna
FAVERO HEALTH PROJECTS SPA	Approvato	nessuna
MEDICAL SERVICE DI GIOVANNI PETRUCCI	NON Valutato	nessuna

Offerta economicamente più vantaggiosa

Concorrente	Soglia di Anomalia tecnica	Punteggio Tecnico	Soglia di Anomalia Economica	Punteggio Economico	Offerta Anomala
MALVESTIO SPA	40,00 punti	48,00 punti	40,00 punti	50,00 punti	SI
VERNIPOLL		43,00 punti		36,50 punti	NO
PC SERVICE DI MARINO SIMONE & C.		34,00 punti		41,62 punti	NO
C.A.M. HOSPITAL SRL		32,00 punti		42,62 punti	NO
DOIMO MIS		43,00 punti		30,41 punti	NO
CENTRO FORNITURE SANITARIE SRL		39,00 punti		30,70 punti	NO
FAVERO HEALTH PROJECTS SPA		41,00 punti		28,70 punti	NO
SO.ME.DIR.		29,00 punti		28,20 punti	NO

Data dell'ultimo ricalcolo:	Nessun ricalcolo effettuato
-----------------------------	-----------------------------

*Culle*

Classifica della gara (Offerta economicamente più vantaggiosa)

Concorrente	Valore	Punteggio	Punteggio	Punteggio	Punteggio
-------------	--------	-----------	-----------	-----------	-----------

Data Creazione Documento: 25/05/2016 04:45

Pagina 3 di 4

*[Signature]*

	complessivo dell'Offerta	Tecnico attribuito automaticamente	Tecnico attribuito da Commissione	Economico	Complessivo
MEDICAL SERVICE DI GIOVANNI PETRUCCI	Concorrente escluso				
MALVESTIO SPA	27221,46	0,00	48,00	50,00	98,00
VERNI POLL	37292,00	0,00	43,00	36,50	79,50
PC SERVICE DI MARINO SIMONE & C.	32705,00	0,00	34,00	41,62	75,62
C.A.M. HOSPITAL SRL	31933,61	0,00	32,00	42,62	74,62
DOIMO MIS	44760,92	0,00	43,00	30,41	73,41
FAVERO HEALTH PROJECTS SPA	47423,37	0,00	41,00	28,70	69,70
CENTRO FORNITURE SANITARIE SRL	44330,00	0,00	39,00	30,70	69,70
SO.ME.DIR.	48268,85	0,00	29,00	28,20	57,20

<b>Note di gara</b>	nessuna
<b>Note specifiche lotto 1</b>	nessuna






Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute



<b>Numero RDO:</b>	1141203
<b>Descrizione RDO:</b>	Fornitura ed Installazione Arredi Sanitari per Degenti
<b>Criterio di aggiudicazione:</b>	Offerta economicamente più vantaggiosa
<b>Unità di misura dell'offerta economica:</b>	Valori al ribasso
<b>Amministrazione titolare del procedimento</b>	AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA 01987250782 San Martino COSENZA CS
<b>Punto Ordinante</b>	ALBERTO GRANO
<b>Soggetto stipulante</b>	Nome: ALBERTO GRANO Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA
<b>Codice univoco ufficio - IPA</b>	6TFXZ7
<b>(RUP) Responsabile Unico del Procedimento</b>	Dott. Alberto Grano
<b>Data e ora inizio presentazione offerte:</b>	14/03/2016 16:35
<b>Data e ora termine ultimo presentazione offerte:</b>	14/04/2016 12:00
<b>Data e ora termine ultimo richiesta chiarimenti:</b>	30/03/2016 12:00
<b>Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)</b>	14/10/2016 12:00
<b>Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:</b>	60
<b>Bandi / Categorie oggetto della RdO:</b>	ARREDI104

Lotto esaminato: 2 Letti Degenti (Lotto unico)

<b>CIG</b>	66261675FC
<b>CUP</b>	
<b>Oggetto di Fornitura 1</b>	Letti degenza/65/
<b>Importo totale a base d'asta</b>	130000,00

Concorrenti

#	Denominazione	Forma di Partecipazione	Partita IVA	Data Invio Offerta
1	C.A.M. HOSPITAL SRL	Singola	01897730659	13/04/2016 13:28
2	DOIMO MIS	Singola	04222830269	12/04/2016 16:04
3	PC SERVICE DI MARINO SIMONE & C.	Singola	02371070786	13/04/2016 10:56
4	ARGA MEDICALI SRL	Singola	03586311007	07/04/2016 10:24
5	VERNIPOLL	Singola	01115150540	13/04/2016 17:27
6	PAM MOBILITY S.R.L.	Singola	02429390350	14/04/2016 11:34
7	SO.ME.DIR.	Singola	02133730800	11/04/2016 19:19
8	SERVIMED SRL	Singola	03055550739	11/04/2016 12:27
9	COREMEC S.R.L.	Singola	04327730018	11/04/2016 11:51

10	STRYKER ITALIA SRL SU	Singola	06032681006	13/04/2016 18:27
11	MALVESTIO SPA	Singola	00197370281	13/04/2016 10:05
12	MEDICAL SERVICE DI GIOVANNI PETRUCCI	Singola	00900780784	14/04/2016 11:37

ESAME DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA	Inizio	Fine
	26/04/2016 15:09:53	26/04/2016 16:01:21

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente	Garanzia Fidiussoria ex art.75 D.Lgs n.163/06		Patto Integrità		DUVRI		Disciplinare di gara		Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi		Eventuale documentazione relativa all'avvalimento	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note
C.A.M. HOSPITAL SRL	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna		nessuna		nessuna
DOIMO MIS	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna		nessuna		nessuna
PC SERVICE DI MARINO SIMONE & C.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna		nessuna		nessuna
ARGA MEDICALI SRL	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna		nessuna		nessuna
VERNIPOLL	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna		nessuna		nessuna
PAM MOBILITY S.R.L.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna		nessuna		nessuna
SO.ME.DIR.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna		nessuna		nessuna
SERVIMED SRL	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna		nessuna		nessuna
COREMEC S.R.L.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna		nessuna		nessuna
STRYKER ITALIA SRL SU	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna		nessuna		nessuna
MALVESTIO SPA	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna		nessuna		nessuna
MEDICAL SERVICE DI GIOVANNI PETRUCCI	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna		nessuna		nessuna

Non esistono Richieste Amministrative di Lotto

ESAME DELLA BUSTA TECNICA	Inizio	Fine
	26/04/2016 16:35:38	17/05/2016 09:15:00

Concorrente	schede tecniche prodotti offerti	
	Valutazione	Note
C.A.M. HOSPITAL SRL	Approvato	nessuna
DOIMO MIS	Approvato	nessuna

Data Creazione Documento: 25/05/2016 04:55

Pagina 2 di 5



PC SERVICE DI MARINO SIMONE & C.	Approvato	nessuna
ARGA MEDICALI SRL	NON Approvato	Non giudicabile in quanto la ditta ha offerto un letto elettrico non richiesto in gara, contrariamente anche a quanto già specificato con il chiarimento notificato mezzo ME.PA il 23.03.16 ed in pari data letto dalla stessa concorrente
VERNIPOLL	Approvato	nessuna
PAM MOBILITY S.R.L.	Approvato	nessuna
SO.ME.DIR.	Approvato	nessuna
SERVIMED SRL	Approvato	nessuna
COREMEC S.R.L.	Approvato	nessuna
STRYKER ITALIA SRL SU	NON Approvato	Non giudicabile in quanto la ditta ha offerto un letto elettrico non richiesto in gara, contrariamente anche a quanto già specificato con il chiarimento notificato mezzo ME.PA il 23.03.16 ed in data 24.03.16 letto dalla stessa concorrente.
MALVESTIO SPA	Approvato	nessuna
MEDICAL SERVICE DI GIOVANNI PETRUCCI	Approvato	nessuna

ESAME DELLA BUSTA ECONOMICA	Inizio	Fine
	24/05/2016 12:35:16	24/05/2016 12:39:18

Concorrente	Offerta Economica (fac-simile di sistema)	
	Valutazione	Note
C.A.M. HOSPITAL SRL	Approvato	nessuna
DOIMO MIS	Approvato	nessuna
PC SERVICE DI MARINO SIMONE & C.	Approvato	nessuna
ARGA MEDICALI SRL	NON Valutato	nessuna
VERNIPOLL	Approvato	nessuna
PAM MOBILITY S.R.L.	Approvato	nessuna
SO.ME.DIR.	Approvato	nessuna
SERVIMED SRL	Approvato	nessuna
COREMEC S.R.L.	Approvato	nessuna
STRYKER ITALIA SRL SU	NON Valutato	nessuna
MALVESTIO SPA	Approvato	nessuna

MEDICAL SERVICE DI GIOVANNI PETRUCCI	Approvato	nessuna
--------------------------------------	-----------	---------

Offerta economicamente più vantaggiosa

Concorrente	Soglia di Anomalia tecnica	Punteggio Tecnico	Soglia di Anomalia Economica	Punteggio Economico	Offerta Anomala
VERNIPOLL	40,00 punti	45,00 punti	40,00 punti	36,85 punti	NO
MALVESTIO SPA		46,00 punti		35,38 punti	NO
PAM MOBILITY S.R.L.		31,00 punti		50,00 punti	NO
DOIMO MIS		50,00 punti		29,98 punti	NO
PC SERVICE DI MARINO SIMONE & C.		42,00 punti		25,83 punti	NO
C.A.M. HOSPITAL SRL		40,00 punti		25,40 punti	NO
SERVIMED SRL		25,00 punti		34,32 punti	NO
SO.ME.DIR.		30,00 punti		22,80 punti	NO
COREMEC S.R.L.		17,00 punti		26,07 punti	NO
MEDICAL SERVICE DI GIOVANNI PETRUCCI		16,00 punti		22,78 punti	NO

Data dell'ultimo ricalcolo:	Nessun ricalcolo effettuato
-----------------------------	-----------------------------

Classifica della gara (Offerta economicamente più vantaggiosa)

Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta	Punteggio Tecnico attribuito automaticamente	Punteggio Tecnico attribuito da Commissione	Punteggio Economico	Punteggio Complessivo
ARGA MEDICALI SRL	Concorrente escluso				
STRYKER ITALIA SRL SU	Concorrente escluso				
VERNIPOLL	79560,00	0,00	45,00	36,85	81,85
MALVESTIO SPA	82854,20	0,00	46,00	35,38	81,38
PAM MOBILITY S.R.L.	58630,00	0,00	31,00	50,00	81,00
DOIMO MIS	97796,40	0,00	50,00	29,98	79,98
PC SERVICE DI MARINO SIMONE & C.	113490,00	0,00	42,00	25,83	67,83
C.A.M. HOSPITAL SRL	115404,90	0,00	40,00	25,40	65,40
SERVIMED SRL	85410,00	0,00	25,00	34,32	59,32
SO.ME.DIR.	128570,00	0,00	30,00	22,80	52,80
COREMEC S.R.L.	112450,00	0,00	17,00	26,07	43,07
MEDICAL SERVICE DI GIOVANNI PETRUCCI	128700,00	0,00	16,00	22,78	38,78

Note di gara	nessuna
Note specifiche lotto 2	nessuna

