

CAPITOLATO TECNICO

Procedura di gara per l'acquisto di n. 4 Generatori di flussi laminari per sala operatoria, con fornitura in somministrazione di n.1.500 filtri HEPA H14, con le caratteristiche tecniche analiticamente descritte nel capitolato tecnico appresso indicato

Importo a base d'asta euro 180.000,00, oltre iva.

Il presente capitolato ha per oggetto l'acquisto di n.4 Generatori di flussi laminari per sala operatoria, con fornitura in somministrazione di n.1.500 filtri HEPA H14 lotto unico ed indivisibile.

ART.1 - STRUMENTAZIONE.

Si richiedono N. 4 **"Generatori mobili di flussi laminari"** con tavolo strumenti integrato per sala operatoria, con le seguenti caratteristiche tecniche:

Dimensioni indicative generatore: lunghezza 600mm circa, profondità 250mm circa, altezza 1300-1700 mm circa;

Dimensioni tavolo porta strumenti: 450x600 mm circa;

Peso 40 Kg circa;

Produzione di flusso unidirezionale nel rispetto delle linee guida ISO 5;

Documentazione attestante la capacità di ridurre in maniera rilevante la carica batterica;

Dotazione di monitor per l'orientamento mirato del flusso sugli interventi chirurgici e sul materiale protesico;

Presenza di una base mobile (con ruote) quale supporto del monitor allo scopo di facilitarne gli spostamenti;

Marchio CE in conformità con la normativa inerente i dispositivi medici; Certificazione EN 1822;

Il generatore deve proteggere il campo operatorio e gli strumenti tramite una unità mobile a flusso laminare con filtro HEPA H14 integrato;

Le macchine devono essere dotate di un sistema che registra l'intervento chirurgico per la medicina difensiva, dimostrando l'effettivo utilizzo.

Su richiesta della Direzione Sanitaria di Presidio Unico, la ditta aggiudicataria dovrà effettuare la determinazione particellare dell'aria con apposita strumentazione certificata.

La suddetta strumentazione dovrà essere comprensiva di assistenza tecnica, manutenzione e garanzia "full risk" per anni due, con tempi di intervento max 24 ore.

ART.2 - MODALITA' DI CONSEGNA

La consegna di tutto quanto previsto nel presente appalto si intende porto franco comprensiva di tutte le spese di imballo, trasporto, e quant'altro previsto nell'offerta e nel presente capitolato, nulla escluso necessario alla consegna

La consegna dei beni deve essere effettuata durante il normale orario di lavoro presso le sale operatorie dello S.O Annunziata, sito in via Felice Migliori snc – Cosenza, previo contatto con la Direzione Sanitaria P.U., nella persona del Dr. Francesco Rose.

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese derivanti dal trasporto interno, anche nel caso in cui non fosse possibile l'utilizzo dei montacarichi/ascensori esistenti.

La ditta aggiudicataria dovrà obbligatoriamente consegnare attrezzature e componenti nuove di fabbrica ed aggiornate all'ultima release disponibile all'atto della consegna; qualora siano state introdotte innovazioni, la ditta aggiudicataria dovrà darne comunicazione all'Azienda che si riserva il diritto di valutare a proprio insindacabile giudizio se accettare le innovazioni offerte a parità di condizioni economiche o pretendere la consegna con le stesse caratteristiche dell'offerta.

La consegna della strumentazione dovrà avvenire entro 10 gg. solari dalla sottoscrizione del contratto ME.PA.

La fornitura dei filtri e dell'eventuale materiale di consumo è in **somministrazione**, gli stessi devono essere consegnati entro 5gg. dalla data di ricevimento dell'ordine.

La consegna dovrà essere accompagnata dal documento di accompagnamento riportante i riferimenti dell'ordine.

ART.3 - INSTALLAZIONE E AGGIORNAMENTO TECNICO

Nella fornitura è compresa l'installazione dell'attrezzatura e di tutto quanto previsto nell'offerta.

Nella fase di installazione la ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a prestare gratuitamente la necessaria messa a punto delle apparecchiature e la formazione del personale dell'Azienda Ospedaliera, nonché l'ottimizzazione dell'attività in relazione all'organizzazione del lavoro.

ART.4 - COLLAUDO

Il collaudo dell'apparecchiatura dovrà avvenire entro 30 giorni lavorativi dall'avvenuta presa in consegna.

Le spese relative al collaudo si intendono a carico della ditta aggiudicataria.

L'accettazione ed il collaudo non esonerano la ditta aggiudicataria dalla responsabilità per eventuali fatti ed imperfezioni che non siano emersi al momento dell'accettazione o del collaudo della stessa e che fossero inseguito rilevati.

Dovrà inoltre essere attestato che quanto fornito sia corredato dai relativi manuali d'uso.

Qualora l'Azienda Ospedaliera rifiuti l'apparecchiatura fornita perché dagli accertamenti effettuati risulti che per qualità, lavorazione od altro, non è conforme alle caratteristiche tecniche richieste ed offerte, la ditta aggiudicataria, a sua cura e spese dovrà sostituirla immediatamente, al più tardi entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla comunicazione, con altra apparecchiatura che soddisfi alle condizioni richieste.

ART.5 CRITERIO AGGIUDICAZIONE

Il criterio di aggiudicazione della presente fornitura è l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 D.Lgs n.50/16, secondo i punteggi sotto elencati:

Prezzo punti n.60

Qualità punti n.40

CRITERI QUALITA'	PUNTEGGIO
Caratteristiche Tecniche Apparecchiatura	<i>Punti max n.10</i>
Modalità e qualità dell'espletamento del servizio	<i>Punti max n.10</i>
Celerità consegna materiali di consumo	<i>Consegna entro 3 gg max punti n.5; Consegna entro 5gg max punti n.3</i>
Assistenza tecnica	<i>Entro 6 ore punti max n.5 Entro 12 ore punti max n.3</i>
Ingombro ed ergonomia Apparecchiatura	<i>Punti max n.5</i>
Servizi aggiuntivi migliorativi	<i>Punti max n.5</i>

Il presente Capitolato tecnico dovrà essere sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante della Ditta.