

All. 1

### Griglia di valutazione ditta Stella Tecnomedica – Prodotti Karl Storz

- |           |   |     |
|-----------|---|-----|
| <b>1</b>  | N. 2 Videomediastinoscopio operativo a spatole regolabili e oculare fisso con oculare per la connessione di videocamera endoscopica, lame di lunghezza circa 160 mm., atraumatiche divaricabili, allargabili e con altezza regolabile sia alla parte distale che lateralmente, al fine di consentire l'asportazione di linfonodi anche lateralmente;<br>- Il videomediastinoscopio offerto è sprovvisto di oculare fisso come richiesto. E' prevista una connessione a scatto che non soddisfa le esigenze tecniche ed ergonomiche<br>- Offerta lama da 14 cm. contro i 16 cm. richiesti, pertanto di lunghezza sufficiente.<br>- Offerte lame divaricabili lateralmente solo a livello distale | 6   |
| <b>2</b>  | N° 2 tubi a doppio lume di irrigazione e aspirazione asportabili;<br>- Offerti tubi non a doppio lume, pertanto non idonei  | 0   |
| <b>3</b>  | N° 1 braccio ad "U" completo di connessione al tavolo operatorio e con braccetto snodabile a cui connettere il Videomediastinoscopio al fine di reggerlo in sospensione;<br>- Offerto braccio ad "U" in linea con la richiesta  | 10  |
| <b>4</b>  | N° 2 Tubi doppio lume per aspirazione e irrigazione per Videomediastinoscopio;<br>- Offerti tubi non a doppio lume, pertanto non idonei   | 0,5 |
| <b>5</b>  | N° 3 Pinze da biopsia di Hurlgen di dimensioni circa: lungh. 230 mm, stelo 3.5 mm, morso 3.5 mm;<br>- Offerte pinze in linee con la richiesta, pertanto idonee  | 1   |
| <b>6</b>  | N° 2 tubi per coagulare/aspirare di dimensioni circa: lungh. 240 mm, diametro 3.0 mm<br>- Offerti tubi molto piu' lunghi (30 cm contro i 24 cm richiesti) e di diam superiore (5 mm contro i 3 richiesti), pertanto non idonei  | 0,5 |
| <b>7</b>  | N° 2 cavi di connessione bipolari lunghezza circa 5 metri;<br>- Idonei  | 1   |
| <b>8</b>  | N° 2 cestelli per sterilizzazione e reprocessing Videomediastinoscopio;<br>- Idonei   | 1   |
| <b>9</b>  | N° 1 cestello per sterilizzazione strumentario;<br>- Idonei   | 1   |
| <b>10</b> | N° 2 cavi luce dedicati<br>- Idonei   | 1   |
| <b>11</b> | Prova del Videomediastinoscopio<br>- Non effettuata per indisponibilità alla prova entro i 20 gg dalla data di comunicazione dell'ammissione alla gara avvenuta con comunicazione di Stella Tecnomedica   | 0   |
| <b>12</b> | Garanzia minima 24 mesi con programma di manutenzione durante il periodo di garanzia che deve includere una verifica funzionale ed una verifica elettrica opportunamente certificata all'anno<br>- Offerta garanzia per 36 mesi e verifiche come da richiesta   | 5   |
| <b>13</b> | Modalità dell'assistenza tecnica, tempi di risposta dalla richiesta di intervento, tempi di ripristino del guasto che deve includere un muletto sostitutivo (con le stesse caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura in manutenzione) in pronta consegna, per guasti importanti che si prolungano oltre i cinque giorni lavorativi dalla richiesta di assistenza<br>- Tempi di risposta: 30 minuti<br>- Tempi di ripristino del guasto: 2h lavorative<br>- Muletto sostitutivo: sempre disponibile  | 5   |

**TOTALE**

**32**

*Handwritten signatures and initials:*  
- A large signature on the right side of the page.  
- A signature below item 13.  
- A signature at the bottom right of the page.

### Griglia di valutazione ditta New Hospital – Prodotti R. Wolf

- |           |  |    |
|-----------|--|----|
| <b>1</b>  | N. 2 Videomediastinoscopio operativo a spatole regolabili e oculare fisso con oculare per la connessione di videocamera endoscopica, lame di lunghezza circa 160 mm., atraumatiche divaricabili, allargabili e con altezza regolabile sia alla parte distale che lateralmente, al fine di consentire l'asportazione di linfonodi anche lateralmente;<br>- Il videomediastinoscopio offerto è idoneo per morfologia, ergonomia e dimensioni   | 18 |
| <b>2</b>  | N° 2 tubi a doppio lume di irrigazione e aspirazione asportabili;<br>- Offerti tubi a doppio lume, pertanto idonei   | 10 |
| <b>3</b>  | N° 1 braccio ad "U" completo di connessione al tavolo operatorio e con braccetto snodabile a cui connettere il Videomediastinoscopio al fine di reggerlo in sospensione;<br>- Offerto braccio ad "U" in linea con la richiesta   | 10 |
| <b>4</b>  | N° 2 Tubi doppio lume per aspirazione e irrigazione per Videomediastinoscopio;<br>- Offerti tubi a doppio lume, pertanto idonei  | 1  |
| <b>5</b>  | N° 3 Pinze da biopsia di Hurtgen di dimensioni circa: lungh. 230 mm, stelo 3.5 mm, morso 3.5 mm;<br>- Offerte pinze in linea con la richiesta, pertanto idonee   | 1  |
| <b>6</b>  | N° 2 tubi per coagulare/aspirare di dimensioni circa: lungh. 240 mm, diametro 3.0 mm<br>- Offerti tubi idonei per morfologia, ergonomia e dimensioni   | 1  |
| <b>7</b>  | N° 2 cavi di connessione bipolari lunghezza circa 5 metri;<br>- Idonei   | 1  |
| <b>8</b>  | N° 2 cestelli per sterilizzazione e reprocessing Videomediastinoscopio;<br>- Idonei  | 1  |
| <b>9</b>  | N° 1 cestello per sterilizzazione strumentario;<br>- Idonei  | 1  |
| <b>10</b> | N° 2 cavi luce dedicati<br>- Idonei  | 1  |
| <b>11</b> | Prova del Videomediastinoscopio<br>- Soddisfacente la prova che ha testato dispositivi di buona qualità in linea con le richieste  | 15 |
| <b>12</b> | Garanzia minima 24 mesi con programma di manutenzione durante il periodo di garanzia che deve includere una verifica funzionale ed una verifica elettrica opportunamente certificata all'anno<br>- Offerta garanzia per mesi 24 e verifiche come da richiesta  | 5  |
| <b>13</b> | Modalità dell'assistenza tecnica, tempi di risposta dalla richiesta di intervento, tempi di ripristino del guasto che deve includere un muletto sostitutivo (con le stesse caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura in manutenzione) in pronta consegna, per guasti importanti che si prolungano oltre i cinque giorni lavorativi dalla richiesta di assistenza<br>- Tempi di risposta: entro 8 ore<br>- Tempi di ripristino del guasto: entro 8 ore<br>- Muletto sostitutivo: sempre disponibile | 5  |

**TOTALE**

Cosenza 26/03/19

Il Componente esperto

Dott.ssa Gabriella Giudice

70  
*Autu*

*Gabriella Giudice*

All. 2



## AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

(Ospedale Riuniti P.O. Annunziata - P.O. M. Santo - P.O. S. Barbara)

**U.O.C. Gestione Forniture e Servizi e Logistica**

Tel. 0984681931 - Fax 0984681936

Cod. Fisc. : 01987250782

**Pratica N.00022 Del 18/02/2019**

Procedura negoziata telematica per acquisto di nr. 2 Videomediastinoscopi - U.O.C. di Chirurgia Toracica - Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta): Euro 34.000,00 esclusa Iva.

### Elenco Aggiudicazioni Ordinate Per Fornitore

**Fornitore** New Hospital S.r.l.  
**N° 1173**

**Lotto N° 1** **Lotto (unico ed indivisibile) -**  
**Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta):**  
**Euro 34.000,00 esclusa Iva.**

<b>Voce N° 1</b>	Videomediastinoscopio operativo a spatole regolabili e oculare fisso con oculare per la connessione di videocamera endoscopica, lame di lunghezza circa 160 mm., atraumatiche divaricabili, allargabili e con altezza regolabile sia alla parte					
Codice Convergente	5008783.4121	Numero Repertorio		6822		
Prezzo Unitario	16.987,000000	Quantità numero	2,00	Costo Voce	33.974,00	Costo Ivato 41.448,28
Prezzo Confezione	16.987,000000	Quantità Confezione	1,00			Codice Iva 22
<b>Voce N° 2</b>	Tubi a doppio lume di irrigazione e aspirazione asportabili					
Codice Convergente	8783.721	Numero Repertorio		19777		
Prezzo Unitario	0,000001	Quantità numero	2,00	Costo Voce	0,00	Costo Ivato 0,00
Prezzo Confezione	0,000001	Quantità Confezione	1,00			Codice Iva 22
<b>Voce N° 3</b>	Braccio ad'U completo di connessione al tavolo operatorio e con braccetto snodabile a cui connettere il Videomediastinoscopio al fine di reggerlo in sospensione					
Codice Convergente	50084400.1700	Numero Repertorio		29768		
Prezzo Unitario	0,000001	Quantità numero	1,00	Costo Voce	0,00	Costo Ivato 0,00
Prezzo Confezione	0,000001	Quantità Confezione	1,00			Codice Iva 22
<b>Voce N° 4</b>	Tubi doppio lume per aspirazione e irrigazione per Videomediastinoscopio					
Codice Convergente	8783-721	Numero Repertorio		19777		
Prezzo Unitario	0,000001	Quantità numero	2,00	Costo Voce	0,00	Costo Ivato 0,00
Prezzo Confezione	0,000001	Quantità Confezione	1,00			Codice Iva 22

*Celli*

<b>Voce N° 5</b>	Pinze da biopsia di Hurtgen di dimensioni circa lungh. 230 mm, stelo 3.5 mm, morso 3.5 mm						
Codice Convergente	50084043.2403	Numero Repertorio 230310					
Prezzo Unitario	0,000001	Quantità numero	3,00	Costo Voce	0,00	Costo Ivato	0,00
Prezzo Confezione	0,000001	Quantità Confezione	1,00			Codice Iva	22

<b>Voce N° 6</b>	Tubi per coagulare/aspirare di dimensioni circa: lungh. 240 mm, diametro 3.0 mm						
Codice Convergente	5008289.24	Numero Repertorio 146836					
Prezzo Unitario	0,000001	Quantità numero	2,00	Costo Voce	0,00	Costo Ivato	0,00
Prezzo Confezione	0,000001	Quantità Confezione	1,00			Codice Iva	22

<b>Voce N° 7</b>	Cavi di connessione bipolari lunghezza circa 5 metri						
Codice Convergente	5008108.052	Numero Repertorio 69983					
Prezzo Unitario	0,000001	Quantità numero	2,00	Costo Voce	0,00	Costo Ivato	0,00
Prezzo Confezione	0,000001	Quantità Confezione	1,00			Codice Iva	22

<b>Voce N° 8</b>	Cestelli per sterilizzazione e reprocessing Videomediastinoscopio						
Codice Convergente	38044240						
Prezzo Unitario	0,000001	Quantità numero	2,00	Costo Voce	0,00	Costo Ivato	0,00
Prezzo Confezione	0,000001	Quantità Confezione	1,00			Codice Iva	22

<b>Voce N° 9</b>	Cestello per sterilizzazione strumentario						
Codice Convergente	8584.1212/8584.9002	Numero Repertorio 149193					
Prezzo Unitario	0,000001	Quantità numero	2,00	Costo Voce	0,00	Costo Ivato	0,00
Prezzo Confezione	0,000001	Quantità Confezione	1,00			Codice Iva	22

<b>Voce N° 10</b>	Cavi luce dedicati						
Codice Convergente	806550351	Numero Repertorio 945034					
Prezzo Unitario	0,000001	Quantità numero	2,00	Costo Voce	0,00	Costo Ivato	0,00
Prezzo Confezione	0,000001	Quantità Confezione	1,00			Codice Iva	22

			<b>Totale Fornitore</b>			
Imponibile	33.974,00	IVA	7.474,28	Costo	41.448,28	

ALL. 3

**Procedura negoziata per la fornitura di un Sistema di Videomediastinoscopio - U.O.C. di Chirurgia Toracica.**

Offerta			
Offerente	Lotto 1		
Concorrente	Valore complessivo dell'offerta	Punteggio complessivo	Miglior offerta
<u>NEW HOSPITAL SRL</u>	33974,00000000 Euro	98,57	Aggiudicatario provvisorio
<u>STELLA TECNOMEDICA SRL</u>	32360,00000000 Euro	62,00	Aggiudica provvisoriamente
<b>Punteggio massimo:</b>		<b>98,57</b>	

Cosenza 01/04/2019

gh  
Totale Tuber

Quarta

Celli