



DIREZIONE  
SERVIZIO PROVVEDITORATO  
Via G. Di Vittorio, 51  
97100 Ragusa

Telefono  
0932-600736-761-729

EMAIL  
maria.sigona@asp.rg.it

WEB  
www.asp.rg.it

Oggetto: Procedura di gara aperta per la fornitura in service di "n. 6 Unità complete per la chirurgia del segmento anteriore e posteriore "Facovitrectomi", per le UU.OO.CC. di Oculistica Aziendali, per la durata di 3 (tre) anni, con eventuale estensione del quinto d'obbligo ed eventuale esercizio dell'opzione di proroga per un ulteriore anno.

**Scadenza presentazione delle offerte: ore 13,00 del 03/05/2018.**

## AVVISO DI RETTIFICA / INTEGRAZIONE

Si rende noto che, a seguito di numerose richieste di chiarimenti, con **deliberazione n. 784 del 20/04/2018** è stato rettificato ed integrato il disciplinare di gara/capitolato speciale (art. 31 "Penalità") ed il capitolato tecnico (all. A), e precisamente:

### **Disciplinare di gara/capitolato speciale art. 31 "Penalità":**

- Le penali dovute per il ritardato adempimento ("rispetto del termine di risoluzione dei guasti" e "rispetto del termine di consegna dei prodotti oggetto della fornitura") sono previste nella misura giornaliera dello 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale, ai sensi dell'art. 113-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

### **Capitolato Tecnico (all. A):**

- "Pedale doppio lineare in modalità wireless": viene eliminato dal capitolato tecnico come requisito tecnico minimo;
- "Manipolo dotato di sei cristalli piezoelettrici a bassa frequenza (inferiore a 30Hz)": viene eliminato dal capitolato tecnico come requisito tecnico minimo;
- "Laser: integrato 532 mm": viene eliminato dal capitolato tecnico, in quanto erroneamente già inserito, tra i requisiti tecnici minimi, come "Endolaser integrato";
- "Diatermia: 100Hz": viene eliminato "100 Hz" come requisito tecnico minimo;
- "Candeliera da 25/27G", inserito come requisito tecnico minimo: viene rettificato in "Candeliera da 23/25G";
- "Candeliera con linea di infusione e Trocar integrato da 23/25/27", inserito come requisito migliorativo oggetto di valutazione qualitativa: viene rettificato in "Candeliera con linea di infusione e Trocar integrato da 27G";
- All'integrazione dei "Pack per vitrectomia" vengono aggiunti, come requisito tecnico minimo, "n. 250 kit contenenti sonde laser rette di vario diametro (20/23/25G)", quale fabbisogno annuo";

La documentazione rettificata/integrata è pubblicata sul sito internet: [www.asp.rg.it](http://www.asp.rg.it) "Amministrazione trasparente - sezione Bandi di gara e contratti - Sottosezione: Forniture";

Per eventuali informazioni rivolgersi alla Direzione Servizio Provveditorato dell'A.S.P. di Ragusa: Responsabile del Procedimento, dott.ssa Giuseppina Cianchino (tel. 0932-600761/729, e-mail: [giuseppina.cianchino@asp.rg.it](mailto:giuseppina.cianchino@asp.rg.it)).

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Giuseppina Cianchino

*Giuseppina Cianchino*