

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Deliberazione è stata pubblicata nell'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal _____

IL SEGRETARIO

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
- Immediatamente esecutiva dal _____
Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLA/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____
Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
R A G U S A

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 2315 del 17 SET. 2020

DIREZIONE SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: Intervento tecnico fuori garanzia ai sensi dell'art. 63.comma 2 lett.b.2 e 3 del D.lgs.50/16 per Tavolo Operatorio OPT mod. VANTO inv. ASP n. 18523. Sic ATI 7000 in dotazione al Blocco Operatorio del P.O. G.P.II di Ragusa . Ditta Andromedica S.r.l di Sant'Agati Li Battiati (CT).

L'estensore

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Elena Ruscica

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Ing. Gaetano Cilia

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il 15 SET. 2020

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

☐ Autorizzazione n. 611 del 2020

C.E.	C.P.	F d.Vinc.	S.Pass.
------	------	-----------	---------

Denominazione 503010101 "TAUUT. SAN ESC.

☐ Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE

Il 17 SET. 2020, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale, Arch. Angelo Aliquò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana D.P. n. 192/serv.1/S.G. del 4 aprile 2019, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dal Dott. Salvatore Torrisi, Direttore Amministrativo e dal Sig. Dott. Raffaele Elia, Direttore Sanitario e con l'assistenza Dott. Emanuele Marcello Diella quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 3076 del 12.12.2019 ed approvato con D.A. n. 159/2020 del 3.3.2020;

Premesso che in data 26/03/2020 è stata inoltrata tramite la Piattaforma Aziendale geos- software per la gestione della manutenzione apparecchiature elettromedicali Aziendali – richiesta di intervento tecnico (ODL 14593), riguardante il Tavolo Operatorio OPT mod. VANTO inv. ASP n. 18523 - Sic ATI 7000 (in garanzia sino al 01/11/2020) in dotazione al Blocco Operatorio del P.O. G.P.II di Ragusa , che presenta il seguente problema: “Rottura cuscino centrale del pianale operatorio”;

Che per l'effettuazione di tale intervento, così come previsto nell'art.7 del CSA per i guasti, durante il periodo di garanzia, la Ditta ATI DRAEGER ha interpellato la ditta Andromedica S.r.l. di Sant'Agati Li Battiati (CT), fornitrice del suddetto Tavolo Operatorio e autorizzata da casa madre, la quale ha riscontrato: “cuscino gambale spezzato da uso improprio e cuscino sezione bacino per piano operatorio spezzato”

Visto: il preventivo n. 35 del 09/07/2020 pervenuto dalla Ditta Andromedica S.r.l di Sant'Agati Li Battiati (CT), dell'importo scontato di € 2.748,91 IVA esclusa, relativo alla riparazione del cuscino gambale e cuscino sezione bacino per piano operatorio;

Riscontrato quanto dichiarato dalla Ditta Andromedica S.r.l di Sant'Agati Li Battiati (CT) nel suddetto preventivo a seguito di richiesta chiarimenti nella quale la ditta specifica che “ cuscino gambale spezzato da uso improprio e cuscino sezione bacino per piano operatorio spezzato non rientrano nella garanzia;

Visto che il Servizio Tecnico con mail del 15/07/2020 ha chiesto alla ditta Andromedica uno sconto sul prezzo offerto e la dichiarazione di esclusività ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera b) del D.lgs 50/2016;

Visto che la ditta Andromedica S.r.l , con mail del 08/09/2020 ha dichiarato che “il prezzo è in linea con i prezzi offerti recentemente alle altre strutture sanitarie pubbliche” ed ha allegato dichiarazione di esclusività del produttore dell'apparecchiatura coinvolta nell'intervento tecnico;

Preso atto della predetta dichiarazione e condizioni di unicità è possibile adottare procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b.2 e 3 del D.lgs.50/2016;

Accertata da parte della U.O. proponente, la necessità di garantire la funzionalità del suddetto Tavolo operatorio, nonché della convenienza a procedere alla riparazione, per € 2.748,91 IVA esclusa;

Rilevato che tale spesa rientra nell'autorizzazione n. 61 sub 1 del conto economico 503030101 denominato “manutenzione e riparazione attrezzature tecniche scientifiche e sanitarie”;

Dato atto che il Dirigente dell'U.O.C. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23/10/1986, come modificato dalla L. 20/12/1996 n.639, e che è stato predisposto nel rispetto della L. 06/11/2012 n. 190 – *disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione* – nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- 1) **Affidare** ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett.b.2 e 3 del D.lgs.50/2016 giusto preventivo scontato del 09/07/2020, n. 35 dell'importo di € 3.353,67 IVA compresa alla ditta Andromedica S.r.l di Sant'Agati Li Battiati (CT) per l'intervento tecnico di riparazione del cuscino gambale e cuscino sezione bacino per piano operatorio del Tavolo Operatorio OPT mod VANTO inv. ASP n. 18523. Sic ATI 7000 in dotazione al Blocco Operatorio del P.O. G.P.II di Ragusa;
- 2) **Prendere atto** che la spesa complessiva € 3.353,67 IVA compresa rientra nell'autorizzazione n. 61 sub 1 del conto economico 503030101 denominato “manutenzione e riparazione attrezzature tecniche scientifiche e sanitarie”;
- 3) **Dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo al fine di procedere in tempi celeri all'intervento di che trattasi;

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Salvatore Torrisi

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Raffaele Elia

IL DIRETTORE GENERALE

Arch. Angelo Aliquo

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE