

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Deliberazione è stata pubblicata nell'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal _____

IL SEGRETARIO

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
 - Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
 - Immediatamente esecutiva dal _____
- Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
 - Modifica con provvedimento n. _____ del _____
- Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIA Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 58 del 15 GEN. 2021

DIREZIONE PROVVEDITORATO

OGGETTO: Aggiudicazione in e-procurement sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione RDO n. 2624750 per l'affidamento della fornitura di attrezzature sanitarie da destinare alle UU.OO.CC. del P.O. di Vittoria.

L'ISTRUTTORE
Reg. Raffaele Leto

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Cecilia Leone

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Dott. Pasquale Amendolagine

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il 13 GEN. 2021

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

☐ Autorizzazione n. 20012 del _____

Denominazione 101020801 "41-SAN"

☐ Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE

Il 15 GEN. 2021, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, il Direttore Generale, Arch. Angelo Aliquò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana D.P. n. 192/serv.1/S.G. del 4 aprile 2019, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dal Dott. Salvatore Torrisi, Direttore Amministrativo e dal Dott. Raffaele Elia, Direttore Sanitario, con l'assistenza Dott. Emanuele Marcello Dielli, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 3076 del 12.12.2019 ed approvato con D.A. n. 159/2020 del 3.3.2020;

Premesso che con Deliberazione n. 1995 del 31/07/2020 è stato autorizzato esperimento di gara elettronica in e-procurement sul MEPA per l'affidamento della fornitura delle attrezzature di seguito elencate:

- N. 2 Monitor multiparametrici da destinare all'U.O.C. di Chirurgia Vascolare;
- N. 2 Monitor multiparametrici da destinare all'U.O.C. di Medicina Interna;
- N. 1 Cardiolina da destinare all'U.O.C. di Medicina Interna;
- N. 2 Sfigmomanometro professionale automatico da destinare all'U.O.C. di Medicina Interna;
- N. 2 Teli per trasferimento pazienti da destinare all'U.O.C. di Medicina Interna;

Rilevato che, per quanto sopra, è stata esperita la RDO n. 2624750 in lotto unico, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, invitando tutti i fornitori accreditati sulla piattaforma per la categoria dei beni in oggetto alla gara, "Forniture specifiche per la Sanità (BENI)", a presentare la propria offerta entro il termine posto in data 07/09/2020 ore 13:00;

Che il criterio di aggiudicazione previsto e quello di cui all'art. 95 punto 4 del D.lgs n. 50/2016, vale a dire a favore dell'offerta che presenti il prezzo più basso, previa verifica di conformità tecnica, in considerazione della circostanza che la lex specialis non lascia margini di definizione dei contenuti dell'appalto in capo all'iniziativa dell'impresa, predefinisce e descrive puntualmente tutti gli elementi progettuali, si svolge mediante operazioni in larga misura standardizzate;

Preso atto che, entro il termine di scadenza indicato hanno presentato offerta per la RDO in argomento le seguenti ditte:

RDO n. 2624750 lotto unico "fornitura attrezzature sanitarie" Cig Z2B2DF5BC9;

- Formedix S.r.l. Unipersonale di Palermo P. Iva 06477620824;
- Sirimed S.r.l. di Tremestieri Etneo (CT) P. Iva 03236450874;
- Alcantara S.r.l. di Messina P. Iva 03359340837;

Preso atto che la Commissione Tecnica nominata dal Direttore Generale dell'ASP con nota prot. N. 29124 del 22/09/2020, ha ritenuto non conforme l'offerta della ditta Alcantara S.r.l di Messina P. Iva 03359340837, per le seguenti motivazioni, per le quali non ha fornito chiarimenti:

1. La Commissione non rileva in quale punto della documentazione tecnica sono soddisfatti i seguenti requisiti minimi:
 - Garanzia 24 mesi full-risk a decorrere dalla data di verifica positivamente riscontrata;
 - La fornitura deve comprendere a cura dell'impresa aggiudicataria la rimozione e lo smaltimento di tutto il materiale di imballaggio.
 - Istruzione del personale per l'utilizzo dell'apparecchiatura.
 - Fornitura in lingua italiana dei manuali utente e di service completi di schemi elettrici, disegni e lista dei componenti.

Voce 1 Monitor multiparametrico: La Commissione non rileva in quale punto della documentazione tecnica, indicare pagina e rigo, dove sono soddisfatti i seguenti requisiti minimi:

- In grado di visualizzare almeno le seguenti 12 derivazioni selezionabili: 1-2-3; aVR, aVF, aVL; V1,V2,V3; V4,V5,V6.
- Dotato delle seguenti caratteristiche hardware:
 - Ampio display per la presentazione di tutte le tracce contemporaneamente (*specificare le dimensioni in pollici*).
- Dotato di sistema di archiviazione tracciati completi.
- Alimentazione a rete e tramite fonte di alimentazione interna ricaricabile con autonomia superiore ad 1 ora, con indicatore livello di carica
- Dotato di sistema di protezione da scarica di defibrillatore
- Sistema di identificazione pacemaker.

Voce 2 Elettocardiogramma: La Commissione non rileva in quale punto della documentazione tecnica, indicare pagina e rigo, dove sono soddisfatti i seguenti requisiti minimi:

- Analisi del tratto ST e aritmie.
- Configurazione del display (tracce e parametri) selezionabile dall'operatore.

- Dotato di dispositivo di memoria interna per la memorizzazione di dati, tracciati e allarmi (trends grafici e tabellari) in formato digitale per almeno 24 ore.
- Funzionamento a rete elettrica e a batteria interna ricaricabile con autonomia di almeno 180 min senza alimentazione elettrica da rete (*specificare i minuti di autonomia della batteria*).
- Dotato di ogni eventuale accessorio necessario per il normale e corretto utilizzo (almeno cavo ECG, sensore SpO2 a dito riutilizzabile, prolunga e bracciale NIBP riutilizzabile per adulti e bambini, sensore di temperatura completo cutaneo riutilizzabile, cavo di alimentazione elettrica, etc.) (*specificare la presenza del bracciale NIBP riutilizzabile per bambini*)
- Dotato di maniglia per il trasporto e morsetto per aggancio ad asta/barra.
- Completo di stativo di supporto carrellato, dotato di maniglie incorporate (o altri dispositivi) per la comoda movimentazione, posizionamento e trasporto intraospedaliero, con apposito vano porta-accessori. (*specificare la presenza della maniglia*).

Che il RUP ha comunicato l'esclusione alla ditta Alcantara S.r.l. di Messina P. Iva 03359340837., ai sensi dell'art. 76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.;

Che, conseguentemente, sono state aperte le offerte economiche delle ditte ammesse, e rilevato il prezzo offerto che, come da offerta archiviata sulla piattaforma digitale del MEPA, dà le seguenti risultanze di gara che con il presente atto si approvano:

RDO n. 2624750 lotto unico "fornitura attrezzature sanitarie" Cig Z2B2DF5BC9;

1. Formedix S.r.l. Unipersonale di Palermo P. Iva 06477620824, la fornitura relativa alla RDO in argomento per un totale di € 13.444,00 oltre iva 22%;
2. Sirimed S.r.l. di Tremestieri Etneo (CT) P. Iva 03236450874, la fornitura relativa alla RDO in argomento per un totale di € 14.290,00 oltre iva 22%;

Atteso di dover provvedere all'affidamento di che trattasi e aggiudicare alla seguente società:

- Formedix S.r.l. Unipersonale di Palermo P. Iva 06477620824, la "fornitura di attrezzature sanitarie da destinare alle UU.OO.CC. di Chirurgia Vascolare e Medicina Interna del P.O. di Vittoria" della RDO in argomento, al prezzo di € 16.401,68 Iva 22% inclusa. **Ritenuto** di nominare ai sensi dell'art 101 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, quale Direttore dell'esecuzione del contratto il dott. Andrea Li Destri, Direttore ff dell'U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. di Vittoria;

Dato atto che il Dirigente dell'U.O.C. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23/10/1986, come modificato dalla L. 20/12/1996 n.639, e che è stato predisposto nel rispetto della L. 06/11/2012 n. 190 – *disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione* – nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto di rispettiva competenza;

D E L I B E R A

Per le ragioni sopra esposte in premessa che qui si intendono riportate e confermate di:

1. **Aggiudicare** alla seguente società:
2. **RDO n. 2624750 lotto unico "fornitura attrezzature sanitarie" Cig Z2B2DF5BC9;**
 - Formedix S.r.l. Unipersonale di Palermo P. Iva 06477620824, la "fornitura di attrezzature sanitarie da destinare alle UU.OO.CC. di Chirurgia Vascolare e Medicina Interna del P.O. di Vittoria" della RDO in argomento, al prezzo di € 16.401,68 Iva 22% inclusa, come di seguito descritta:
 - ✓ N. 4 Monitor multiparametrici portatili PGS70 + RS 002-5-00 marca Progetti completi di accessori e carrello porta monitor, € 2.550,00 cad. oltre iva 22%;
 - ✓ N. 1 Elettrocardiografo Imac marca Monitoro completo di carrello dedicato e di tutti gli accessori per il corretto funzionamento codice 2180204+CUR, € 2.700,00 oltre iva 22%;
 - ✓ N. 2 Sfigmomanometri digitali professionali completi di adattatore di rete, marca Gima cod. 32868 – 32864, € 160,00 cad. oltre iva 22%;
 - ✓ N. 2 Assi per il trasferimento autonomo pazienti modello Buffalo 150, marca Allmobility Trading S.r.l cod. All03, € 112,00 cad. oltre iva 22%;
- 3 **Far fronte** alla spesa contrattuale complessiva di 16.401,68 iva 22% inclusa sul conto di patrimonio 101020501 denominato "Attrezzatura sanitaria, e scientifica", da prevedere nell'esercizio dell'anno 2021.
- 4 **Approvare** il contratto generato automaticamente dal sistema MEPA che riporta le clausole specifiche

inserirte nell'appalto in questione che sarà inviato al fornitore aggiudicatario con firma digitale in via telematica.

- 5 **Riservarsi** di utilizzare le risultanze della presente procedura di gara per eventuali ulteriori forniture che dovessero rendersi necessarie, in conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs. 76/2020 convertito con L. 120/2020, fino alla concorrenza massima di € 214.000,00.
- 6 **Dare atto** che gli atti richiamati nella presente deliberazione sono custoditi e conservati presso la Direzione Attività di Provveditorato nonché archiviati sulla piattaforma digitale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
- 7 **Nominare** ai sensi dell'art 101 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, quale Direttore dell'esecuzione del contratto il dott. Andrea Li Destri, Direttore *ff* dell'U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. di Vittoria.


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Salvatore Torrisi



IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Raffaele Elia



IL DIRETTORE GENERALE

Arch. Angelo Aliquo



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
