

**PUBBLICAZIONE**

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
\_\_\_\_\_

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_

**DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO**

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

**SI ATTESTA**

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal \_\_\_\_\_

**DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO**

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal \_\_\_\_\_
- Immediatamente esecutiva dal \_\_\_\_\_  
Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
\_\_\_\_\_

**REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA**

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
\_\_\_\_\_

**REGIONE SICILIA**  
**Assessorato Regionale Sanità**



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**RAGUSA**

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

N. 444 del 22 FEB. 2023

**DIREZIONE SERVIZIO PROVVEDITORATO**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 3, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E SS. MM., DI N. 3 TRASDUTTORI COMPLEMENTARI AL NUOVO ECOTOMGrafo IN DOTAZIONE ALL'U.O.C. DI NEONATOLOGIA- UTIN DELL'OSPEDALE GIOVANNI PAOLO II DI RAGUSA.**

L'ESTENSORE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
*Sig. Giovanni Petriliggieri*

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA  
*Dott. ssa Maria Sigona*

22 FEB. 2023

Autorizzazione di Budget	n. _____ sub _____ anno _____
Autorizzazione con Fondi Vincolati	n. _____ sub _____ anno _____
Autorizzazione sul Piano degli Investimenti	n. <u>22</u> sub <u>20</u> anno <u>2023</u>
Autorizzazione su Fondi rischi/oneri	n. _____ sub _____ anno _____
Altro _____	n. _____ sub _____ anno _____

\_\_\_\_\_ pesa rientrante nel tetto di spesa del personale  
\_\_\_\_\_ non comporta impegno di spesa

IL FUNZIONARIO \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE U.O.C.  
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE  
(Dott. Massimo Cicero)

Il 22 FEB. 2023, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, il Commissario Straordinario Dott. Fabrizio Russo, nominato con Decreto dell'Assessore alla Salute n.52/2022 del 28/12/2022, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dal Dott. Salvatore Torrisi, Direttore Amministrativo, e dal Direttore sanitario, Dott. Raffaele Elia con l'assistenza del Segretario verbalizzante, Dott. Emanuele Marcello Dieli, adotta la seguente deliberazione:

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO.

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 1774 del 3/5/2017 ed approvato con DD.AA. nn. 1095/17 e 1058/17;

**PREMESSO** che con delibera n. 2098/2022 del 18 settembre 2022 l'Azienda ha aderito ad accordo quadro per la fornitura di n. 1 ecotomografo cardiologico per L'UTIN di Ragusa presso la ditta Samsung Electronics Italia per l'importo complessivo di € 17.800,00 oltre IVA;

- già in data 6/9/2022, il dott. Vincenzo Salvo, Direttore UOC Neonatologia e UTIN dell'Ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, - in considerazione delle caratteristiche specifiche dei neonati ricoverati presso l'UTIN, al fine di completare ed ottimizzare la configurazione dell'ecotomografo- aveva richiesto di acquisire le sonde necessarie a garantire la migliore assistenza possibile, ed in particolare di tre trasduttori dedicati non presenti fra gli optional nei cataloghi CONSIP:

Codice	Descrizione
CA4-10M	Sonda multifrequenza micro-covex per applicazioni pediatriche e vascolari
LA3-2AI	Sonda hockey stick multifrequenza per applicazioni small- parts, muscolo-scheletriche, pediatriche e vascolari
PA4-12B	Sonda phased array multifrequenza per applicazione cardiologiche pediatriche, neonatali

**PRESO ATTO** che, a seguito di apposita richiesta di preventivo, la ditta Samsung Electronics Italia, fornitrice del sistema ecotomografico ha comunicato che l'esclusivista per la regione Sicilia del marchio delle suddette sonde Samsung HME è la ditta Sikelia New Medical Imaging srl di Palermo P.IVA 06104110827;

- che con mail del 18 ottobre 2022 la stessa ditta ha comunicato a questa azienda la disponibilità del trasduttore PA4-12B sonda phased array multifrequenza per applicazioni cardiologiche pediatriche e neonatali solo a partire da gennaio 2023 in concomitanza del rilascio da parte della casa madre di un aggiornamento software che la ditta stessa si è impegnata ad installare a titolo gratuito sull'ecotomografo in dotazione presso il l'UTIN;

-che con mail dal 23/01/2023 la stessa ditta ha dato atto della disponibilità del trasduttore PA4-12B sonda phased array multifrequenza per applicazioni cardiologiche pediatriche e neonatali confermando altresì l'aggiornamento del software senza ulteriori oneri a carico dell'ASP;

**RITENUTO** pertanto

- di provvedere in merito;

- di nominare, ai sensi dell'art.31, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura in oggetto, quale responsabile del Procedimento, il sig. Giovanni Petriliggieri, Collaboratore amministrativo del Servizio Provveditorato;

- di nominare ai sensi dell'art 101 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. quale direttore dell'esecuzione del contratto il dott. Vincenzo Salvo, Direttore UOC Neonatologia e UTIN dell'Ospedale Giovanni Paolo II

**RILEVATO** che nella fattispecie in oggetto ricorrono le condizioni di cui all'art. 63 comma 3 lett. b) del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ii. in quanto trattasi di forniture complementari e destinate ad integrare e ampliare le forniture esistenti;

**ATTESO**, che in data 23/01/2023 la Sikelia New Medical Imaging ha fatto pervenire preventivo scontato del 30%+5% rispetto al prezzo di listino, come segue:

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo di listino	Prezzo scontato	Iva %
CA4-10M	Sonda multifrequenza micro-covex per applicazioni pediatriche e vascolari	1 pz	€ 10.000,00	€ 6.650,00	5
LA3-2AI	Sonda hockey stick multifrequenza per applicazioni small- parts, muscolo-scheletriche, pediatriche e vascolari	1pz	€ 10.000,00	€ 6.650,00	5
PA4-12B	Sonda phased array multifrequenza per applicazione cardiologiche pediatriche, neonatali	1pz	€ 10.100,00	€ 6.716,50	5

**CONSIDERATO** pertanto che la complessiva somma per la fornitura ammonta ad euro 20.016,50 oltre IVA (€ 21.017,33 IVA inclusa);

**PRESO ATTO** che il Dirigente dell'U.O.C. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23/10/1986, come modificato dalla L. 20/12/1996 n.639, e che è stato predisposto nel rispetto della L. 06/11/2012 n. 190 – disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione – nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione;

Su proposta del Dirigente della U.O.C. proponente che ne attesta la regolarità;

**SENTITO** il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza,

## DELIBERA

Per le ragioni esposte in narrativa che qui s'intendono riportate e confermate:

**APPROVARE** la procedura ai sensi dell'art 63 comma 3, lett b) del d.lgs n 50/2016 e ss.mm.ii per la fornitura di n. 3 trasduttori complementari all'ecotomografo cardiologico fornito all'U.O.C. di Neonatologia- UTIN dell'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa.

**NOMINARE**, ai sensi dell'art.31, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura in oggetto, quale responsabile del Procedimento, il sig Giovanni Petriliggieri, Collaboratore amministrativo del Servizio Provveditorato.

**NOMINARE** ai sensi dell'art 101 del D.lgs n 50/2016 e ss.mm.ii quale direttore per l'esecuzione del contratto il dott. Vincenzo Salvo, Direttore UOC Neonatologia e UTIN dell'Ospedale Giovanni Paolo II.

**AFFIDARE** la fornitura dei trasduttori CA4-10M: sonda micro comex multifrequenza per applicazioni pediatriche/neonatale, LA3-22AI: sonda lineare hockey stick multifrequenza per applicazioni small-parts muscolo scheletriche vascolari pediatriche, PA4-12B: sonda phased array multifrequenza per applicazione cardiologiche pediatriche, neonatali alla ditta Sikelia New Medical Imaginig srl. con sede in via Uditore 11/E, Palermo, P.IVA 06104110827 esclusivista per la Sicilia di Samsung HME per l'importo complessivo di € 20.016,50 IVA 5% esclusa.

**AUTORIZZARE**, la spesa di € 21.017,33 IVA sul conto n. 101020501 denominato "attrezzature sanitarie e scientifiche" del bilancio corrente.

**DICHIARARE** il presente atto immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di implementare il sistema già in uso.

**PRECISARE** che tutti gli atti citati nella presente delibera sono custoditi presso gli uffici del Servizio Provveditorato.


**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

Dott. Salvatore Torrisi



**IL DIRETTORE SANIRARIO**

Dott. Raffaele Elia



**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Dott. Fabrizio Russo



**IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE**

Dott. Emanuele Marcello Dieli

