

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

N. 2688 del 07 DIC. 2023

**DIREZIONE:** AREA STAFF DI DIREZIONE STRATEGICA

**OGGETTO:** Autorizzazione di spesa per intervento tecnico ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett.b) D.lgs.36/2023 per video- isteroscopia in dotazione all' U.O. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Modica. Ditta Sikelia New Medical Imaging S.r.l. di Palermo.

L'estensore  
Natalia Salerno

Il Responsabile del Procedimento  
Direttore UOS Ingegneria Clinica  
Ing. Elena Ruscica

Il Direttore della UOC Staff di Direzione

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il \_\_\_\_\_

Autorizzazione di Budget  
Autorizzazione con Fondi Vincolati  
Autorizzazione sul Piano degli Investimenti  
Autorizzazione su Fondi rischi/oneri  
Altro \_\_\_\_\_

n. 14 sub 12 anno 2023  
n. \_\_\_\_\_ sub \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_\_ sub \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_\_ sub \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_

Spesa rientrante nel tetto di spesa del personale

Non comporta impegno di spesa

**VISTO CONTABILE**

**NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità**

Il funzionario

Il Direttore U.O.C.  
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale  
Dott. Massimo Cicero

Il 07 DIC. 2023, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, il Commissario Straordinario, Dott. Fabrizio Russo, nominato con Decreto dell'Assessore alla Salute n. 52/2022 del 28/12/2022 e successiva proroga giusta Decreto Assessoriale n. 28/2023/GAB del 29/06/2023 e n. 32/2023/Gab del 27/10/2023, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dal Dott. Salvatore Torrisi, Direttore Amministrativo, dal Dott. Raffaele Elia, Direttore Sanitario e con l'assistenza del Segretario verbalizzante, Dott. Emanuele Marcello Dieli, adotta la seguente deliberazione:

**PUBBLICAZIONE**

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
Dott. Emanuele Marcello Dieli

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_

**DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO**

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

**SI ATTESTA**

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art.16 della L.R.n.5/09 dal \_\_\_\_\_

**DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO**

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal \_\_\_\_\_
  - Immediatamente esecutiva dal \_\_\_\_\_
- Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

**REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA**

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO



## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 3076 del 12.12.2019 ed approvato con D.A. n.159/2020 del 3.3.2020;

Premesso che, è pervenuta al Servizio di Ingegneria Clinica mediante la piattaforma BiogestNT, richiesta di intervento tecnico (ODL 2023/00400) riguardante la riparazione in garanzia del video-isteroscopia, modello EP 20 - matricola 011821- inventario 30421 in dotazione all' U.O. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Modica;

Preso atto che, la suddetta riparazione non è di competenza della ditta HC Hospital Consulting titolare del contratto di manutenzione delle apparecchiature medicali in quanto la suddetta apparecchiatura risulta ancora in garanzia con la ditta fornitrice;

Constatato che la ditta HC Hospital Consulting ha interpellato per conto dell' Asp , la ditta Sikelia New Medical Imaging S.r.l. di Palermo fornitrice e autorizzata all'assistenza tecnica della suddetta apparecchiatura, la quale ha appurato e descritto con foto allegata che "il led distale con attacco Storz risulta non funzionante" e che tale difetto non è coperto da garanzia;

VISTO il preventivo n. 34 del 09/06/2023 inviato dalla ditta Sikelia New Medical Imaging S.r.l. importo € 1.329,00 oltre Iva al 22% pari ad € 292,38 per un totale di € 1.621,38 Iva compresa, riguardante la riparazione del del suddetto video-isteroscopia;

Preso atto del colloquio telefonico di richiesta di sconto del suddetto preventivo da parte del Direttore dell'U.O.S. di Ingegneria Clinica;

Preso atto altresì della relazione della ditta Sikelia New Medical Imaging S.r.l. del 24/11/2023 con la quale la stessa, ribadisce di non poter far ricadere tale guasto nella garanzia, ma inoltra il preventivo aggiornato, per la riparazione del pezzo, oggetto di malfunzionamento;

Visto altresì, il preventivo scontato della ditta Sikelia New Medical Imaging S.r.l. di Palermo dell' importo di € 390,00 oltre Iva al 22% pari ad € 85,80 per un totale di € 475,80 Iva compresa, riguardante la riparazione del cavo telecamera del suddetto video-isteroscopia;

Accertata da parte della U.O. proponente, la necessità di garantire la funzionalità della suddetta apparecchiatura, nonché della convenienza a procedere alla riparazione; per € 390,00 Iva esclusa per un totale complessivo di € 475,80 Iva compresa;

Preso atto che è necessario provvedere alla regolare funzionalità della suddetta apparecchiatura;

Ritenuto di dover procedere all'autorizzazione della relativa spesa al fine di garantire la funzionalità del suddetto video-isteroscopia accogliendo la proposta di cui al suddetto preventivo scontato;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

Dato atto che il Direttore della UOC Staff di Direzione che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23/10/1996 N. 543, come modificato dalla L. 20/12/1996 n. 639, e che è stato predisposto nel rispetto della L. 06/11/2012 n. 190 – *disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione* – nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

## DELIBERA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- Approvare il preventivo scontato n. 34 del 09/06/2023, inviato dalla ditta Sikelia New Medical Imaging S.r.l. di Palermo - P.I. 01426410880, riguardante il cavo telecamera del video-isteroscopia, modello EP 20 - matricola 011821 - inventario 30421 in dotazione all' U.O. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Modica, per l'importo di € 390,00 oltre Iva al 22% pari ad € 85,80, per un totale complessivo di € 475,80 Iva compresa;

Affidare ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, alla suddetta ditta a svolgere la suddetta riparazione;


Autorizzare la spesa complessiva pari ad € 390,00 oltre Iva al 22% pari ad € 85.80, per un totale complessivo di € 475.80 Iva compresa per il ripristino e messa in funzione della suddetta apparecchiatura imputando la spesa al conto economico n. 503030101 denominato "manutenzione attrezzature sanitarie e scientifiche" aut. n.14 sub 12/2023;

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, al fine di garantire la funzionalità della suddetta apparecchiatura;

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Salvatore Torrisi



IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Raffaele Elia



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott. Fabrizio Russo



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
Dott. Emanuele Marcello Dieli

