



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 1

DETERMINAZIONE N. 1238

del 03 GIU. 2014

Atti n. 1250/13 all. 1971

Oggetto: ACQUISTO IN ECONOMIA DI N. 4 TERMOSALDATRICI, DA DESTINARE A REPARTI DIVERSI DELLA FONDAZIONE IRCCS "CA' GRANDA OSPEDALE-MAGGIORE POLICLINICO", NELL'AMBITO DEL PROGETTO REGIONALE PER IL "NUOVO OSPEDALE DEI BAMBINI" E CON MEZZI PROPRI DELL'ENTE- **Aggiudicazione**

**IL DIRETTORE GENERALE,**

**Richiamata** la determinazione n. 2529 del 28.11.2013 della Fondazione IRCCS le cui premesse riportano quanto segue:

*"...Atteso, che la Regione Lombardia, con l'erogazione di apposito finanziamento, inserito nel V atto integrativo all'Accordo di Programma Quadro dell' 11/12/2009 in materia di sanità, ex art. 20 legge n. 67/98, ai fini del miglioramento delle attività nel settore materno infantile, si propone di perseguire:*

- *da un lato, un adeguamento strutturale ed un aumento di volumetria del presidio Buzzi (ICP) in modo che, insieme alla Fondazione IRCCS, possa costituire un moderno ospedale policentrico di alta specializzazione, capace di rispondere ai bisogni di assistenza nell'area materno - infantile;*
- *dall'altro, il potenziamento e l'adeguamento di attrezzature ed apparecchiature cliniche in dotazione all'Istituto, necessarie allo sviluppo delle aree funzionali pediatriche di alta specializzazione, anche alla luce dell'erigendo nuovo edificio materno infantile di prossima costruzione, da realizzarsi conformemente a quanto statuito dall'accordo di programma del 25/09/2000 e successiva integrazione in data 05/12/2004;*

**Dato atto** che l'intero finanziamento stanziato per il potenziamento del citato settore, per quanto riguarda la Fondazione IRCCS, ammonta a complessivi €. 10.000.000,00 ed è così suddiviso:

€. 9.249.281,41	fondi stanziati dal Ministero della Salute;
€. 524.740,88	fondi stanziati dalla Regione Lombardia;
€. 225.977,71	fondi a carico di questa Fondazione;

**Vista** le richieste allegare in atti 1250/13, con le quali l'U.O.C. Ingegneria Clinica, nell'ambito di detto progetto, utilizzando i fondi allo scopo stanziati, hanno trasmesso la documentazione di competenza necessaria per l'acquisto delle seguenti apparecchiature:

IRCCS di natura pubblica



DETERMINAZIONE N. **1 238**

del **03 GIU. 2014**

Atti n. 1250/13 all. 197

**n. 4 Ottiche originali Storz – n.1 Resettoscopio originali Storz e n.3 Cavi Luce da destinare in vari reparti della Fondazione**

importo presunto € 25.000,00 oltre Iva

**n. 4 Termosaldatrici di cui:**

- **n. 2 da destinare all'U.O. Blocco Operatorio I Piano Mangiagalli Centrale di Sterilizzazione**

- **n. 1 da destinare alla U.O. Odontoiatria**

- **n. 1 da destinare alla U.O. Chirurgia d'Urgenza**

importo presunto € 16.000,00 oltre Iva

**n. 1 Monitor per la rilevazione della pressione arteriosa/saturazione da destinare alla U.O. Ginecologia – importo presunto 1.200,00 oltre Iva**

**n. 1 Sistema per ipotermia terapeutica da destinare alla U.O. Terapia Intensiva Pediatrica – importo presunto € 22.000,00 oltre Iva..."**

**Dato atto che:**

- per l'acquisto in parola con la su citata determinazione n. 2529 del 28.11.2013, è stato autorizzato l'espletamento di procedura "in economia" che consente l'acquisizione di beni e servizi per importi inferiori ad Euro 40.000,00 oltre Iva, ai sensi degli artt. 125 e 253, comma 22, lett. b), del d.lgs n. 163/2006, con aggiudicazione della fornitura al minor prezzo, tramite piattaforma SINTEL;
- con determinazioni n. 792 del 3.4.2014 e n. 1075 del 14.5.2014, sono state aggiudicate le seguenti apparecchiature:
  - **n. 4 Ottiche originali Storz, n.1 Resettoscopio originale Storz e n.3 Cavi Luce**
  - **n. 1 Monitor per la rilevazione della pressione arteriosa/saturazione**
  - **n. 1 Sistema per ipotermia terapeutica**riservandosi di adottare, per le rimanenti apparecchiature, (termosaldatrici) altro atto deliberativo alla conclusione delle valutazioni da parte dell'UOC Ingegneria Clinica;

**Considerato che:**

- per le "TERMOSALDATRICI" sono state invitate le ditte ID&CO Srl, GANDUS SALDATRICI Srl, KERN ITALIA Srl e GITENGE Spa che commercializzano tali apparecchiature, con la possibilità data a imprese operanti nel medesimo settore merceologico, accreditate all'utilizzo della piattaforma telematica Sintel, di richiedere di essere a loro volta invitate ad offrire;



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 3

DETERMINAZIONE N.

1 238

del 03 GIU. 2014

Atti n. 1250/13 all. 197

- le ditte ATH ATTREZZATURE OSPEDALIERE SRL, LABOINDUSTRIA SPA, BS EXPORT SRL e COREMEC SRL hanno chiesto con nota scritta di partecipare alla gara;
- entro i termini stabiliti nelle lettere d'invito, sul supporto telematico SinTel sono pervenute le offerte delle ditte:
  1. B.S. EXPORT Srl,
  2. COREMEC Srl,
  3. GANDUS SALDATRICI,
  4. KERN ITALIA,
  5. LABOINDUSTRIA Spa;
- in data 24.3.2014, si è provveduto tramite la piattaforma telematica, alla verifica dei documenti elettronici presentati dalle ditte partecipanti alla procedura di gara, delle regolarità della firma digitale ed alla loro apertura, verificando per ognuno la regolarità della documentazione amministrativa e tecnica prodotta;
- il Dirigente dell'UOC Ingegneria Clinica, dopo attenta valutazione dei contenuti tecnici forniti, in raffronto alle specifiche tecniche richieste, ha dichiarato che l'offerta della ditta Laboindustria non chiarisce alcune caratteristiche delle attrezzature pertanto con nota all. 186) in atti 1250/13 sono state chieste ulteriori precisazioni e precisamente: "..., poichè dalla documentazione tecnica presentata, non si evince con chiarezza se i prodotti offerti effettuano la saldatura a norma DIN 58953 e se sono dotate della possibilità di controllo parametri di temperatura – pressione – velocità per validazione secondo ISO 11607, si chiede di chiarire questi due punti, fornendo in caso affermativo le relative certificazioni attestanti la conformità ai due standard citati.."
- in data 14.5.2014 la ditta Laboindustria con lettera all. 187) in atti 1250/13, risponde quanto segue: "...1) la norma DIN 58953 riguarda i materiali di imballaggio e non il dispositivo per sigillare; 2) per quanto riguarda la EN 11607-2 è comunque relativa ad una norma di processo non di prodotto, quindi non applicabile al dispositivo che esegue la sigillatura. Il modello offerto, Millseal Rolling ha un controllo di temperatura regolabile tra 140° e 190°C (visualizzabile su LCD), una velocità di avanzamento fissa (10 m/min), ma non dispone di pressione di sigillatura regolabile, la regolazione viene infatti fatta in fabbrica e non è modificabile dall'utente..";

IRCCS di natura pubblica

Sistema Sanitario



Regione  
Lombardia



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 4

DETERMINAZIONE N.

1 238

del 03 GIU. 2014

Atti n. 1250/13 all. 197

- a seguito del chiarimento pervenuto, il Dirigente dell'UOC Ingegneria Clinica, con nota all. 188) in atti 1250/13, ha dichiarato che le apparecchiature della ditta Laboindustria non sono conformi per i seguenti motivi: ".....1) non dichiara, pur sollecitata a rispondere, se la sigillatura viene effettuata secondo quanto previsto dalle norme DIN 58953 (in particolare la parte 7); 2) non è dotata, come richiesto, di controllo dei parametri di temperatura-pressione-velocità, e quindi non inseribile in un processo confezionamento sterile validabile secondo la norma ISO 11607-2....";
- le rimanenti ditte hanno presentato apparecchiature conformi a quanto richiesto;
- in data 27.5.2014 si è provveduto all'apertura tramite piattaforma Sintel delle quattro offerte risultate conformi. La graduatoria automatica prodotta dal sistema sulla base del valore economico indicato dal fornitore è la seguente:

Nominativo Ditta	Importo complessivo offerto Euro oltre Iva 22%	Modello apparecchiatura
B.S. EXPORT Srl	9.680,00	Smeg cod. SGR18S-V
GANDUS SALDATRICI	11.000,00	Minirò H-net Evo
KERNA ITALIA	11.396,00	Famos F110D cod. K30.100.098
COREMEC Srl	12.400,00	Minirò H-net Evo

L'offerta al minor costo risulta essere quella della **B.S. EXPORT Srl**, alle condizioni risultanti dalla graduatoria di cui sopra che è aggiudicataria delle Termosaltrici modello SGR 18 S-V Smeg al prezzo unitario di € 2.420,00 per un importo complessivo di € 9.680,00 oltre Iva 22%, pari ad € 11.809,60 Iva compresa, comprensivo di garanzia 24 mesi full-risk;

IRCCS di natura pubblica





FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 5

DETERMINAZIONE N. 1238

del 03 GIU 2014

Atti n. 1250/13 all. 1971

**Atteso** che, l'U.O.C. Approvvigionamenti, visti gli esiti del procedimento di gara come riassunti nella graduatoria finale sopra riportata ed accertata la legittimità della procedura esperita, a seguito di parere favorevole espresso dall'UOC Ingegneria Clinica, a completamento della fase istruttoria propone di aggiudicare la fornitura delle apparecchiature così come indicate in narrativa alla ditta B.S. EXPORT Srl, per un ammontare complessivo di € 9.680,00 oltre Iva 22%, pari ad € 11.809,60 Iva compresa;

**Ritenuto che**, alla spesa per l'acquisto delle apparecchiature in parola si farà fronte con:

- i fondi a carico della Fondazione IRCCS relativi al finanziamento per il "Nuovo Ospedale dei Bambini" per € 5.904,80 Iva compresa;
- i mezzi propri dell'Ente per € 5.904,80 Iva compresa;

L'U.O.C. Economico finanziaria ha registrato l'onere derivante dal presente provvedimento sul relativo conto;

CON i pareri favorevoli del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo,

**DETERMINA**

1. di aggiudicare e conseguentemente di acquisire le Termosaldatrici dalla ditta B.S. EXPORT Srl Via A.Tedeschi n. 4 – Reggio Emilia per un importo complessivo di € 9.680,00 oltre Iva 22%;
2. di nominare, quale responsabile dell'esecuzione del contratto per l'apparecchiatura, il Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Ingegneria Clinica, Ing. G.P.Valente;
3. di dare atto che il pagamento delle fatture avverrà come segue:  
n. 2 termosaldatrici relative al finanziamento per il "Nuovo Ospedale dei Bambini" successivamente all'erogazione del finanziamento da parte della Regione Lombardia;  
n. 2 termosaldatrici con le modalità previste per i pagamenti con fondi dell'Ente;

IRCCS di natura pubblica

Sistema Sanitario



Regione  
Lombardia



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 6

DETERMINAZIONE N. 1238

del 03 GIU. 2014

Atti n. 1250/13 all. 197

4. di dare atto altresì che, come da rapporti dell'U.O.C. Economico finanziaria rispettivamente all. 195) e all. 196) in atti 1250/13, il costo derivante dal presente acquisto che ammonta ad € 9.680,00 oltre Iva, pari ad € 11.809,60 Iva 22% compresa, è stato registrato a carico del conto 020410 come segue:

- € 5.904,80 Iva compresa - impegno DI2013001703 - fondi propri relativi al progetto per il "Nuovo Ospedale dei Bambini"
- € 5.904,80 Iva compresa - impegno DI2013001448 mezzi propri dell'Ente.

IL DIRETTORE GENERALE  
(dr. Luigi Macchi)

IL DIRETTORE SANITARIO  
(dr.ssa Anna Pavan)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(dott. Osvaldo Basilio)

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI  
IN DATA 03 GIU. 2014 AL N. 1238

PROCEDIMENTO presso U.O. APPROVVIGIONAMENTI  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Avv. G. Bracchi  
PRATICA TRATTATA DA : Sig.ra L. Colombo

IRCCS di natura pubblica

Sistema Sanitario



Regione  
Lombardia