



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 1

DETERMINAZIONE N.

1672

del

28 LUG. 2014

Atti n. 1701/2013 all.

Oggetto: PROCEDURA APERTA, IN UNIONE DI ACQUISTO TRA LA FONDAZIONE IRCCS (CAPO FILA) E L'A.O. SANT'ANNA DI COMO, FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI N. 2 MAMMOGRAFI DIGITALI DI ULTIMA GENERAZIONE, DA INSTALLARE PRESSO LE RELATIVE UU.OO. DI RADIOLOGIA SENOLOGICA - UTILIZZO DELLO SPECIFICO CONTRIBUTO EROGATO ATTRAVERSO LA D.G.R. N. X/388 / 2013, PER L'AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO COMPLESSO E LA QUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE PUBBLICHE, IN ADESIONE ALLA L.R. N. 18/12. - AGGIUDICAZIONE.

IL DIRETTORE GENERALE,

Richiamata la determinazione n. 2531/2013 relativa all'indizione della procedura aperta, in unione di acquisto tra la Fondazione IRCCS (capo fila) e l'A.O. Sant'Anna di Como, finalizzata all'acquisizione di n. 2 mammografi digitali di ultima generazione, da installare presso le relative UU.OO. di radiologia senologica, le cui premesse - in attuazione di quanto sancito dalle regole per l'erogazione dello specifico finanziamento Regionale per l'ammodernamento tecnologico delle strutture pubbliche - riportano quanto segue:

"Atteso che la Regione Lombardia, con l'erogazione di apposito finanziamento, approvato con D.G.R. n. X/388 del 12/07/2013, in adesione alla legge regionale n. 18/2012 del 17/12/2012 - ammodernamento tecnologico complesso e qualificazione delle strutture pubbliche - si propone un piano straordinario di interventi atti a conseguire un'azione di aggiornamento e svecchiamento del parco tecnologico obsoleto, che in un'ottica di generale e globale sviluppo del Sistema Sanitario Regionale, consenta il miglioramento dell'attività di prevenzione, diagnosi e cura dei pazienti, garantendo anche un indiretto, ma significativo risparmio sul costo degli interventi manutentivi, oltre che una riduzione dei tempi di attesa, con una velocizzazione dell'erogazione delle prestazioni, sempre obbiettivo primario negli alti standard qualitativi della Regione Lombardia;

ribadito che l'intero finanziamento stanziato in detto ambito, a favore della Fondazione IRCCS, ammonta complessivi € 2.450.000,00 ed è così suddiviso:

€ 1.550.000,00 fondi per l'anno 2013,

€ 900.000,00 fondi per l'anno 2014;

viste in atti le seguenti richieste:

- 1) istanza di acquisto in atti 1701/2013 all. 3bis, di un mammografo digitale da installare presso l'U.O. Radiologia senologica, della Fondazione IRCCS, inoltrata dall'U.O.C. Ingegneria Clinica, su

IRCCS di natura pubblica



DETERMINAZIONE N. **1672** del **28 LUG. 2014** Atti n. 1701/2013 all. **4**

espressa richiesta del Direttore dell'U.O.C. Radiologia, che prevede la sostituzione di un mammografo analogico mod. Senograph DRM presente presso la struttura di cui trattasi, ormai obsoleto, non più in grado di garantire gli standard tecnologici dettagliatamente descritti nel su richiamato provvedimento n. 2531 / 13;

- 2) *istanza, con nota del 15/11/2013, in atti 1701/2013 all. da parete dell'A.O. Sant'Anna di Como, di adesione – come da indicazioni regionali in materia di contenimento della spesa – alla procedura di acquisto in predicato, necessitando la medesima Azienda di un'apparecchiatura mammografica con similari peculiarità tecniche”;*

Dato atto che:

- entro il termine stabilito nella lettera di invito - ore 12,00 del giorno 06/02/2014 - sono state presentate offerte dalle ditte GE Healthcare spa, Technologis srl e Fujifilm Italia spa;
- successivamente al ricevimento delle offerte è stata nominata, con provvedimento n. 323 del 7/02/2013 all. 28 in atti 1701/2013, la Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 84 del d.lgs. n. 163/06;
- in data 10/02/2014, si teneva seduta pubblica per l'apertura della documentazione amministrativa e tecnica, in occasione della quale, il Presidente del seggio di gara, avv. Gianluca Bracchi, direttore dell'U.O.C. Approvvigionamenti, alla presenza, quale testimone, della sig.ra Luciana Colombo e quale segretario verbalizzante del dott. Tommaso Bruni, - entrambi assegnati all'U.O.C. Approvvigionamenti - verificava la documentazione amministrativa presentata dalle tre ditte concorrenti, la quale è risultata completa per le ditte Fujifilm Italia spa e Technologis srl, mentre è risultata del tutto carente per la Ditta GE Healthcare spa, disponendone quindi l'ammissione con riserva ai fini dell'apertura dell'offerta tecnica, fatta salva la necessità di verificarne le cause di detta carenza anche mediante l'ausilio dell'Amministratore della Piattaforma telematica Sintel (ARCA), al fine di conseguentemente provvedere al riguardo;
- in data 27/02/2014, preso atto dell'esito delle verifiche condotte presso ARCA, è stata trasmessa, con lettera Raccomandata a.r., alla Società GE Medical Systems Italia, comunicazione di esclusione dalla procedura, avendo cura di allegare copia della comunicazione in data 11/03/2014 e del relativo dettaglio prodotto dalla piattaforma Sintel, con cui si evidenziano le anomalie riscontrate nel comportamento dell'operatore economico, determinanti il mancato caricamento della documentazione amministrativa nella sua interezza e la conseguente non ammissibilità della stessa ditta, specificando che dal controllo dei log di procedura la ditta in questione per ben due volte consecutivamente ha mancato, per propria esclusiva responsabilità, il caricamento a sistema della dovuta documentazione amministrativa;

IRCCS di natura pubblica



DETERMINAZIONE N. **1672** del **28 LUG. 2014** Atti n. 1701/2013 all. **17**

- la medesima Società non riscontrando i presupposti di esclusione ed adducendo la causa ad anomalie ascrivibili alla piattaforma Sintel, con lettera in data 11/03/2014, all. 40 in atti 1701/13, attivava la procedura ai sensi dell'art. 243 bis, del d.lgs. 163/06, tanto da indurre la Fondazione IRCCS a promuovere, con nota del 13/03/2014, all. 41 in atti 1701/03, ulteriori verifiche presso la medesima piattaforma Sintel, con il seguente esito - notificato in data 20/03/2014 e riportato di seguito in sintesi nella relazione di esclusione in data 26 marzo 2014, all. 44, in atti 1701/2013:
"..... dalle informazioni e dalla documentazione ricevute da ARCA, può chiaramente evincersi l'errore commesso da Ge Medical Systems Italia Spa, allorché, in data 6 febbraio c.a., dopo avere precedentemente caricato a sistema, apparentemente con esito positivo, sia la documentazione amministrativa (step 1/5 - in data 28 gennaio 2014) sia la documentazione tecnica (step 2/5 - in data 5 febbraio 2014), il 6 febbraio c.a. la Società istante riprende il caricamento a sistema a partire dallo step 1/5, caricando nuovamente la documentazione tecnica, in sostituzione dei file allegati il precedente 28 gennaio, proseguendo poi rimuovendo quanto appena caricato e nuovamente caricando il file contenente l'offerta tecnica, a quel punto del tutto omettendo - per la seconda volta consecutivamente - il nuovo caricamento della documentazione amministrativa";
- nella medesima data del 26/03/2014, preso atto dell'esito delle verifiche condotte presso ARCA, è stata trasmessa, con lettera Raccomandata A.R. alla Società GE Medical Systems Italia, relazione confermativa della disposta esclusione, di cui alla determinazione n. 707 del 26/03/2014, in atti 1701/2013 all. 45;
- successivamente, nelle seguenti date del 7, 20, 21 marzo 2014, 14, 18 aprile 2014 e 14 maggio 2014, la Commissione giudicatrice svolgeva i lavori di valutazione delle apparecchiature rimaste in gara, assegnando per ciascuna di esse gli specifici punteggi e, relativamente all'offerta tecnica prodotta dalla società Fujifilm Italia spa, la medesima Commissione riscontrava quanto segue:
"nell'offerta economica senza prezzi viene inserito il fantoccio specifico per tomosintesi, come richiesto in capitolato (art. 2.8: "fantoccio specifico per tomosintesi modello Agatha o equivalente"), ma, da quanto si evince nella documentazione tecnica allegata (paragrafo 2.8 della relazione tecnica della ditta offerente), il modello GAMMEX 156D offerto da FUJIFILM non risulta essere un fantoccio specifico per la tomosintesi bensì specifico per le funzionalità di stereotassi."
- alla luce dell'evento sopra evidenziato, il RUP disponeva puntuali verifiche, chiedendo alla ditta Fujifilm di chiarire tale aspetto ed in particolare di confermare se il fantoccio modello Gammex 156D fosse un fantoccio specifico per tomosintesi;
- in data 2/07/2014, lo stesso RUP, avuta risposta da parte della ditta Fujifilm Italia, chiedeva

IRCCS di natura pubblica



DETERMINAZIONE N. 1672

del 28 LUG. 2014

Atti n. 1701/2013 all.

- all'U.O. Fisica Medica della Fondazione IRCCS di verificarne i contenuti;
- In data 11/07/14, l'U.O. Fisica Medica dichiarava quanto segue:
" la Società Fujifilm nella sua offerta ha commesso un evidente refuso, riconosciuto dalla stessa, che consiste nella contraddizione insita nel fatto che viene offerto un fantoccio per tomosintesi ma allo stesso tempo viene indicato il fantoccio GAMMEX 156D che tale non è nel corso della sessione dimostrativa svoltasi presso l'Ospedale San Giovanni Battista di Foligno in data 14 aprile u.s., a margine delle prove previste dalla Commissione ed effettuate quindi anche sul secondo apparecchio in gara, ho avuto modo di visionare occasionalmente un fantoccio presente presso quella sala di diagnostica, il CIRS modello BR3D specifico per tomosintesi a me già noto, e di realizzare alcune immagini dello stesso. Quest'ultimo fantoccio, tuttavia, non presenta caratteristiche equivalenti al fantoccio Agatha (della Leeds Test Objects) esemplificato all'interno del capitolato in quanto trattasi di un fantoccio di tipo antropomorfo, che permette valutazioni quali/quantitative e non misurazioni oggettive ed approfondite, mentre il fantoccio Agatha è stato appositamente progettato per consentire misurazioni quantitative idonee per la valutazione della qualità delle immagini in tomosintesi con reperi misurabili anche in profondità lungo l'asse z";
 - in data 14/07/2014, successivamente alle sedute di Commissione Giudicatrice e delle previste sessioni dimostrative, tenutesi nelle date del 7, 20, 21 marzo 2014, 14, 18 aprile 2014, 14 maggio 2014, come da verbale in atti 1701/13, la Commissione giudicatrice, sulla base dei riscontri tecnici, ha assegnato i seguenti punteggi complessivi di qualità:
Ditta Fujifilm Italia spa punti 50;
Ditta Technologic srl punti 50;
 - in data 18/07/2014, il presidente del seggio di gara, come da verbale in pari data in atti 1701/13, ha comunicato l'esclusione dalla fase finale della procedura, della ditta Fujifilm Italia spa, in quanto l'offerta è risultata carente di un requisito indicato come essenziale dalla regola di gara – relativo al fantoccio, necessario per le misurazioni fisiche – e successivamente ha provveduto ad aprire l'offerta della ditta Technologic, unica offerta economica ammessa, prendendo atto del seguente importo proposto, l'offerta della Fujifilm Italia spa, come pure quella della GE Healthcare spa (esclusa in fase di verifica amministrativa):

Ditte	Offerta economica	Percentuale di sconto	Manutenzione triennale
Technologic	€ 513.800,00	1,19%	€ 120.000,00

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 5

DETERMINAZIONE N.

1672

del 28 LUG. 2014

Atti n. 1701/2013 att.

che hanno determinato, le risultanze finali riportate nella sotto elencata graduatoria:

Ditte	Offerta economica	Punteggio tecnico	Punteggio Economico	Punteggio totale
Technologic	€ 513.800,00	50,00	40,00	90,00

Ritenute esaustive le giustificazioni espresse dalla ditta migliore offerente, di cui alla nota del 24/07/14, in atti 1701/13, relativamente alla composizione economica dell'offerta, a seguito di richiesta formalizzata dalla Fondazione IRCCS non appena accertata la condizione di anomalia;

Dato atto che l'Unità Operativa Complessa Approvvigionamenti, visti gli esiti del procedimento di gara, accertata la legittimità della procedura esperita, propone, a completamento della fase istruttoria:

- di approvare gli atti tutti di gara e, in particolare i verbali relativi alla procedura in oggetto, rispettivamente in data 10/02/2014, 26/02/2014, 7/03/2014, 20/03/2014, 21/03/2014, 14/05/2014 e 18/07/2014 in atti 1701/13 e del conseguente risultato finale così come supra riportato;
- di aggiudicare, la fornitura di n. 2 mammografi digitali, con modalità di tomosintesi e stereotassi, da destinare alle U.O. di Radiologia Senologica della Fondazione IRCCS e dell'A.O. Sant'Anna di Como nella composizione e quantitativi descritti nell'offerta tecnico-economica della Ditta Technologic srl in data 31/01/2014 conforme a quanto previsto nel capitolato speciale e nel disciplinare di gara, approvati con la deliberazione di indizione sopraccitata e analiticamente elencati per composizione e quantitativi nel dispositivo del presente provvedimento;

Dato altresì atto che l'Unità Operativa Complessa Economico finanziaria ha registrato l'onere derivante dal presente provvedimento sul relativo conto;

Con i pareri favorevoli del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo,

DETERMINA

1. di approvare gli atti tutti di gara ed in particolare i verbali relativi alle operazioni di gara richiamate in premessa svolte nelle sedute in data 10/02/2014, 26/02/2014, 7/03/2014,

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 6

DETERMINAZIONE N. 1672 del 28 LUG. 2014 Atti n. 1701/2013 all. 17

20/03/2014, 21/03/2014, 14/05/2014, 18/07/2014 in atti 1701/13;

2. di aggiudicare, a seguito dell'espletamento della procedura aperta in parola, mediante l'utilizzo della sopraccitata piattaforma telematica della Regione Lombardia "SinTel", in forma aggregata tra la Fondazione IRCCS "Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico" (amministrazione capofila) e l'A.O. Sant'Anna di Como, la fornitura, ai sensi della predetta normativa, alla ditta Technologic srl, via Lungo dora Voghera, n. 34/A - 10153 Torino, di n. 2 mammografi digitali, con modalità di tomosintesi e stereotassi - Hologic mod. Selenia Dimensions 5000, completi di stazione di refertazione e kit fantocci da destinare alle UU.OO. di Radiologia Senologica della Fondazione IRCCS e della A.O. Sant'Anna di Como, nella composizione e nei quantitativi di seguito descritti, al costo complessivo di € 513.800,00 oltre iva 22%:
 - n. 2 STAZIONE DI REFERTAZIONE CON SW SECURVIEW, PER IMMAGINI 2D E 3D,
 - n. 2 SISTEMA INTEGRATO PER STEREOTASSI DIGITALE,
 - n. 2 SISTEMA INTEGRATO STEREOTASSI DIGITALE AFFIRM, DISPOSITIVO VABB HOLOGIC
 - n. 2 SEDIA TAVOLO POSIZIONAMENTO PAZIENTE AKRUS MOD. 5010 MBS,
 - n. 2 SERVER CAD R2 SECONDA LETTURA,
 - n. 2 FANTOCCIO AGATHA,
 - n. 2 FANTOCCIO TOR MAS,la composizione sopradescritta è riferita a due apparecchiature, pertanto i quantitativi sopra riportati, dovranno essere divisi per ciascuno dei due Enti supra menzionati e l'importo pro quota è pari ad € 256.900,00;
3. di nominare, direttore dell'esecuzione del contratto, per la Fondazione IRCCS, il Dirigente responsabile dell'U.O.C. Ingegneria clinica, mentre per l'A.O. Sant'Anna di Como verrà nominato con apposito provvedimento dalla medesima Amministrazione;
4. di demandare all'Ente consorziato (A.O. Sant'Anna di Como) la competenza di stipulare singolarmente, il contratto di fornitura con la Società aggiudicataria, nel rispetto della normativa vigente ed alle condizioni economiche di cui all'offerta economica in data 31 gennaio 2014, dando atto che la Fondazione IRCCS provvederà ad inviare a all'Ente medesimo tutta la documentazione necessaria per gli incumbenti di cui sopra;
5. di dare atto che, come da rapporto dell'U.O. Amministrazione e finanza, in atti 1701/2013, il costo derivante dal presente acquisto per complessivi € 256.900,00 oltre I.V.A. 22%, pari a € 313.418,00, I.V.A. compresa, è stato registrato a carico del conto 020410 come da impegno DI 20013001389;

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 7

DETERMINAZIONE N. **1672** del **28 LUG. 2014** Atti n. 1701/2013 all. 4

6. di riservarsi l'assunzione di un successivo provvedimento per l'affidamento del servizio di manutenzione per il 3°, 4° e 5° anno, solo se ritenuto necessario dall'U.O.C. Ingegneria clinica, dandosi atto fin d'ora, che tale affidamento avverrà al costo complessivo di € 60.000,00,00, oltre iva di legge, così come riportato nell'offerta economica ed alle condizioni prescritte nel capitolato di gara;
7. di dare atto che l'esecuzione della presente fornitura avrà luogo, all'esito positivo dei controlli di rito.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Luigi Maschi)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Osvaldo Basilio)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Anna Pavan)

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA **28 LUG. 2014** N. **1672**

Procedura presso U.O.C. Approvvigionamenti
Responsabile del procedimento: avv. Gianluca Bracchi
pratica trattata da: dott. Tommaso Bruni

IRCCS di natura pubblica