



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

DETERMINAZIONE N. **7621** del **14 LUG. 2015**

Atti n. 561/07 – all. 24

CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER VARI SISTEMI PER RADIOLOGIA DIGITALE IN USO PRESSO VARI REPARTI CON LA DITTA DITECH S.R.L. PER IL PERIODO CHE VA DAL 01/01/2015 AL 31/12/2017 (CIG 6307057C13)

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE:

- presso diversi reparti della Fondazione sono in uso le seguenti apparecchiature:

| APPARECCHIO                                      | MODELLO       | INVENTARIO | MATRICOLA | K-NUMBER | REPARTO               |
|--|---------------|------------|-----------|----------|-----------------------|
| Sistema per radiologia digitale                  | CR 900 SYSTEM | 097341     | 2183      | 2221885  | Cesarina Riva RX      |
| Terminale remoto per la visualizzazione immagini | R.O.P.        | 099461     | 8039      | 2220861  | Cesarina Riva RX      |
| Terminale remoto per la visualizzazione immagini | R.O.P.        | 099707     | 8041      | 2220895  | Cesarina Riva RX      |
| Modulo acquisizione immagini                     | MICROPRINT    | 099537     | MP001     | 2159861  | Granelli Med Nucleare |
| Modulo acquisizione immagini                     | MICROPRINT    | 099538     | MP002     | 2159895  | Granelli Med Nucleare |
| Sistema per radiologia digitale                  | CR 950 SYSTEM | 099695     | 3046      | 2220820  | Pad. Monteggia        |
| Terminale remoto per la visualizzazione immagini | R.O.P.        | 099699     | 8045      | 2220812  | Pad. Monteggia        |
| Sistema per radiologia digitale                  | CR 950 SYSTEM | 099544     | 5012      | 2220754  | Sacco RX              |
| Terminale remoto per la visualizzazione immagini | R.O.P.        | 097447     | 4265      | 2221620  | Sacco RX              |
| Sistema per radiologia digitale                  | CR 950 SYSTEM | 099702     | 5031      | 2220846  | Zonda RX              |
| Terminale remoto per la visualizzazione immagini | R.O.P.        | 099704     | 8034      | 2159655  | Zonda RX              |

- il D.P.R. 14/01/97 impone che la manutenzione dei dispositivi medici sia svolta secondo piani di manutenzione dettagliati e documentati; concetto ripreso nei requisiti di accreditamento per le strutture sanitarie della Regione Lombardia, indicati come OGITEC03, OGITEC04 e OGITEC11;
- detti interventi manutentivi possono essere eseguiti soltanto da tecnici qualificati e nel corso di questi devono essere utilizzate esclusivamente parti di ricambio originali, che normalmente rivestono carattere di unicità; pertanto non possono essere svolti dal personale interno dell'U.O. Ingegneria Clinica, in quanto non specializzato e non in possesso di adeguata strumentazione e quindi devono essere affidate a una ditta specializzata;
- per le apparecchiature costruite a partire dall'entrata in vigore del DL 46/97 (attuazione della Direttiva 93/42/CEE in materia di dispositivi medici) tali interventi manutentivi devono essere svolti dal fabbricante o distributore autorizzato poiché la mancata osservanza di tale obbligo comporterebbe la perdita delle responsabilità assunte dal fabbricante con l'attestazione di conformità rilasciata al momento dell'installazione, circa la rispondenza dell'apparecchiatura ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato 1 del citato DL 46/97, concernenti anche l'affidabilità ed il corretto funzionamento dell'apparecchiatura;

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

DETERMINAZIONE N. 1621

14 LUG. 2015

**PRESO ATTO** che con determina n. 1864 del 24/07/2012, allegata in atti 541/07 al n. 40, è stato stipulato il contratto di assistenza e manutenzione per vari sistemi per radiologia digitale in uso presso vari reparti con la ditta Ditech srl per il periodo che va dal 01/01/2015 al 31/12/2017;

**PRESO ATTO** che:

- la U.O.C. Ingegneria Clinica, con nota del 12 Dicembre 2012 allegata in atti 541/07 al n. 46, ha chiesto alla ditta Ditech srl, distributrice unica delle apparecchiature succitate per la regione Lombardia, la disponibilità ad applicare uno sconto del 5% sul contratto, a parità di servizi resi, così come previsto dalla legge 07.08.2012 n° 135, detta "Spending Review";
- la ditta Ditech srl con nota del 17/12/2012, allegata in atti 541/07 al n. 47, si è resa disponibile ad accordare lo sconto richiesto ad invarianza dei servizi offerti, a fronte di un prolungamento della durata del contratto per un ulteriore triennio;

**VALUTATA** congrua la proposta della ditta Ditech srl oltreché aderente a quanto richiesto dalla legge 07.08.2012 n° 135, nota come "Spending Review";

**PRESO ATTO** che il servizio economico-finanziario con rapporto del 09/07/2015 ha confermato la disponibilità economica per fronteggiare la spesa € 215.040,65 oltre IVA 22% pari a complessivi € 262.349,59 iva 22% inclusa.

**SENTITI** i pareri, espressi per specifica competenza, del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo.

**DETERMINA**

- di stipulare per il periodo 01/01/2015-31/12/2017 il contratto di assistenza e manutenzione su vari sistemi per radiologia digitale in uso presso diversi reparti con la ditta "Ditech srl - Via E. Ponti 53 Milano";
- di registrare l'importo complessivo di € 262.349,59 iva 22% inclusa a carico del conto economico 452020 con spesa da ripartire secondo gli importi di seguito specificati secondo i relativi esercizi di competenza:
  - € 87.449,86 IVA inclusa per l'esercizio 2015
  - € 87.449,86 IVA inclusa per l'esercizio 2016
  - € 87.449,86 IVA inclusa per l'esercizio 2017

Prenotazione n. 2015000992

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Luigi Macchi

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr.ssa Anna Ravan

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Francesca Fancelli

Procedimento presso: U.O. C. Ingegneria Clinica  
Responsabile del procedimento: Ing. G. Valente

REGISTRATA NELLE DETERMINAZIONI  
IN DATA 14 LUG. 2015 AL N. 1621

IRCCS di natura pubblica