



DETERMINAZIONE N. **1678** del **21 LUG. 2015** Atti n. 565/2015 all.

Oggetto: INDIZIONE DI PROCEDURA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, PER L'ACQUISIZIONE DI UNA COLONNA VIDEOENDOSCOPICA OLYMPUS, NECESSARIA ALL'U.O.C. UROLOGIA, MEDIANTE L'UTILIZZO DELLE ECONOMIE OTTENUTE SUL FINANZIAMENTO DI CUI ALLA L.R. N.18/2012.

IL DIRETTORE GENERALE,

Richiamate le determinazioni nn. 1706/2013, 637/2014, 987/2014, 988/2014, 1234/2014, 1400/2014, 1509/2014, 1667/2014, 1672/14, 2746/2014, approvate nel biennio 2013/2014, riguardanti l'aggiudicazione di procedure concorsuali per l'acquisizione di apparecchiature elettromedicali, cui tutte in premessa - in attuazione di quanto sancito dalle regole per l'erogazione dello specifico finanziamento Regionale per l'ammodernamento tecnologico delle strutture pubbliche - riportano testualmente quanto segue:

"Atteso che la Regione Lombardia, con l'erogazione di apposito finanziamento, approvato con D.G.R. n. X/388 del 12/07/2013, in adesione alla legge regionale n. 18/2012 del 17/12/2012 - ammodernamento tecnologico complesso e qualificazione delle strutture pubbliche - si propone un piano straordinario di interventi atti a conseguire un'azione di aggiornamento e svecchiamento del parco tecnologico obsoleto, che in un'ottica di generale e globale sviluppo del Sistema Sanitario Regionale, consenta il miglioramento dell'attività di prevenzione, diagnosi e cura dei pazienti, garantendo anche un indiretto, ma significativo risparmio sul costo degli interventi manutentivi, oltre che una riduzione dei tempi di attesa, con una velocizzazione dell'erogazione delle prestazioni, sempre obbiettivo primario negli alti standard qualitativi della Regione Lombardia;

Ribadito che l'intero finanziamento stanziato in detto ambito, a favore della Fondazione IRCCS, ammonta a complessivi €. 2.450.000,00 ed è così suddiviso:

€. 1.550.000,00 fondi per l'anno 2013,
€. 900.000,00 fondi per l'anno 2014";

Dato atto che il risultato delle citate procedure ha determinato un favorevole esito economico, in termini di risparmio, rispetto a quanto inizialmente preventivato nel progetto/relazione con cui si determinava la stima dei costi - autorizzato dalla Regione Lombardia con la citata D.G.R. - che si è concretizzato, oltre che in un ottimo rapporto qualità/prezzo sulle apparecchiature acquisite, in € 149.926,22;

Richiamata la nota della Fondazione IRCCS prot. 4785 del 2/04/2015, trasmessa alla Direzione Generale Salute, con la quale in esito ai succitati risparmi è stata chiesta autorizzazione all'utilizzo dell'intera somma per l'acquisizione delle seguenti apparecchiature tecnologiche:

- Aggiornamento cabina pletismografia;

IRCCS di natura pubblica



1678

DETERMINAZIONE N.

del 21 LUG. 2015

Atti n. 565/2015 all.

- Colonna endoscopica per urologia;
 - Apparecchio per la rilevazione e l'analisi dei potenziali evocati;
 - Gruppo di continuità on line per il ciclotrone,
- tutte rientranti nel piano acquisti programmato nell'anno 2014;

Preso atto del parere favorevole della Regione Lombardia – Commissione Tecnologie Sanitarie – espresso con nota in data 8/06/2015, prot. H1.2015.0017113, circa l'utilizzo dell'intera somma per l'acquisizione della apparecchiature di cui al sopracitato elenco;

Vista in atti l'istanza di acquisto, in unicità, di una colonna videoendoscopica completa di specifico ed esclusivo videoureterorenoscopio HD con CCD in punta prodotto e commercializzato in esclusiva dalla Società Olympus Italia srl, trasmessa dall'U.O.C. Ingegneria Clinica, che conferma le seguenti motivazioni predisposte in tal senso, con apposita relazione, dal Prof. Bernardo Rocco, direttore dell'U.O.C. Urologia, il quale dichiara che detta apparecchiatura, dovrà interfacciarsi con la sala operatoria integrata con sistema Olympus. Inoltre, lo stesso dichiara che detta colonna comprende il citato strumento flessibile digitale, che permette l'esecuzione in sicurezza di interventi endoscopici di chirurgia intrarenale che richiedono elevata qualità di immagini endoscopiche, onde evitare perdita di dettagli visivi (es. fotocoagulazioni laser di lesioni renali da TCC, RIRS, ECIRS). Inoltre, il sistema per video endoscopia digitale, multidisciplinare, OTV-S190 con elaborazione dei segnali video in modalità analogica e digitale STD e Alta Definizione FULL HD 1080i. in abbinamento alla fonte di luce CLV-S190, detto sistema è in grado di riprodurre le immagini endoscopiche utilizzando la tecnologia NBI, utile strumento per l'odi diagnosi precoce di carcinoma in situ. Questa tecnologia permette anche una miglior visualizzazione dei margini della lesione durante la procedura endoscopica di resezione trans uretrale. Il sistema VISERA ELITE è associabile ad un'ampia gamma di strumenti endoscopici utilizzabili in endochirurgia: è possibile connettere al videoprocessore OTB-S190 teste di telecamera Olympus, mono CCD, 3-CCD, Standard e ad alta definizione HD TV, con la particolarità di avere teste di telecamera HD progettate per chirurgia laparoscopica e per urologia, tra le quali la telecamera HD a pendolino dal peso di soli 60 g. in particolare il sistema per videoendoscopia VISERA ELITE è compatibile con i seguenti strumenti già in utilizzo presso il Blocco Operatorio di Urologia: resettori Olympus, cistoscopi compatti e nefroscopi Olympus – cistoscopi ed ureterorenoscopi Olympus – teste di telecamera urologiche Olympus (mod. OTV-S7H, 1D-L08E e OTV-S7P ro H – HD – L08E) – testa di telecamera laparoscopica Olympus (mod. OTV-S7H-NA-12E) – videolaparoscopio Olympus (mod. HD ENDOEYE 30°). La compatibilità con le teste di telecamera Olympus già in utilizzo presso il Blocco Operatorio permette di utilizzare detta colonna, anche come colonna di back-up in una qualsiasi delle sale del citato Blocco Operatorio Inoltre può essere utilizzata come seconda colonna nel caso di procedure percutanee per via combinata nel trattamento della calcolosi renoureterale. Inoltre il sistema VISERA ELITE è integrabile con il sistema Olympus ENDOALPHA esistente, il videostreaming e la gestione dati paziente;

IRCCS di natura pubblica



DETERMINAZIONE **1678**

del **21 LUG. 2015**

Atti n. 565/2015 all.

Preso atto del parere favorevole, dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso nella nota in data 18 dicembre 2014, nonché di quello tecnico, altrettanto favorevole in pari data, espresso dall'U.O.C. Ingegneria Clinica e in data 17 novembre 2014 e in data 16 luglio 2015 dalla Direzione medica di presidio, con cui si certificano le condizioni di unicità sopra dichiarate;

Dato atto che sulla base delle specifiche rassegnate, l'U.O.C. Approvvigionamenti, di concerto con l'U.O.C. Ingegneria Clinica, ha predisposto la documentazione occorrente per l'esperimento del procedimento di gara (lettera di invito all. 5), individuando nella procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, l'istituto giuridico attraverso cui pervenire all'aggiudicazione della fornitura, dopo aver, comunque, accertato che non sono attive convenzioni "Consip", né della "Centrale Regionale Acquisti";

Ritenuto di condividere le ragioni di unicità attestate nella relazione del Prof. Bernardo Rocco, confermate dal Direttore Sanitario di presidio e dall'U.O.C. Ingegneria Clinica, a mente di quanto disposto dalle Linee guida in materia di cassa economale, di acquisti di beni e di servizi in economia e di acquisti in ragione di necessità e di urgenza nonché in unicità, da ultimo innovate con determinazione n. 217 del 30 gennaio 2015;

Considerato che, l'U.O.C. Approvvigionamenti, stimata la relativa spesa, da porre a base d'asta, in circa € 40.800,00, oltre I.V.A. 22%, pari a € 49.776,00, iva compresa, propone che:

- ☐ l'acquisto in parola venga effettuato mediante esperimento di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, in quanto l'apparecchiatura da acquisire, come indicato dagli utilizzatori nonché dall'U.O.C. Ingegneria Clinica e dalla Direzione Sanitaria di Presidio, possiede caratteristiche tali da permettere l'acquisizione solo dal fornitore indicato, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, che prevede, che per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto sia affidato ad un operatore economico determinato;
- ☐ venga approvata la lettera di invito, con le relative specifiche tecniche che disciplinerà le modalità di partecipazione e le condizioni contrattuali;
- ☐ venga invitata a presentare offerta la Società Olympus Italia srl via Modigliani, 45 – 2009 Segrate (MI,) produttrice e distributrice di detta attrezzatura, nonché di tutti gli accessori necessari per un corretto utilizzo;
- ☐ all'esito della procedura negoziata, venga adottato apposito provvedimento di aggiudicazione della fornitura;
- ☐ la procedura d'acquisto in parola venga effettuata attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica della Regione Lombardia - Sintel, ai sensi della legge regionale Lombardia n. 33/07, del d.P.R. n. 207/10;

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 4

DETERMINAZIONE N.

1678

del 21 LUG. 2015

Atti n. 565/2015 all.

Dato atto che l'U.O.C. Economico Finanziaria ha registrato l'onere derivante dal presente provvedimento sul relativo conto;

Con i pareri favorevoli del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo.

DETERMINA

- 1) di indire, per le motivazioni di cui in premessa, mediante l'ausilio della piattaforma telematica Sintel, procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, per l'acquisizione di una colonna videoendoscopica completa di specifico ed esclusivo videouretererenscopio HD con CCD in punta, prodotto e commercializzato, in esclusiva, dalla Società Olympus Italia srl, necessario all'U.O.C. Urologia;
- 2) di invitare la Società Olympus Italia srl via Modigliani, 45 – 2009 Segrate (MI), produttrice e distributrice in esclusiva dell'apparecchiatura in parola;
- 3) di approvare il testo della lettera di invito allegata agli atti n. 565/2015;
- 4) di riservarsi l'adozione di successivo atto deliberativo all'esito della procedura negoziata, dando atto, come da rapporto dell'U.O. C. Economico Finanziaria, che il costo derivante dal presente acquisto, stimato in € 40.800,00, oltre I.V.A. 22%, pari a € 49.776,00, iva compresa, iva compresa, è stato registrato a carico del conto 020410 come da impegno DI 201500101045, lo stesso, all'occorrenza, potrà essere rettificato in sede di aggiudicazione definitiva. Tale costo è finanziato con i risparmi conseguenti alle acquisizioni di apparecchiature finanziate dalla Regione Lombardia, di cui ai provvedimenti analiticamente riportati nelle premesse.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Luigi Macchi)

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dr.ssa Anna Pavan)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Francesca Fancelli)

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI

IN DATA 21 LUG. 2015

AL N.

Procedimento presso U.O.C. Approvvigionamenti

Responsabile del Procedimento: avv. G. Bracchi

Pratica trattata da:

dott. T. Bruni

IRCCS di natura pubblica

Sistema Sanitario



Regione
Lombardia