



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 1

DETERMINAZIONE N.

1 682

del **21 LUG. 2015**

Atti n. 733/2015 all. 63)

Oggetto: Procedura di cottimo fiduciario per l'acquisizione di barelle e letti barella occorrenti per il nuovo DEA (Dipartimento di Emergenza e Accettazione) della Fondazione IRCCS – utilizzo dello specifico contributo della Regione Lombardia di cui alle d.G.R. della Regione Lombardia n. X/2111 dell'11.07.2014 e n. X/1521 del 20.03.2014 – **APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA** -

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che, alla data odierna, è ancora in fase di completamento la struttura che ospiterà il nuovo DEA Dipartimento dell'Emergenza ed Accettazione - Padiglione Guardia – e che per varie problematiche che hanno interessato diversi aspetti (ritrovamenti di reperti archeologici nel sottosuolo) e (fallimenti e subentri di altre società nell'esecuzione dell'appalto) i lavori hanno subito notevoli ritardi, determinando una dilatazione dei tempi previsti di ultimazione e consegna della struttura;

Dato atto che, in relazione dell'evento mondiale interessante la Città di Milano, "EXPO 2015", e per la necessità di garantire ai previsti numerosi visitatori provenienti da tutto il mondo, cui assicurare adeguata assistenza sanitaria, la Fondazione IRCCS è stata individuata, come uno dei centri di riferimento, con particolare riguardo all'attività propria dell'area del DEA – Dipartimento dell'Emergenza ed Accettazione (si vedano la d.G.R. della Lombardia n. X/2111 dell'11.07.2014 e la d.G.R. della Lombardia n. X/1521 del 20.03.2014);

Dato atto altresì che il su richiamato evento mondiale ha reso ancora più urgente il perfezionamento dell'intera struttura, nella sua totalità e complessità, trattandosi di una struttura di primo intervento che necessita di adeguati e specifici arredi/apparecchiature/attrezzature atte a garantire l'attuazione del percorso di pronto intervento, urgenza, incompatibile con le tempistiche delle ordinarie procedure concorsuali di approvvigionamento di cui al Testo Unico sui contratti pubblici;

Atteso che, a seguito dell'avvenuta inaugurazione e operatività del Padiglione succitato, per la definitiva messa a regime si è resa necessaria l'acquisizione/integrazione di alcune attrezzature atte a garantire il totale completamento;

Verificato che tra le molteplici tipologie di arredi ed attrezzature necessari al completamento del citato Padiglione, occorrono barelle e letti barella ad altezza variabile;

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 2

DETERMINAZIONE N.

1682

del

21 LUG. 2015

Atti n. 733/2015 all. 63)

Dato atto che, in relazione alle su esposte necessità, a seguito del parere favorevole dei Direttori Generale, Amministrativo e Sanitario, e di quello espresso dal Direttore Medico di Presidio, dal SITRA e dal CEMOC, è stata esperita procedura di cottimo fiduciario articolata nelle diverse fasi di seguito descritte:

- con determinazione n. 825 del 21.04.2015, è stata indetta la citata procedura, ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, con aggiudicazione a favore della ditta migliore offerente ai sensi dell'art. 82 del citato decreto legislativo;
- entro il termine stabilito nella lettera di invito – ore 12,00 del giorno 18.05.2015 – sono state presentate n. 5 offerte (contenenti documentazione amministrativa, tecnica e offerta economica), delle ditte Givas Srl, Hill-Rom Spa, Industrie Guido Malvestio Spa, Italia Medica International Srl, Vernipoll Srl;
- in data 20.05.2015, alle ore 10,00, si teneva la seduta pubblica per l'apertura della documentazione amministrativa e tecnica, in occasione della quale, il Presidente del seggio di gara, Avv. Gianluca Bracchi, Direttore dell'U.O.C. Approvvigionamenti, alla presenza, quale testimone, della Dr.ssa Annarita Mancuso e quale segretario verbalizzante della Sig.ra Carla Tremolada – entrambi assegnati all'U.O.C. Approvvigionamenti – verificava la documentazione amministrativa prima e tecnica successivamente, presentata dalle cinque ditte concorrenti, la quale è risultata completa per tre delle cinque ditte partecipanti (Givas Srl, Italia Medica International Srl, Vernipoll Srl). Dall'esame delle offerte delle altre due ditte concorrenti risultava quanto segue:
 - Ditta HILL-ROM SpA:
il Presidente rilevava, la carenza della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti di idoneità morale, prevista dal d.lgs n. 163/2006, in capo al "cessato" Presidente del CdA (Nominato il 16.03.2012 fino al 18.02.2015) Sig. ALEJANDRO INFANTE SARACHO. Pertanto, alla ditta concorrente in parola, in attuazione dell'art. 38, comma 2-bis, del d.lgs. n. 163/2006, introdotto dall'art. 39 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, relativamente ai casi di mancanza, incompletezza ed irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del su richiamato art. 38 del d.lgs. n. 163/2006, verrà richiesta entro il termine di 10 (dieci) giorni il pagamento della sanzione pecuniaria, stabilita dalla regola di gara in € 415,00 e la contestuale integrazione della documentazione amministrativa mancante.
 - Ditta INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SpA:
il Presidente rilevava, la mancanza della dichiarazione *di impegno ad organizzare, a proprio carico, una sessione dimostrativa/prova delle barelle e letti barella offerti*. Pertanto, in attuazione dell'art. 46, comma 1 del d.lgs. n. 163/2006, essendo tale requisito richiesto a pena di esclusione, come specificato alla pagina "10" della lettera di invito, decideva di verificare nello step successivo della documentazione tecnica presentata, l'eventuale presenza di tale dichiarazione.

IRCCS di natura pubblica



DETERMINAZIONE N.

1682

del 21/06/2015

Atti n. 733/2015 all. 63)

- si proseguiva con l'apertura delle buste telematiche, contenenti la documentazione tecnica, con le stesse modalità dell'apertura della documentazione amministrativa ed alla verifica dell'esistenza e della completezza dei documenti tecnici, rispetto a quanto richiesto nella documentazione di gara, nonché della regolarità della firma digitale apposta, ove richiesto, sugli stessi, per le 5 ditte partecipanti.
 - per quanto sopra dichiarato, relativamente alla ditta Industrie Guido Malvestio Spa, il Presidente procedeva alla verifica di tutti i documenti presentati nella documentazione tecnica, constatando anche in questo step, la mancanza della dichiarazione *"di impegno ad organizzare, a proprio carico, una sessione dimostrativa/prova delle barelle e letti barella offerti"*. Pertanto, si dichiarava esclusa la Ditta INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SpA dal prosieguo della procedura.
 - la documentazione tecnica delle altre ditte concorrenti e precisamente Italia Medica International Srl, Givas Srl, Vernipoll Srl, e Hil-Rom risultava regolare.
- Poiché le ditte Italia Medica International Srl, Givas Srl, Vernipoll Srl, e Hil-Rom, avevano presentato completa documentazione tecnica, nel rammentare la riserva dell'ammissione della ditta Hill-Rom, come supra meglio precisato, il Presidente faceva presente che, all'esito della verifica della documentazione tecnica e dopo l'effettuazione della sessione dimostrativa per le sole ditte ritenute tecnicamente idonee, sarebbero stati fissati il giorno e l'ora in cui dovrà essere svolta l'apertura delle offerte economiche in seduta pubblica;
- Prima di dichiarare conclusa la seduta, il Presidente invita il Sig. Luca Saporito, unico presente, in rappresentanza della ditta Industrie Guido Malvestio Spa, a procedere con il sorteggio per decretare l'ordine di partecipazione alla sessione dimostrativa con il seguente esito:
 - HILL-ROM prima estratta
 - ITALIA MEDICA INTERNATIONAL seconda estratta
 - GIVAS Srl terza estratta
 - VERNIPOLL Srl quarta estratta.
 - Poiché le quattro ditte ammesse presentavano esaustiva documentazione tecnica, Il Direttore U.O.C. Approvvigionamenti aggiornava la seduta, con i referenti preposti (la referente outsourcing Sitra Sig.ra Lorena della Frera, la responsabile formazione CEMOC Sig.ra Rosa Manno e la RIA Area emergenza e urgenza Sig.ra Paola Bosco) dopo la conclusione dei lavori di valutazione delle offerte tecniche e delle valutazioni pratiche (*sessione dimostrativa/prova delle barelle e letti barella offerti*) per le sole ditte la cui documentazione tecnica sia risultata idonea nonché del contestuale recepimento della documentazione amministrativa mancante e dell'avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria stabilita dalla regola di gara della ditta HILL-ROM.
 - In data 25.05.2015 perveniva da parte della ditta HILL-ROM la documentazione amministrativa mancante unitamente alla ricevuta del relativo versamento della sanzione pecuniaria stabilita dalla regola di gara in € 415,00 e pertanto la medesima veniva dichiarata "AMMESSA" al prosieguo della procedura della valutazione tecnica.

IRCCS di natura pubblica



DETERMINAZIONE N. **1 682**

del **21 LUG. 2015**

Atti n. 733/2015 all. 63)

- In data 06.07.2015, alla presenza dei sopramenzionati, si è tenuta la seduta con i referenti preposti con il seguente esito:

Valutazione Offerte tecniche:

- Ditta ITALIA MEDICA INTERNATIONAL SRL (NON IDONEA TECNICAMENTE pertanto viene ESCLUSA)

Mancanza 5ª ruota

Portata 175kg anziché 180/200

Larghezza piano rete cm. 77 sia per barella che letto barella (richieste cm. 65/70 per barella e cm. 80/85 per letto barella)

Piano altezza variabile con escursione verso il basso cm. 62 anziché cm. 60 e verso l'alto cm. 92 anziché 80/90

- Ditta GIVAS (IDONEA)

- Ditta VERNIPOLL (IDONEA)

- Ditta HILL-ROM (IDONEA)

- Una volta tenutesi le previste sessioni dimostrative/prove barelle e letti barella effettuate, alla presenza della referente outsourcing Sitra Sig.ra Lorena della Frera, della responsabile formazione CEMOC Sig.ra Rosa Manno e direttamente dalla RIA Area emergenza e urgenza Sig.ra Paola Bosco, nelle date e per i periodi temporali stabiliti emergevano le risultanze sotto specificate,

- Ditta ITALIA VERNIPOLL (NON IDONEA alla prova pratica pertanto viene ESCLUSA)

BARELLE:

- Numero snodi e sezioni, larghezza del piano rete, altezza max e minima da terra: corrispondenti a quanto richiesto.
- Sponde laterali: il meccanismo di elevazione/abbassamento delle sponde laterali è risultato difficoltoso e poco sicuro in quanto l'elevazione richiede l'applicazione di notevole forza da parte dell'operatore, mentre l'abbassamento comporta un rilevante rischio di intrappolamento delle dita (la leva di abbassamento è posizionata tra la sponda e il piano rete). Tale problema si riduce in parte nelle barelle standard. L'abbassamento delle sponde laterali comporta inoltre un importante ingombro laterale che rende difficoltoso il passaggio del paziente da piano a piano.
- Impugnatura base e piedi: si muove durante la marcia poiché priva di un fermo specifico e quindi non idonea; la stessa se impropriamente rimossa dall'utente, potrebbe essere utilizzata come oggetto contundente (rammentiamo la presenza di Pronto Soccorso Psichiatrico)
- Asta porta flebo: facilmente rimovibile con rischio per utenti ed operatori.
- Snodo sottopopliteo: presente ma difficilmente gestibile, difatti l'abbassamento richiede l'impiego di notevole forza sul materasso e il contemporaneo abbassamento di apposita leva sita sotto lo stesso

In generale tutte le posizioni richiedono importante impiego di forza da parte dell'operatore e la struttura complessivamente risulta pesante e poco agevole da spostare.

LETTI BARELLA:

- Elevato peso della struttura, durante la marcia l'operatore viene molto sovraccaricato del peso
- Base piedi e testa: l'impugnatura si rimuove durante la corsa in modo particolare in curva, non ha fermo specifico
- Sponde – applicazione di forza notevole per alzare e pulsante non facilmente raggiungibile per abbassare con rischio di intrappolamento mani degli operatori (raggiunge in abbassamento il piano rete ma è presente un importante ingombro laterale, che può incidere in modo notevole sul passaggio da piano a piano.
- Trendelemburg e antitrendelemburg con applicazione di notevole forza da parte dell'operatore.
- La 4ª sezione se si alza per fermo sottopopliteo (gambale) una volta alzato per abbassare richiede applicazione di forza su parte del materasso e contemporaneamente abbassare leva sottostante.

IRCCS di natura pubblica



DETERMINAZIONE N.

1 682

del 21 LUG. 2015

Atti n. 733/2015 all. 63)

➤ Ditta GIVAS (NON IDONEA)

BARELLE E LETTI BARELLA:

- Numero di snodi e sezioni, altezza max e minima da terra corrispondenti a quanto richiesto;
- Sponde laterali facilmente elevabili e abbattibili in sicurezza, sponda laterale abbassata risulta ingombrante;
- Asta porta flebo e portarotolo facilmente rimovibili con rischio per operatori e utenti;
- Ripiano porta oggetto inferiore poco profondo;
- La larghezza del piano rete del letto barella portato in prova è inferiore a quello da fornire anche se la ditta ha garantito che in caso di aggiudicazione non ci sarà nessun problema a fornire il letto barella della dimensione richiesta.

Tenuto conto di quanto sopra, si ritiene di non poter ritenere idonea la ditta GIVAS SRL in quanto non presentando per la prova il letto barella con le caratteristiche e le dimensioni richieste (la dimensione del piano rete del letto barella presentato per la prova è inferiore a quanto richiesto - è stato fornito un letto barella con caratteristiche e dimensioni identiche a quelle della semplice barella) la prova tecnica non ha potuto essere completata. Nella comunicazione di richiesta "sessione dimostrativa" era ben specificato quanto di seguito si riporta "Dovranno essere consegnati una barella e un letto barella identici a quelli offerti in gara e la relativa bolla di accompagnamento dovrà riportare l'esatto modello/codice della barella e del letto barella medesimi e di tutti i suoi componenti.

➤ Ditta HILL-ROM (IDONEA)

BARELLE E LETTI BARELLA:

- Numero di snodi e sezioni, altezza max e minima da terra corrispondenti a quanto richiesto
- Sponde laterali facilmente elevabili e abbattibili in sicurezza, sponda laterale con nessun ingombro
- Asta porta flebo e portarotolo con alloggiamento adeguato nessun rischio di rimozione casuale
- Sistema frenante: presente oltre al sistema centralizzato, freno manuale (maneggevole sicuro ed azionabile con una singola mano) che permette frenata rapida su ostacoli improvvisi e che si è rivelato utile in spazi affollati come quelli del pronto soccorso

Le barelle e i letti barella risultano complessivamente maneggevoli e facili da trasportare. La permanenza delle barelle e letti barella in prova è stata prolungata di qualche giorno rispetto a quanto stabilito in quanto una era rimasta ferma per due giorni per un problema tecnico

Preso atto degli elementi emersi nel corso delle prove dimostrative/pratiche effettuate sulle barelle e letti barella presentati dalle tre ditte Vernipoll, Givas e Hill-Rom, invitate a presentare campionatura, ed avendo proceduto all'approfondimento degli elementi oggetto di valutazione, secondo quanto definito dalla lettera di invito e dalle caratteristiche tecniche parte integrante della stessa, con le risultanze tutte supra specificate, si considera definitivamente idonea tecnicamente la sola ditta HILL-ROM SPA.

In data 21.07.2015, in seduta pubblica, il Presidente del seggio di gara, come da verbale in pari data in atti 733/2015 all. 61), provvedeva ad aprire l'offerta economica della sola ditta rimasta in gara, HILL-ROM SPA, con il seguente risultato:

- N. 45 Barelle Transtar modello Procedural codice P800 € 1.659,00 cad. per un totale di € 74.655,00 oltre Iva di legge,
 - N. 4 Letti barella Transtar modello Procedural codice P800 € 1.953,00 cad. per un totale di € 7.812,00 oltre Iva di legge,
- totale complessivo n. 45 barelle e n. 4 letti barella € 82.467,00 oltre Iva 22% pari ad € 18.142,74 per un totale di € 100.609,74 comprensivi di garanzia full-risk 24 mesi;

IRCCS di natura pubblica





DETERMINAZIONE N.

7682

del

21 LUG. 2015

Atti n. 733/2015 all. 63)

Dato atto che l'Unità Operativa Complessa Approvvigionamenti, visti gli esiti del procedimento di gara, accertata la legittimità della procedura esperita, propone:

- di approvare gli atti tutti di gara e, in particolare, i verbali relativi alla procedura in oggetto, rispettivamente in data 20.05.2015 all. 44) in atti 733/2015, 06.07.2015 all. 59) in atti 733/2015, 21.07.2015 all. 61) in atti 733/2015 e del conseguente risultato finale così come supra riportato;
- di aggiudicare, in via definitiva, come dalle richiamate risultanze finali, la fornitura di N. 45 Barelle Transtar modello Procedural codice P800 e N. 4 Letti barella Transtar modello Procedural codice P800 descritte nell'offerta tecnico-economica della ditta Hill-Rom SpA in data 15.05.2015 necessarie al nuovo DEA (Dipartimento Emergenza e Accettazione), conforme a quanto previsto nella lettera di invito e nelle relative schede tecniche, approvati con la determinazione di indizione sopraccitata e analiticamente elencata nel dispositivo del presente provvedimento;

Richiamati gli artt. 11, comma 5, e 12, comma 1, del d.lgs 163/2006, devono ritenersi meritevoli di approvazione gli atti tutti di cui alla procedura concorsuale in parola, e, confermata la sussistenza di ragioni di interesse pubblico all'affidamento dei contratti di che trattasi, si ritiene di procedere ad aggiudicazione definitiva;

Dato atto altresì che, alla spesa per l'acquisto degli arredi e attrezzature in parola, si farà fronte con apposito finanziamento della Regione Lombardia di cui alle d.G.R. della Regione Lombardia n. X/2111 dell'11.07.2014 e n. X/1521 del 20.03.2014, l'U.O.C. Economico Finanziaria ha registrato l'onere derivante dal presente provvedimento sul relativo conto;

CON i pareri favorevoli del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo,

DETERMINA

- 1) di approvare gli atti tutti di gara e, in particolare, i verbali relativi alle operazioni di gara richiamate in premessa svolte nelle sedute in data 20.05.2015 all. 44) in atti 733/2015, 06.07.2015 all. 59) in atti 733/2015, 21.07.2015 all. 61) in atti 733/2015;
- 2) di aggiudicare, ai sensi della predetta normativa, alla ditta Hill-Rom SpA – Via Ambrosoli, 6 20090 Rodano (MI), la fornitura di N. 45 Barelle Transtar modello Procedural codice P800 € 1.659,00 cad. per un totale di € 74.655,00 oltre Iva di Legge e N. 4 Letti barella Transtar modello Procedural codice P800 € 1.953,00 cad. per un totale di € 7.812,00 oltre Iva di Legge per un Totale complessivo n. 45 barelle e n. 4 letti barella € 82.467,00 oltre Iva 22% pari ad € 18.142,74 per un totale di € 100.609,74 comprensivi di garanzia full-risk 24 mesi;

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 7

DETERMINAZIONE N.

1682

del 21 LUG. 2015

Atti n. 733/2015 all. 63)

- 3) di nominare, direttore dell'esecuzione del contratto, il Dirigente SITRA;
- 4) di dare atto che, come da rapporto dell'U.O.C. Economico Finanziaria, in atti 733/2015 all. 62), il costo derivante dal presente acquisto per complessivi € 82.467,00 oltre Iva 22%, pari ad € 18.142,74 per un totale di € 100.609,74, è stato registrato come segue:

Conto economico	Esercizio	Importo IVA compresa	Numero Impegno
020620	2015	€ 100.609,74	2015000465

- 5) di dare atto che il finanziamento avrà luogo con le risorse di cui alla d.G.R. n. X/1521/2014;
- 6) di dare atto che l'esecuzione della presente fornitura avrà luogo, all'esito positivo dei controlli di rito e che data l'urgenza di dar seguito alla fornitura di che trattasi, nel rispetto dei vincoli temporali imposti dalla Regione Lombardia per l'erogazione del finanziamento medesimo, si derogherà dall'attesa dello Stand Still.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Luigi Macchi)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Anna Pavan)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Francesca Fancelli)

REGISTRATA NELLE UNICO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA 21 LUG. 2015 AL N. 1682

PROCEDIMENTO presso U.O. APPROVVIGIONAMENTI
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Avv. Gianluca Bracchi
PRATICA TRATTATA DA: Carla Tremolada

IRCCS di natura pubblica

Sistema Sanitario



Regione
Lombardia