



DETERMINAZIONE N. **2 4 6 2** del **2 3 NOV. 2016** Atti n. 1466/2016 All.

PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ANGIOGRAFO MODELLO ALLURA CLARITY FD20 PHILIPS, INSTALLATO PRESSO L'U.O.C. NEURORADIOLOGIA – UTILIZZO DELLO SPECIFICO CONTRIBUTO EROGATO ATTRAVERSO LA D.G.R. N. X/5135/16, PER LA SOSTITUZIONE DI APPARECCHIATURE SANITARIE OBSOLETE – INDIZIONE.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

ATTESO che la Regione Lombardia, con l'erogazione di apposito contributo, approvato con D.G.R. n. X/5135 del 9/05/2016, ha finanziato, nell'ambito delle risorse in conto capitale, investimenti, finalizzati prioritariamente al miglioramento ed ammodernamento delle strutture sanitarie, con particolare attenzione alla sostituzione delle apparecchiature elettromedicali obsolete ed alla sicurezza disponendo prioritariamente l'ammodernamento del parco tecnologico aziendale;

DATO ATTO che l'intero finanziamento stanziato in detto ambito, a favore della Fondazione IRCCS, ammonta a complessivi € 2.028.566,00 e che attraverso l'utilizzo di quota parte di dette risorse (fino ad un massimo del 50%), così come fin'ora svolto con analoghi finanziamenti, si intende perseguire l'obiettivo di sviluppare un'azione di aggiornamento e svecchiamento del proprio parco tecnologico obsoleto, che in un'ottica di generale e globale sviluppo del Sistema Sanitario Regionale consenta il miglioramento dell'attività di prevenzione, diagnosi e cura dei pazienti, garantendo anche un indiretto ma significativo risparmio sul costo degli interventi manutentivi, oltre ad una riduzione dei tempi di attesa, con una velocizzazione dell'erogazione delle prestazioni sanitarie, sempre obiettivo primario negli alti standard qualitativi della Regione Lombardia;

DATO ATTO altresì che la valutazione delle priorità aziendali è stata demandata alla CAAMS "Commissione Acquisizione Apparecchiature Medico Scientifiche", la quale ha predisposto, sulla base del vincolo di spesa imposto dalla Regione Lombardia, tenendo conto delle urgenti necessità dei vari settori, uno specifico programma degli acquisti, approvato con determinazione n. 1529 del 19 luglio 2016;

VISTO l'elenco delle apparecchiature da sostituire o da aggiornare, inserito nel su richiamato provvedimento, dove è stato previsto, anche, l'aggiornamento dell'angiografo monoplano Philips modello Allura Clarity FD20, in dotazione all'U.O.C. Neuroradiologia (pad. Monteggia), per un valore presunto di spesa di circa € 352.214,00 iva compresa;

PRECISATO che la scelta di aggiornare l'angiografo in questione è dettata dalla necessità di attuare una scelta strategica aziendale, che si pone l'obiettivo di far confluire l'attività di radiologia interventistica - attualmente espletata in due diversi settori della Fondazione IRCCS (Neuroradiologia e Neuroradiologia Interventistica) - in un unico settore e precisamente presso l'U.O.C. Neuroradiologia del padiglione Monteggia, dove è presente il citato angiografo, Philips modello Allura Clarity FD20, così come dichiarato



R

re



DETERMINAZIONE N. **2 4 6 2** del **2 3 NOV. 2016** Atti n. 1466/2016 All.

dall'U.O.C. Ingegneria Clinica nella nota in data 15 novembre 2016, le cui motivazioni si riportano di seguito in stralcio:

" In particolare l'aggiornamento richiesto mira ad ottenere:

- *la possibilità di eseguire tc intraprocedurali, sia per migliorare l'accuratezza che per valutare la qualità delle procedure svolte (biopsie, trattamento di tumori con radiofrequenza,...)*
- *una significativa riduzione della dose erogata a parità di procedura eseguita a tutela e del paziente e degli operatori.*

In seguito all'approvazione dell'aggiornamento da parte della CAAMS, sono state inizialmente valutate due soluzioni:

- 1) *aggiornamento dell'angiografo Siemens attualmente in uso;*
- 2) *acquisto di angiografo nuovo tramite adesione a convenzione CONSIP.*

La prima soluzione risultava molto onerosa (circa 380.000 € oltre IVA) ed inoltre prevedeva in pratica una sostituzione della macchina attuale. Pertanto, è stata presa in considerazione la seconda soluzione, ma il prodotto aggiudicato da CONSIP non era conforme alle specifiche esigenze del reparto, in particolare per quanto riguarda la parte TC.

In seguito ad una analisi eseguita sul restante parco macchine (angiografi) presente in Fondazione si è constatato che per motivi tecnici, logistici ed organizzativi risultava più conveniente procedere ad un aggiornamento dell'angiografo Philips Allura XPER FD20c monoplano ubicato presso la neuroradiologia interventistica del Monteggia, in un primo momento destinato alla realizzazione di una sala ibrida nel nuovo blocco operatorio del Nuovo Guardia.

Infatti, l'angiografo del Monteggia, risulta essere la macchina più idonea a soddisfare tutte le necessità del reparto e della Fondazione in quanto già parzialmente adeguata alle necessità operative della radiologia interventistica, e quindi richiede un intervento di aggiornamento meno oneroso, ed inoltre l'apparecchiatura è già ubicata nei locali destinati alle attività interventistiche, quindi ne deriva un risparmio sui costi di eventuali trasferimenti"

EVIDENZIATO peraltro, che la convenzione CONSIP, di cui al su richiamato punto 2 della relazione dell'U.O.C. Ingegneria Clinica in data 15 novembre 2016, è scaduta;

ACCERTATO che l'aggiornamento di detto angiografo Philips, modello Allura Clarity FD20, attraverso l'introduzione di un sistema TC integrato, consente, nelle fasi di trattamento delle patologie degenerative arteriosclerotiche e delle malformazioni vascolari, l'analisi tessutale della parete vasale con una valutazione sia segmentaria che globale dello status vascolare del paziente, nonché ne favorisce l'estensione del campo di applicazione delle procedure terapeutiche interventistiche, ottenendo una qualità d'immagine superiore, con una sensibile riduzione della dose erogata al paziente ed all'operatore;

RICHIAMATO l'art. 11, comma 2, delle Linee guida in materia di cassa economale, di acquisti di beni e di servizi in economia e di acquisti in ragione di necessità e di urgenza nonché in unicità;



B

re



DETERMINAZIONE N. **2 4 6 2** del **2 3 NOV. 2016** Atti n. 1466/2016 All.

CONSIDERATO che l'U.O.C. Approvvigionamenti, a seguito dell'inoltro da parte dell'U.O.C. Ingegneria Clinica in data 17/10/2016 delle specifiche tecniche dell'aggiornamento di cui trattasi, la cui spesa presunta è stimata, in € 352.214,00 iva compresa, propone che:

- l'acquisto in parola venga effettuato mediante esperimento di procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, in quanto l'apparecchiatura da acquisire, come indicato dagli utilizzatori nonché dall'U.O.C. Ingegneria Clinica, possiede caratteristiche tali da permettere l'acquisizione solo dal fornitore indicato, ai sensi dell'art. 63, comma 3, lettera b), del d.lgs. n. 50 del 19 aprile 2016, che prevede di affidare al fornitore originario possibili ampliamenti di fornitura, in quanto l'eventuale cambiamento del medesimo fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquisire materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego comporterebbe incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate;
- venga invitata a presentare offerte la società Philips S.p.a. con sede in Monza, via G. Casati, n. 23;

ACCERTATO che, come da rapporto dell'U.O.C. Economico Finanziaria, il costo complessivo derivante dal presente acquisto ammontante € 288.700,00 oltre Iva 22%, pari a € 352.214,00 iva compresa, è stato registrato a carico del conto 020410 (apparecchiature sanitarie), come da impegno DI 2016001828, di cui agli specifici fondi derivanti dalla d.G.R. n. X/5135/16;

PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento, con la propria sottoscrizione, attesta che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo;

VISTA la nota in data 27 ottobre 2016, in atti n. 1466/16 del Responsabile dell'U.O.C. Economico Finanziaria con la quale attesta la regolarità contabile della presente determinazione ed annota i relativi valori sui competenti conti di bilancio;

DATO ATTO che relativamente all'aggiornamento oggetto del presente provvedimento non è attiva una convenzione ARCA;

CON i pareri favorevoli del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo,

DETERMINA

1. di indire, per le motivazioni di cui in premessa, procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, invitando la società Philips S.p.a. con sede in Monza via G. Casati, n. 23, così come indicato in narrativa, per la fornitura di quanto segue, per le necessità dell'U.O.C. Neuroradiologia:
 - aggiornamento dell'angiografo Allura Clarity FD20,
 - Xper CT Dual,
 - Xper Guide,
 - Ecografo CX50,



Handwritten signature and initials



DETERMINAZIONE N. **2 4 6 2** del **2 3 NOV. 2016** Atti n. 1466/2016 All.

- FlexVision XL XL, HD, Snapshot FE e n. 8 moduli di connessione video,
- Monitor LCD colori 19",
- Pacchetto integrazione con ultrasuoni,

attraverso l'utilizzo della piattaforma negoziale telematica SinTel, ai sensi della legge regionale Lombardia n. 33/2007, con particolare riferimento all'art. 1, comma 6-ter, relativo all'utilizzo della piattaforma SinTel, del d.lgs. n. 82/2005, codice dell'amministrazione digitale, della legge regionale Lombardia 19 maggio 1997, n. 14, con particolare riferimento all'art. 3, comma 7, circa le procedure di acquisto esperite attraverso l'utilizzo di sistemi e strumenti telematici e l'utilizzo di infrastrutture tecnologiche appositamente predisposte, nonché ai sensi dell'art. 63, comma 3, lettera b), del d.lgs. n. 50 del 19 aprile 2016;

2. di invitare la società Philips S.p.a. con sede in Monza via G. Casati, n. 23, produttrice e distributrice dei prodotti di cui sopra;
3. di approvare il testo della lettera di invito, in atti 1466/16 all. 4;
4. di dare atto che il responsabile unico del procedimento è il Direttore dell'U.O.C. Approvvigionamenti;
5. di dare atto come da rapporto dell'U.O.C. Economico Finanziaria il costo complessivo derivante dal presente acquisto ammontante € 288.700,00 oltre Iva 22%, pari a € 352.214,00 iva compresa, è stato registrato a carico del conto 020410 (apparecchiature sanitarie), come da impegno DI 2016001828, di cui agli specifici fondi derivanti dalla d.G.R. n. X/5135/16;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito della Fondazione IRCCS, all'Albo Pretorio – online, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. Lombardia n. 23/2015, con l'osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30/6/2003 n. 196).

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Laura Chiappa)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Simona Girolidi)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Fabio Agnò)

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA **23 NOV. 2016** AL N. **2 4 6 2**

UOS/UOC proponente	U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI
Responsabile del procedimento:	Ing. Paolo Cassoli
Pratica trattata da	Dott. Tommaso Bruni

