



1 2 2 5

2 7 LUG. 2017

Pag. 1

Determinazione del Direttore Generale n.

del

, Atti n. 718/2013 all. 18

avente come oggetto: "PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA SU VARIE APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE ED ECOGRAFICHE IN USO PRESSO DIVERSI REPARTI CON LA DITTA SIEMENS HEALTHCARE PER 60 MESI - DETERMINA A CONTRARRE"

ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

1. Breve esposizione del contenuto della determinazione

Indizione procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera b) del d.lgs. 50/2016 per il servizio di manutenzione ed assistenza tecnica su varie apparecchiature radiologiche in uso presso diversi reparti con la ditta Siemens Healthcare S.r.l. per il periodo che va dal 01/01/2017 al 31/12/2021

2. Estremi relativi ai principali documenti e/o normative citate

- Lettera d'invito allegata in atti 718/2013 al n. 17;

3. Attestazione contabile

La presente determina comporta oneri pari a € 3.824.316,18 IVA 22% inclusa

Pratica gestita da Ing. Maria Miloro

Responsabile del procedimento
UOC Ingegneria Clinica
Ing. Gianpaolo Valente





Determinazione del Direttore Generale n. **1 225** del **27 LUG. 2017** Pag. 2
, Atti n. 718/2013 all. 18

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA/PATRIMONIALE

Il costo complessivo di € 3.824.316,18 sarà imputato nel BPE così come segue:

BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	PROGETTO	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018	IMPORTO 2019	IMPORTO 2020	IMPORTO 2021	TOTALI
SAN	452020	2017001687		€807.882,88	€754.108,33	€754.108,33	€754.108,33	€754.108,33	€3.824.316,20
Totale									
RIC									
Totale									
TOTALE									

Il Direttore della UOC Gestione Economico-Finanziaria

(Dott. Roberto Alberti)





Determinazione del Direttore Generale n.

1 225

del

27 LUG. 2017

Pag. 3

, Atti n. 718/2013 all. 18

OGGETTO: "PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA SU VARIE APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE ED ECOGRAFICHE IN USO PRESSO DIVERSI REPARTI CON LA DITTA SIEMENS HEALTHCARE PER 60 MESI - DETERMINA A CONTRARRE".

IL DIRETTORE GENERALE

su proposta del DIRETTORE dell'UOC Ingegneria Clinica

PREMESSO CHE:

- presso vari reparti della Fondazione sono in uso le seguenti apparecchiature radiologiche ed ecografiche:

Inventario	Num. serie	Apparecchiatura	Modello	Periodo di validità
163746	1018918904	TAC	Somatom Definition Flash	01/01/2017 – 31/12/2021
088311	1005450249	TAC	Somatom Definition	01/01/2017 – 31/12/2021
089162	3000954042	PET-CT	Biograph 64 Hd Truev	01/01/2017 – 31/12/2021
089505	1006623823	Gamma camera	Symbia S	01/01/2017 – 31/12/2021
099458	MRVA125163	Risonanza magnetica	Magnetom Avanto	01/01/2017 – 31/12/2021
147268	1010347114	Diagnostica radio-fluorografica	Axiom Luminos Drf	01/01/2017 – 31/12/2021
083237	1004100382	Angiografo digitale	Axiom Artis Dta	01/01/2017 – 30/09/2017
162072	1016835611	Ecotomografo	SC2000	01/01/2017 – 31/12/2021
99265	2500074023	Ecotomografo	Cypress	01/01/2017 – 31/12/2021
MR11285	1003567608	Ecotomografo	CV70	01/01/2017 – 31/12/2021
I36135	1000261434	Ecotomografo	Prima LC	01/01/2017 – 31/12/2021
087885	3000728284	Ecotomografo	Sequoia GI	01/01/2017 – 31/12/2021
125582	50000056804	Ecotomografo	Sequoia 512	01/01/2017 – 31/12/2021
087995	2500060358	Ecotomografo	Sequoia 512	01/01/2017 – 31/12/2021

et





Determinazione del Direttore Generale n.

1 2 2 5

del 27 LUG. 2017

Pag. 4

, Atti n. 718/2013 all. 18

Inventario	Num. serie	Apparecchiatura	Modello	Periodo di validità
I39079	50000056968	Ecotomografo	Sequoia 512	01/01/2017 – 31/12/2021
097423	2500061953	Ecotomografo	Sequoia 512	01/01/2017 – 31/12/2021
083309	3000540768	Ecotomografo	Sequoia 512	01/01/2017 – 31/12/2021

- per le apparecchiature sopra indicate è necessario assicurare il servizio di manutenzione preventiva e prevedere interventi su chiamata al fine di mantenere le condizioni iniziali di buon funzionamento e di sicurezza, verificate e certificate all'atto dell'installazione, ed evitare guasti critici e prolungati fermi macchina;
- il D.P.R. 14/01/97 impone che la manutenzione dei dispositivi medici sia svolta secondo piani di manutenzione dettagliati e documentati. Questo concetto è ripreso nei requisiti di accreditamento per le strutture sanitarie della Regione Lombardia, indicati come OGITEC03, OGITEC04 e OGITEC11;
- per le apparecchiature costruite a partire dall'entrata in vigore del D.lgs. 46/97 (attuazione della Direttiva 93/42/CEE in materia di dispositivi medici) tali interventi manutentivi devono essere svolti dal fabbricante, o da terzi da lui autorizzati e formati, poiché la mancata osservanza di tale obbligo comporterebbe la decadenza dell'assunzione di responsabilità da parte del fabbricante, attestata dalla dichiarazione di conformità, circa la rispondenza dell'apparecchiatura ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato 1 del citato D.lgs. 46/97, concernenti anche l'affidabilità ed il corretto funzionamento dell'apparecchiatura;

PRESO ATTO che:

- le apparecchiature in premessa sono tutte di produzione Siemens;
- la ditta Siemens Healthcare srl è distributrice e manutentrice esclusivista per l'Italia dei prodotti Siemens;
- ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera b) punti 2 e 3 del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016, per ragioni di natura tecnica ovvero per la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale, è consentito l'affidamento del contratto unicamente ad un operatore economico determinato;

DATO ATTO che:

- per il servizio in parola la spesa stimata per un periodo di 60 mesi ammonta complessivamente a € 3.134.685,39 IVA 22% esclusa;
- la Fondazione si riserva la facoltà di prorogare il contratto derivate dalla presente procedura, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del d.lgs. n. 50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie all'individuazione del nuovo contraente e, comunque, per il periodo massimo di 6 mesi;
- ai sensi dell'art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, il valore stimato all'appalto in oggetto, è pari ad € 3.443.746,18 IVA 22% esclusa, ed è calcolato tenendo conto:
 - della durata del servizio di 60 mesi, per un importo di € 3.134.685,39 IVA 22% esclusa;



Handwritten signature



Determinazione del Direttore Generale n.

1 2 2 5 2 7 LUG. 2017
del

Pag. 5

, Atti n. 718/2013 all. 18

- dell'eventuale proroga per il periodo massimo di 6 mesi, per un importo massimo di € 309.060,79 IVA 22% esclusa;

DATO ATTO che all'esito della procedura negoziata, verrà adottato apposito provvedimento di aggiudicazione del servizio di assistenza e manutenzione;

VISTA l'attestazione di regolarità istruttoria e di legittimità del provvedimento;

VISTA l'attestazione di copertura economica;

DATO ATTO che le predette attestazioni costituiscono parte integrante del presente atto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l'Ing. Gianpaolo Valente, Direttore dell'UOC Ingegneria Clinica;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario;

DETERMINA

Per tutti i motivi in premessa indicati, di:

1. Indire procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di assistenza e manutenzione su varie apparecchiature radiologiche ed ecografiche in uso presso diversi reparti con la ditta Siemens Healthcare s.r.l. per 60 mesi;
2. approvare la lettera d'invito che disciplinerà le modalità di gara e le condizioni del contratto riveniente dalla stessa, nei termini risultanti dall'allegato 17 in atti 718/2013;
3. svolgere la presente procedura concorsuale mediante l'ausilio di sistemi telematici, a mente dell'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, utilizzando modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell'art. 52 del medesimo decreto legislativo; in particolare, sarà utilizzato il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato SinTel, messo a disposizione da Arca S.p.A. ai sensi della legge regionale Lombardia n. 14/1997, in particolare ex art. 3, comma 7, nonché della legge regionale Lombardia n. 33/2007, in particolare ex art. 1, comma 6-ter;
4. invitare a presentare offerta la ditta Siemens Healthcare srl fornitrice esclusiva del servizio in parola;
5. nominare, quale responsabile del procedimento, il direttore dell'UOC Ingegneria Clinica, Ing. Gianpaolo Valente;
6. di dare atto che il costo complessivo di € 3.824.316,18 IVA 22% inclusa sarà imputato nel BPE per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021;
7. dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;





Determinazione del Direttore Generale n. **1 225** del **27 LUG, 2017** , Atti n. 718/2013 all. 18 Pag. 6

- 8. disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo online dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n.33/2009 così come sostituito dall'art.1 della L.R. n.23/2015);
- 9. disporre l'invio della presente determinazione alle Unità Operative interessate.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa *Simona Giroldi*)

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dr.ssa *Laura Chiappa*)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. *Fabio Agro*)

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA **27 LUG, 2017** L.N. **1 225**

UOS/UOSD/UOC proponente	UOC Ingegneria Clinica	
Responsabile del procedimento:	Ing. Gianpaolo Valente	
Pratica gestita da	Ing. Maria Miloro	

