



0852 07 MAG. 2019

Pag. 1

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____, Atti n. 1015/2014 All. 7)

avente come oggetto: "ACQUISTO DI N. 1 MICROSCOPIO DA LABORATORIO E DI N. 1 VIDEOCAMERA HIGH SPEED, PER LE NECESSITA' DELL'U.O. BRONCOPNEUMOLOGIA - INDIZIONE/AGGIUDICAZIONE".

ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

1. Breve esposizione del contenuto della determinazione

Il presente provvedimento è relativo all'acquisto di n. 1 microscopio da laboratorio e di n. 1 videocamera High Speed per l'U.O. Broncopneumologia.

1. Estremi relativi ai principali documenti e/o normative citate

Determinazione n. 793 del 24.04.2019

Attestazione contabile

La presente determina comporta oneri di spesa pari a € 19.529,20 (iva esente).

Pratica gestita da Annalisa Mossetti

Responsabile del procedimento
UOC Acquisti, Appalti, Logistica
Ing. Gianpaolo Valente





0852 07 MAG. 2019

Pag. 2

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____, Atti n. 1015/2014 All. 7)

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA/PATRIMONIALE

Il costo complessivo di € 19.529,20 sarà imputato nel BPE così come segue:

BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	PROGETTO	IMPORTO 2019	IMPORTO 2020	IMPORTO 2021	TOTALI
SAN							
Totale							
RIC	020410 (apparecchiature sanitarie)	2019000880	CE-0021	19.529,20			19.529,20
Totale				19.529,20			19.529,20
TOTALE				19.529,20			19.529,20

Milano, _____

Il Direttore della UOC Gestione Economico-Finanziaria

(Dott. Roberto Alberti)



0852

07 MAG. 2019

Pag. 3

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____, Atti n. 1015/2014 All. 7)

OGGETTO: "ACQUISTO DI N. 1 MICROSCOPIO DA LABORATORIO E DI N. 1 VIDEOCAMERA HIGH SPEED, PER LE NECESSITA' DELL'U.O. BRONCOPNEUMOLOGIA - INDIZIONE/AGGIUDICAZIONE".

IL DIRETTORE GENERALE

su proposta del DIRETTORE dell'UOC Acquisti, Appalti, Logistica

PREMESSO che con determinazione n. 1491 del 8.07.2016 è stato autorizzato un progetto di ricerca dal titolo "European Multicentre bronchiectasis audit and research collaboration (EMBARC)", con le modalità di esecuzione tutte indicate nella citata determinazione, avente come responsabile del progetto il Prof. Francesco Blasi;

DATO ATTO che il valore del progetto ammonta a complessivi € 108.000,00 suddiviso nelle varie voci di spesa individuate dal Responsabile del progetto di ricerca medesimo per i relativi importi, tutti citati nel provvedimento come sotto riportato:

Voce di spesa	Importo previsto in euro
Protocollo	50.000,00
Attrezzature	28.000,00
Missioni	10.000,00
Centri arruolati	20.000,00
TOTALE COMPLESSIVO	108.000,00

VISTA in atti 1015/2014 la richiesta pervenuta dall'U.O. Broncopneumologia relativa all'acquisto di un microscopio da laboratorio e di una camera Promox U1000, per una spesa presunta di circa € 20.229,00 (iva esente);

ACCERTATO che le succitate apparecchiature hanno carattere di unicità in quanto:

- il microscopio Leica è coperto da brevetti internazionali e risponda ai requisiti per la concomitante presenza delle seguenti caratteristiche tecniche:
 - 1) *Dispositivo di messa a fuoco a 3 porzioni: macro, semi-micro e micrometrica; sistema di arresto regolabile in altezza e regolazione individuale del movimento torcente del comando; regolazione in altezza delle manopole di messa a fuoco; intercambiabilità delle manopole di messa a fuoco (Brevetto US 2005/0111091 A1 del 26/05/2005).*
 - 2) *Tavolino ergonomico di ampie dimensioni con parte centrale in ceramica ultrasistente e comando telescopico XY con possibilità di utilizzo per destrorsi e per mancini (Brevetto US 2005/0111095 A1 del 26/05/2005);*



8
h



0852

07 MAG. 2019

Pag. 4

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____, Atti n. 1015/2014 All. 7)

- L'High Speed video camera, con la capacità di almeno 500 fps, permette di visualizzare e in seguito rallentare (30-60fps) il battito ciliare in modo tale da poterne visualizzare il pattern e calcolarne la velocità in tempo reale. L'utilizzo di quest'attrezzatura viene richiesto al fine di poter partecipare al progetto Europeo EMBARC2 BRIDGE ed è in linea con gli studi di letteratura pubblicati sull'analisi del battito ciliare;

DATO ATTO che, con note del 6.03.2019 e del 12.03.2019 è stata esperita procedura d'acquisto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs n. 50 del 18.04.2016, per suddette apparecchiature;

VERIFICATO che, entro il termine stabilito nella lettera d'invito, sono state presentate offerte (contenenti documentazione amministrativa, tecnica e offerta economica) della ditta Leica Biosystem per quanto riguarda il microscopio da laboratorio, e della ditta Acal BFI per la camera Promox U1000 con il seguente risultato:

- n. 1 Microscopio da Laboratorio € 16.000,00
- n. 1 Camera Promox U1000 € 3.529,20

per un importo complessivo di € 19.529,20 (iva esente);

DATO ATTO che l'U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica ritiene opportuno approvare tutti gli atti di gara avendo accertata la legittimità della procedura esperita e, visto l'esito della procedura di gara, di aggiudicare gli acquisti dei sopra citati apparecchi alla ditta Leica Biosystem per quanto riguarda il microscopio da laboratorio e alla ditta Acal BFI per quanto riguarda la camera Promox U1000;

ACCERTATO che, come da rapporto dell'U.O.C. Gestione Economico Finanziaria, il costo derivante dal presente acquisto ammontante € 19.529,20 (iva esente), fa carico del conto 020410 (apparecchiature sanitarie) impegno 2019000880, di cui agli specifici fondi derivanti dal progetto di ricerca CE-0021;

VISTA l'attestazione di regolarità istruttoria e di legittimità del provvedimento;

VISTA l'attestazione di copertura economica;

DATO ATTO che le predette attestazioni costituiscono parte integrante del presente atto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Direttore dell'U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica;


ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario e del Direttore Scientifico,

DETERMINA

per tutti i motivi in premessa indicati, di:

1. dare atto che non sono attive convenzioni della società Consip S.p.A., né della Soc. Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. (ARCA), per l'acquisto delle apparecchiature in questione;





0852

07 MAG. 2019

Pag. 5

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____, Atti n. 1015/2014 All. 7)

2. aggiudicare le apparecchiature su indicate alla ditta Leica Biosystem per quanto riguarda il microscopio da laboratorio per il valore di € 16.000,00, e alla ditta Acal BFI per quanto riguarda la camera Promox U1000, per un importo di € 3.529,20 per un totale di € 19.529,20 (iva esente);
3. disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo online dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n.33/2009 così come sostituito dall'art. 1 della L.R. n. 23/2015);
4. dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;
5. disporre l'invio della presente determinazione alle Unità Operative interessate.

IL DIRETTORE SCIENTIFICO
(Prof. Silvano Bosari)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ezio Belleri)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Fabio Agnò)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Laura Chiappa)

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI

IN DATA 07 MAG. 2019 AL N. 0852

UOS/UOC proponente	U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica	
Responsabile del procedimento:	Ing. Gianpaolo Valente	
Pratica trattata da	Sig.ra Annalisa Mossetti	



