



Determinazione del Direttore Generale n. **0989** del **21 MAG. 2019** Pag. 1
Atti n. 1434/2018

avente come oggetto: "ACQUISIZIONE DI DUE CONTENITORI CRIOGENICI DA TRASPORTO, PER LE
NECESSITA' DELL'U.O.C. CENTRO TRASFUSIONALE - INDIZIONE/AGGIUDICAZIONE".

ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

1. Breve esposizione del contenuto della determinazione

Il presente provvedimento è relativo all'acquisizione di due contenitori criogenici da trasporto per le necessità dell'U.O.C. Centro Trasfusionale;

2. Estremi relativi ai principali documenti e/o normative citate

Determinazione dirigenziale n. 1 del 05/01/2018, risorse economiche derivanti dalle sperimentazioni cliniche sponsorizzate ed emendamenti, 30% anno 2017;

3. Attestazione contabile

La presente determina comporta oneri di spesa pari a € 12.163,40 iva compresa.

Pratica gestita da dott. T. Bruni / G. Mercurio

Responsabile del procedimento

UOC Ingegneria Clinica

Ing. Paolo Cassoli



0989

12.1 MAG, 2019

Pag. 2

Determinazione del Direttore Generale n. _____

del _____

Atti n. 1434/2018

ATTESTAZIONE COPERTURA PATRIMONIALE

Il costo complessivo di € _____ sarà imputato nel BPE così come segue:

BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	PROGETTO	IMPORTO 2019	IMPORTO 2020	IMPORTO 2021	TOTALI
SAN							
Non vi sono costi a carico del BPE 2019, in quanto tratta di acquisti di cespiti, ammortizzabili, il cui ammortamento è totalmente coperto dalla sua fonte di finanziamento Progetto <i>CONTINUS. 17</i> Importo <i>12163,40</i> impegno <i>201800 1651</i>							
Totale							
RIC							
Totale							
TOTALE							

Il Direttore della UOC Gestione Economico-Finanziaria
(Dott. Roberto Alberti)



Determinazione del Direttore Generale n. 0989 del 21 MAG. 2019 Pag. 3
Atti n. 1434/2018

OGGETTO: "ACQUISIZIONE DI DUE CONTENITORI CRIOGENICI DA TRASPORTO, PER LE NECESSITA' DELL'U.O.C. CENTRO TRASFUSIONALE - INDIZIONE/AGGIUDICAZIONE".

IL DIRETTORE GENERALE

su proposta del DIRETTORE dell'UOC Ingegneria Clinica

PREMESSO che al fine di consentire il trasferimento di alcune tipologie di campioni biologici dal Centro TrASFusionale di questa Fondazione IRCCS in altri siti, anche fuori sede, occorre dotare il predetto settore di specifici contenitori criogenici da trasporto, dalle peculiari caratteristiche costruttive, antiribaltamento, che consentano un idoneo posizionamento e mantenimento del campione in esso custodito, al fine di preservarne lo stato;

VISTA in atti l'istanza in data 26/06/18, attraverso cui è stata richiesta l'acquisizione di detta specifica tipologia di apparecchiatura;

DATO ATTO che a seguito della richiesta in questione si è provveduto ad attivare sulla piattaforma Sintel specifica procedura d'acquisto, mediante pubblicazione di lettera di invito contenente le specifiche tecniche, a seguito della quale le due offerte pervenute da parte delle ditte SOL spa e Air Liquide spa si sono rivelate non in linea con le medesime prescrizioni tecniche riportate negli atti di gara, motivo per cui, a seguito di parere negativo da parte degli utilizzatori e dell'U.O.C. Ingegneria Clinica, si è provveduto in data 28 gennaio 2019 all'annullamento della procedura di cui trattasi ed ad una successiva nuova redazione delle caratteristiche tecniche, meglio aderenti a quanto offerto dal mercato in materia;

DATO ATTO altresì che a seguito della predisposizione delle nuove specifiche tecniche da inoltrare alle ditte specializzate nel settore, fermo restando il limite di spesa stanziato, pari a € 12.000,00 oltre iva, è stata diramata, ai sensi della normativa di riferimento art. 36, comma 2 lett. a), mediante piattaforma telematica Sintel, nuova lettera di invito, per la richiesta di preventivi;

ACCERTATE le condizioni di opportunità nel procedere con detto acquisto, da effettuarsi per le motivazioni di cui sopra, attraverso specifica procedura di affidamento diretto previa richiesta di preventivi, con contemporanea fase di indizione ed aggiudicazione della procedura medesima;

PRESO ATTO delle offerte pervenute, entro il termine stabilito nella lettera di invito, dalla ditte:

- SOL spa,
- BioRp spa;

VERIFICATO che entrambe le Società sopra elencate sono risultate idonee dall'esame della documentazione amministrativa;

PRESO ATTO della valutazione tecnica condotta sulle due offerte presentate, da cui è emerso che:

- l'offerta della ditta SOL rispetta tutti i requisiti richiesti nella lettera di invito,
- l'offerta della ditta BIOREP non rispetta i requisiti della lettera di invito, in quanto:
- non è stata presentata documentazione atta ad individuare gli indicatori di ribaltamento (specificatamente richiesti nelle specifiche),

19

pe





Determinazione del Direttore Generale n. 0989 del 21 MAG, 2019, Atti n. 1434/2018

- non è stato indicato se l'intervallo di misurazione della temperatura da parte del sensore è modificabile,
- la batteria ha durata di solo 1 anno (rispetto ai 3 richiesti), e successivamente deve essere acquistata;

PRESO ATTO delle condizioni economiche riportate nell'unica offerta ritenuta tecnicamente valida e precisamente quella della ditta SOL spa, che si è concretizzata come segue:

- n. 2 contenitori mod. Cryo Shipper Extra, composti da:
 - n. 2 contenitori protettivi "a fungo" per trasporto secondo requisiti IATA e EN 3373,
 - n. 2 arredi interni per alloggiamento di n. 5 scatole per cryovials,
 - n. 2 arredi interni per alloggiamento di sacche di sangue,
 - n. 2 sistemi di monitoraggio ShipsLog III,
 - n. 100 pz. Di indicatori di ribaltamento,
 - 12 mesi garanzia full risk;

PRESO ATTO altresì della seguente dichiarazione prodotta dalla ditta SOL spa:

" all'interno di ciascuno dei contenitori criogenici offerti, possono essere alloggiare 5 (e fino ad un massimo di 7) porta sacche delle dimensioni da voi attualmente in uso (lunghezza 28.5 cm, larghezza 16.5 cm, altezza 1.8 cm", motivo per cui, così come confermato dagli utilizzatori con e-mail del 30/04/2019 e dall'Ingegneria Clinica, l'offerta è conforme alle necessità del reparto interessato;

ACCERTATA la legittimità della procedura esperita e la validità dell'offerta economica in data 5/02/2019, della ditta SOL spa, viale Certosa n. 10 Pavia, in atti 1434/2018;

CONSTATATO che la Commissione CAAMS, in merito a detto acquisto si è già espressa favorevolmente nella seduta del 13/09/2017, disponendo, come risulta dal relativo verbale, di utilizzare, quale fonte di finanziamento, i fondi derivanti dal 30% delle sperimentazioni cliniche sponsorizzate - anno 2017;

ACCERTATO che, come da rapporto dell'U.O.C. Gestione Economico Finanziaria, il costo complessivo derivante dal presente acquisto ammontante a € 9.970,00 oltre iva pari a € 12.163,40 iva compresa, è stato registrato a carico del conto 020410 (apparecchiature sanitarie) impegno 2018001631, sugli specifici fondi derivanti dal 30% delle sperimentazioni cliniche sponsorizzate ed emendamenti anno 2017;

DATO ATTO che non sono attive convenzioni della società Consip spa, né della Soc. Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. (ARCA);

RITENUTO di dover provvedere, altresì, alla stipulazione del relativo contratto nelle forme di rito;

VISTA l'attestazione di regolarità istruttoria e di legittimità del provvedimento;

VISTA l'attestazione di copertura economica/patrimoniale;





0989

12.1 MAG. 2019

Pag. 5

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____, Atti n. 1434/2018

DATO ATTO che le predette attestazioni costituiscono parte integrante del presente atto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Direttore dell'UOC Ingegneria Clinica;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario;

DETERMINA

per tutti i motivi in premessa indicati di:

1. dare atto che non sono attive convenzioni della società Consip spa, né della Soc. Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. (ARCA);
2. dare atto che la Commissione CAAMS, in merito a detto acquisto si è espressa favorevolmente nella seduta del 13/09/2017, disponendo, come risulta dal relativo verbale, di utilizzare, quale fonte di finanziamento, i fondi derivanti dal 30% delle sperimentazioni cliniche sponsorizzate - anno 2017;
3. autorizzare l'acquisto, per effetto dell'espletamento della procedura di cui in narrativa, tramite la piattaforma telematica Sintel, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, ss. mm. ii. di n. 2 contenitori mod. Cryo Shipper Extra, come analiticamente riportato in parte motiva, forniti dalla ditta SOL spa, viale Certosa n. 10 Pavia, per le necessità dell'U.O.C. Centro Trasfusionale;
4. dare atto, come da rapporto dell'U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria, che il costo derivante dal presente acquisto ammontante a € 9.970,00 oltre iva pari a € 12.163,40 iva compresa, è stato registrato a carico del conto 020410 (apparecchiature sanitarie) impegno 2018001631, sugli specifici fondi derivanti dal 30% delle sperimentazioni cliniche sponsorizzate ed emendamenti anno 2017;
5. dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;
6. disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo online dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n.33/2009 così come sostituito dall'art.1 della L.R. n.23/2015);
7. disporre l'invio della presente determinazione alle Unità Operative interessate.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Edo Belleri)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Laura Chiappa)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Fabio Agrò)

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI
12.1 MAG. 2019 0989

UOS/UOC proponente	U.O.C. Ingegneria Clinica
Responsabile del procedimento:	Ing. Paolo Cassoli
Pratica trattata da	Dott. Tommaso Bruni



