



Determinazione del Direttore Generale n. **0990** del **21 MAG. 2019** Pag. 1
Atti n. 1456/2017 all.

avente come oggetto: "ACQUISIZIONE DI TRE TERMOBLOCCHI, PER LE NECESSITA' DELL'U.O.S.D. PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA - INDIZIONE/AGGIUDICAZIONE".

ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

1. Breve esposizione del contenuto della determinazione

Il presente provvedimento è relativo all'acquisizione di n. 3 termoblocchi, per le necessità dell'U.O.S.D. Procreazione Medicalmente Assistita, in sostituzione di altrettanti obsoleti - attraverso l'utilizzo della piattaforma MEPA ;

2. Estremi relativi ai principali documenti e/o normative citate

DGR X/7539/2017;

3. Attestazione contabile

La presente determina comporta oneri di spesa pari a € 2.192,34 iva compresa.

Pratica gestita da dott. T. Bruni / G. Mercurio

Responsabile del procedimento

UOC Ingegneria Clinica

Ing. Paolo Cassoli





0990

21 MAG. 2019

Pag. 2

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____, Atti n. 1456/2017 all.

ATTESTAZIONE COPERTURA PATRIMONIALE

Il costo complessivo di € _____ sarà imputato nel BPE così come segue:

BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	PROGETTO	IMPORTO 2019	IMPORTO 2020	IMPORTO 2021	TOTALI
SAN							
Non vi sono costi a carico del BPE 2019, in quanto tratta di acquisti di cespiti, ammortizzabili, il cui ammortamento è totalmente coperto dalla sua fonte di finanziamento							
Progetto 42 7539							
Importo 2192,34							
impegno 201900 1043							
Totale							
RIC							
Totale							
TOTALE							

Il Direttore della UOC Gestione Economico-Finanziaria
(Dott. Roberto Alberti)





0990

21 MAG. 2019

Pag. 3

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____, Atti n. 1456/2017 all.

OGGETTO: "ACQUISIZIONE DI TRE TERMOBLOCCHI, PER LE NECESSITA' DELL'U.O.S.D. PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA - INDIZIONE/AGGIUDICAZIONE".

IL DIRETTORE GENERALE

su proposta del DIRETTORE dell'UOC Ingegneria Clinica

PREMESSO che si rende necessario sostituire tre riscaldatori di provette (termoblocchi) in uso presso l'U.O.S.D. Procreazione Medicalmente Assistita, in quanto gli stessi, datati e malfunzionanti, non garantiscono più continuità di utilizzo;

PRESO ATTO dell'istanza dell'U.O.C. Medicina Nucleare attraverso cui, per le motivazioni sopra riportate, si richiede l'acquisto di tre nuovi termoblocchi, al fine di scongiurare possibili improvvise rotture che limiterebbero gravemente l'attività del settore interessato;

CONSTATATO che la Commissione CAAMS, in merito a detto acquisto si è già espressa favorevolmente nella seduta del 12/07/2017, disponendo, come risulta dal relativo verbale, di utilizzare, quale fonte di finanziamento, i fondi derivanti dalla DGR X/7539/2017;

PRECISATO che l'acquisto di cui sopra è indispensabile ed imprescindibile, motivo per cui è stata predisposta specifica lettera di invito da pubblicare sul MEPA (piattaforma telematica della Centrale Acquisti della Pubblica Amministrazione), per la fornitura di n. 3 termoblocchi e relativi blocchi porta provette (mod. TD 200P2), commercializzati dalla ditta Permax srl, con sede in Milano in via Canonica n. 29 (abilitata al MEPA), i quali sono stati ritenuti adeguati dagli utilizzatori, attraverso ricerca di analoghi prodotti presenti sul mercato;

ACCERTATE le condizioni di opportunità nel procedere con detto acquisto, da effettuarsi per le motivazioni di cui sopra, presso la sopracitata Società Permax srl, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a), del d.lgs. n. 50/16 e ss. mm. ii., attivando contemporanea fase di indizione ed aggiudicazione della procedura medesima;

VISTA in atti 1456/17 l'offerta MEPA n. 5483570 da parte della ditta Permax srl, che si è concretizzata in complessivi € 1.797,00 oltre iva pari a € 2.192,34 iva compresa, per la fornitura in discorso, con le modalità sopra descritte;

PRESO ATTO del parere tecnico favorevole dell'U.O.C. Ingegneria Clinica, espresso in data 14/05/2019, circa l'idoneità del prodotto offerto e precisamente:

- n. 3 termoblocchi TD 200 P2 cod. prod. 621.0422.12
- n. 6 blocchi porta provette da 12 fori per provette con diametro 16 mm completi di vite sollevablocchi cod. prod. 621.0423.60;

ACCERTATO che, come da rapporto dell'U.O.C. Gestione Economico Finanziaria, il costo complessivo derivante dal presente acquisto ammontante a € 1.797,00 oltre iva pari a € 2.192,34 iva compresa, è stato



Handwritten signature



0990 21 MAG. 2019

Pag. 4

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____, Atti n. 1456/2017 all.

registrato a carico del conto 020410 (apparecchiature sanitarie) impegno 2019001043, sugli specifici fondi derivanti dalla DGR X/7539/2017;

DATO ATTO che non sono attive convenzioni della società Consip spa, né della Soc. Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. (ARCA);

RITENUTO di dover provvedere, altresì, alla stipulazione del relativo contratto nelle forme di rito;

VISTA l'attestazione di regolarità istruttoria e di legittimità del provvedimento;

VISTA l'attestazione di copertura economica/patrimoniale;

DATO ATTO che le predette attestazioni costituiscono parte integrante del presente atto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Direttore dell'UOC Ingegneria Clinica;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario;

DETERMINA

per tutti i motivi in premessa indicati di:

1. dare atto che non sono attive convenzioni della società Consip spa, né della Soc. Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. (ARCA);
2. dare atto che la Commissione CAAMS, in merito a detto acquisto si è già espressa favorevolmente nella seduta del 12/07/2017, disponendo, come risulta dal relativo verbale, di utilizzare, quale fonte di finanziamento, i fondi derivanti dalla DGR X/7539/2017;
3. acquisire dalla Società Permax srl, con sede in Milano, in via Canonica n. 29, per effetto dell'espletamento della procedura di cui in narrativa, autorizzandone esperimento ed aggiudicazione, mediante l'ausilio della piattaforma telematica della Centrale Acquisti della Pubblica Amministrazione MEPA, di n. 3 termoblocchi e relativi blocchi porta provette con la con la composizione e modelli descritti in parte motiva per le necessità dell'U.O.S.D. Procreazione Medicalmente Assistita;
4. nominare, quale Direttore dell'esecuzione del contratto, il Direttore dell'U.O.C. Ingegneria Clinica della Fondazione IRCCS;
5. dare atto, come da rapporto dell'U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria, il costo derivante dal presente acquisto ammontante a € 1.797,00 oltre iva pari a € 2.192,34 iva compresa, è stato registrato a carico del conto 020410 (apparecchiature sanitarie) impegno 2019001043, sugli specifici fondi derivanti dalla DGR X/7539/2017;





Determinazione del Direttore Generale n. **0990** del **21 MAG. 2019** Pag. 5
Atti n. 1456/2017 all.

6. dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;
7. disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo online dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n.33/2009 così come sostituito dall'art.1 della L.R. n.23/2015);
8. disporre l'invio della presente determinazione alle Unità Operative interessate.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Laura Triappa)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ezio Belleri)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Fabio Agnò)

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA **21 MAG. 2019** AL N. **0990** 1

UOS/UOC proponente	U.O.C. Ingegneria Clinica	
Responsabile del procedimento:	Ing. Paolo Cassoli	<i>Paolo Cassoli</i>
Pratica trattata da	Dott. Tommaso Bruni	<i>Tommaso Bruni</i>



