



1425

16 LUG. 2019

Pag. 1

Determinazione del Direttore Generale n.

del

Atti n. 1920/2018 All.

avente come oggetto: "PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, PER L'ACQUISIZIONE DI UN DENSITOMETRO OSSEO DEXA, DA DESTINARE ALL'U.O.C. MEDICINA NUCLEARE - AGGIUDICAZIONE"

ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

1. Breve esposizione del contenuto della determinazione

Il presente provvedimento è relativo all'acquisto in unicità di un densitometro osseo Dexa, da destinare all'U.O.C. Medicina Nucleare, in sostituzione di altra apparecchiatura dichiarata "End of life";

2. Estremi relativi ai principali documenti e/o normative citate

Fondi di cui alla D.G.R. XI/770/2018;

3. Attestazione contabile

La presente determina comporta oneri di spesa pari a € 117. 590,00 iva compresa.

Pratica gestita da dott. Tommaso Bruni

Responsabile del procedimento

UOC Ingegneria Clinica

Ing. Paolo Cassoli





1425

16 LUG. 2019

Pag. 2

Determinazione del Direttore Generale n.

del

Atti n. 1920/2018 All.

ATTESTAZIONE COPERTURA PATRIMONIALE

Il costo complessivo di € sarà imputato nel BPE così come segue:

BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	PROGETTO	IMPORTO 2019	IMPORTO 2020	IMPORTO 2021	TOTALI
SAN							
Non vi sono costi a carico del BPE 2019, in quanto tratta di acquisti di cespiti, ammortizzabili, il cui ammortamento è totalmente coperto dalla sua fonte di finanziamento							
Progetto <i>INVEST</i>							
Importo <i>117.059,00</i>							
impegno <i>2019 0004/3</i>							
Totale							
RIC							
Totale							
TOTALE							

Il Direttore della UOC Gestione Economico-Finanziaria
(Dott. Roberto Alberti)





1425 16 LUG. 2019

Pag. 3

Determinazione del Direttore Generale n.

del

Atti n. 1920/2018 All.

OGGETTO: "PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, PER L'ACQUISIZIONE DI UN DENSITOMETRO OSSEO DEXA, DA DESTINARE ALL'U.O.C. MEDICINA NUCLEARE – AGGIUDICAZIONE".

IL DIRETTORE GENERALE

su proposta del DIRETTORE dell'UOC Ingegneria Clinica

PREMESSO che la Regione Lombardia, con l'erogazione di apposito contributo, approvato con D.G.R. n. XI/770/18, ha finanziato - nell'ambito delle risorse in conto capitale - investimenti, finalizzati prioritariamente al miglioramento ed all'ammodernamento delle strutture sanitarie, con particolare attenzione alla sostituzione delle apparecchiature elettromedicali obsolete, al fine di garantire la sicurezza di utilizzo e l'innovazione del parco tecnologico aziendale;

DATO ATTO che nell'ambito di quanto sopra detto, al fine di assicurare l'assistenza ai pazienti in cura presso questa Fondazione IRCCS, si rende necessario sostituire un densitometro osseo, in dotazione all'U.O.C. Medicina Nucleare, ormai obsoleto e non più in grado di garantire i necessari standard di affidabilità tecnica;

DATO ATTO che così come risulta da preventiva indagine svolta dall'U.O.C. Ingegneria Clinica, ai sensi della normativa regionale di riferimento – D.G.R. 2 agosto 2018, n. XI/491, sub all. C: *procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara nel caso di forniture e servizi infungibili e/o esclusivi, ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 50/2016* - l'unico prodotto rispondente alle esigenze del reparto utilizzatore richiamato in oggetto è il densitometro osseo DEXA, Fan Beam Total Body a braccio rotante, di ultima generazione, a energia pulsata, mod. Hologic QDR Horizon A, commercializzato dalla ditta Technologic srl;

RICHIAMATA la determinazione del Direttore Generale n. 987 del 21 maggio 2019, riguardante l'indizione di procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, mediante l'ausilio della piattaforma telematica SinTel, per la fornitura del densitometro osseo di cui trattasi, in sostituzione di altro obsoleto, esistente presso l'U.O.C. Medicina Nucleare, non essendo più lo stesso idoneo a garantire le necessità del reparto, la cui specifica complessità richiede l'uso di apparecchiature elettromedicali tecnologicamente adeguate;

CONSIDERATO che, in attuazione della su richiamata determinazione di indizione, l'U.O.C. Ingegneria Clinica ha richiesto alla Società Technologic srl, con sede in via Lungo Dora Voghera, 34 – 10153 Torino, distributrice dell'apparecchiatura in parola, la formulazione di idonea offerta mediante l'invio di lettera di invito all'uopo predisposta, disciplinante le modalità di presentazione della proposta economica, ai sensi della normativa di riferimento e in particolare il d.lgs. n. 50/2016, la legge regionale Lombardia n. 33/2007, con specifico riferimento all'art. 1, comma 6-ter, relativo all'utilizzo della piattaforma SINTEL, il d.lgs. n. 82/2005, la legge regionale Lombardia 19 maggio 1997, n. 14, art. 3, comma 7;



R

re



1425

16 LUG. 2019

Pag. 4

Determinazione del Direttore Generale n.

del

Atti n. 1920/2018 All.

RICHIAMATA l'offerta della Società Technologic srl, n. 1390/2019/SLM del 3/07/2019, in atti 1920/18, avente ad oggetto la fornitura di un densitometro osseo DEXA, Fan Beam Total Body a braccio rotante, a energia pulsata, mod. Hologic QDR Horizon A, per le necessità dell'U.O.C. Medicina Nucleare, per un importo complessivo pari a € 95.950,00 oltre iva, composta come segue:

- SW SCANSIONE VERTEBRALE LOMBARE, SI CUMULATIVO CHE PER SINGOLO METAMERO,
- SW PER SCANSIONE ED ANALISI DIMENSIONALE DELLA COLONNA T4-L4 CON ANALISI E VALUTAZIONE MORFOMETRICA AUTOMATICA,
- SW PER LA SCANSIONE SINGOLA E DOPPIO FEMORE ADULTO /PEDIATRICO, TROCANTERE, INTERTROCANTERE, COLLO, TRIANGOLO DI WARD,
- SW PER LA SCANSIONE DELL'AVAMBRACCIO CON ANALISI DI RADIO E DI ULNA,
- CALCOLO DELLA COMPOSIZIONE CORPOREA DELLA MASSA MAGRA E MASSA GRASSA DEL PAZIENTE,
- CALCOLO DEL GRASSO VASCOLARE,
- SW PER LA SCANSIONE DELLE PROTESI METALLICHE,
- SW PER LA SCANSIONE E L'ANALISI IN DECUBITO LATERALE DELLA COLONNA BMD E DENSITA',
- SW PER IL CALCOLO E VALUTAZIONE DOSE RX ASSORBITA DAL PAZIENTE,
- SISTEMA DI CONTROLLO DELLA QUALITA' MEDIANTE FANTOCCIO DEDICATO,
- SISTEMA OPERATIVO E GESTIONE PAZIENTE FACILE E COMPLETO,
- WORKSTATION CO HW E SW PER ELVATE PRESENTAZIONI COMPLETA DI MASTERIZZATORE CD/DVD E MONITOR 24",
- TAVOLO DI SUPPORTO PER WORKSTATION,
- SW PER LA GESTIONE DEL DATABASE DEL PAZIENTE,
- SW PER LA COMPARAZIONE DEGLI ESAMI ESEGUITI IN TEMPI SUCCESSIVI ALLO STESSO PAZIENTE,
- PRODUZIONE DI DATI STATISTICI PER PAZIENTE,
- Z-SCORE E T-SCORE: CONFRONTO DEL SINGOLO PAZIENTE CON I DATI STATISTICI,
- SW INTEGRATO FRAX PER IL CALCOLO RISCHIO DI FRATTURA 10 ANNI,
- PROTOCOLLO DICOM 3.0 PER INTERFACCIAMENTO CON SISTEMA RIS/PACS,
- TBS,
- MISURATORE INTEGRATO PER VALUTAZIONE DOSE,
- ACCESSORI DI POSIZIONAMENTO PER IL POSIZIONAMENTO PER ESAME RACHIDE LOMBARE, FEMORE CON PROTESI,
- FANTOCCIO SPINALE PER IL CONTROLLO DELLA QUALITA'
- STAMPANTE A COLORI FORMATO A4;

ACCERTATA la legittimità della procedura esperita e l'idoneità dell'offerta, regolare nella parte amministrativa, così come in quella tecnica, a seguito di parere favorevole espresso dall'U.O.C. Ingegneria Clinica;





1425

16 LUG. 2019

Pag. 5

Determinazione del Direttore Generale n. del Atti n. 1920/2018 All.

RICHIAMATO l'art. 63, comma 2 lett. b, del d.lgs. n. 50 del 19 aprile 2016 e ss. mm. ii, che prevede di affidare lavori, forniture o servizi a un determinato operatore economico, quando la concorrenza è assente per motivi tecnici;

CONSTATATO che la Commissione Investimenti si è espressa favorevolmente nella seduta del 18 dicembre 2018, disponendo, come risulta dal relativo verbale, di utilizzare, quale fonte di finanziamento, i fondi derivanti dalla DGR XI/770/18;

VERIFICATO che il costo complessivo derivante dal presente acquisto ammontante a € 95.950,00 oltre iva, pari a € 117.059,00 iva compresa, è stato registrato a carico del conto 020410 (apparecchiature sanitarie) impegno 2019000993, di cui agli specifici fondi derivanti dalla D.G.R. XI/770/2018;

ACCERTATO che non sono attive convenzioni stipulate dalla Soc. Consip S.p.A., né della Soc. Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA), così come già espresso, in fase di indizione, nella determinazione del Direttore Generale n. 987 del 21 maggio 2019, per l'acquisto delle apparecchiature in questione;

RITENUTO di dover provvedere, altresì, alla stipulazione del relativo contratto nelle forme di rito;

VISTA l'attestazione di regolarità istruttoria e di legittimità del provvedimento;

VISTA l'attestazione di copertura economica/patrimoniale;

DATO ATTO che le predette attestazioni costituiscono parte integrante del presente atto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Direttore dell'U.O.C. Ingegneria Clinica;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario,

DETERMINA

per tutti i motivi in premessa indicati, di:

1. dare atto che non sono attive convenzioni stipulate dalla Soc. Consip S.p.A., né della Soc. Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA), così come già espresso, in fase di indizione, nella determinazione n. 987 del 21 maggio 2019, per l'acquisto in questione;
2. dare atto che la Commissione Investimenti si è espressa favorevolmente nella seduta del 18 dicembre 2018, disponendo, come risulta dal relativo verbale, di utilizzare, quale fonte di finanziamento, i fondi derivanti dalla DGR XI/770/18;
3. affidare alla Società Technologic srl, con sede in via Lungo Dora Voghera, 34 – 10153 Torino, ai sensi della normativa di riferimento di cui sopra, distributrice del densitometro osseo DEXA, Fan Beam Total Body a braccio rotante, di ultima generazione, a energia pulsata, mod. Hologic QDR Horizon A, in parola, da destinare all'U.O.C. Medicina Nucleare, analiticamente descritto in premessa;



B
M



1425 16 LUG. 2019

Pag. 6

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____ Atti n. 1920/2018 All.

4. nominare, quale responsabile dell'esecuzione del contratto, il Direttore dell'U.O.C. Ingegneria Clinica;
5. dare atto, che il costo complessivo ammontante a € 95.950,00 oltre iva, pari a € 117.059,00 iva compresa, è stato registrato a carico del conto 020410 (apparecchiature sanitarie) impegno 2019000993, di cui agli specifici fondi derivanti dalla D.G.R. XI/770/2018;
6. dare atto che il costo del contratto di manutenzione post garanzia ammontante a € 6.650,00 annui oltre iva di legge, sarà stipulato, solo se ritenuto necessario dall'U.O.C. Ingegneria Clinica, alla scadenza della garanzia biennale alle medesime condizioni della stessa;
7. dare altresì atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente provvedimento;
8. disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo online dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n.33/2009 così come sostituito dall'art.1 della L.R. n.23/2015);
9. disporre l'invio della presente determinazione alle Unità Operative interessate.

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr.ssa Laura Chiappa

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ezio Belleri

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Fabio Aggrò

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA _____ AL N. 1425

16 LUG. 2019

UOS/UOC proponente	U.O.C. Ingegneria Clinica	
Responsabile del procedimento:	Ing. Paolo Cassoli	<i>Paolo Cassoli</i>
Pratica trattata da	Dott. Tommaso Bruni	<i>T. Bruni</i>

