



REGIONE SICILIANA
**AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALI RIUNITI PAPARDO - PIEMONTE**

Ctr. Papardo – 98158 Messina - tel.090-3991

Codice Fiscale e Partita IVA 03051880833

Prot. N. 36040

Messina, 26.11.2010

S.C. Appalti, Forniture e Servizi Economali

Rif. nota n. _____ del

Oggetto: Procedura negoziata per la fornitura, suddivisa in n. 11 lotti, di “apparecchiature varie”, occorrenti alla S.C. di Neonatologia con UTIN e Pediatria del P.O. Piemonte di Messina.

Valore complessivo di gara: €. 146.800,00, oltre IVA.

CIG GARA: 628434

Spett.le Ditta

Questa Azienda Ospedaliera indice una procedura negoziata, suddivisa in n. 11 lotti, per la fornitura di cui in oggetto è fatto cenno e che risulta descritta in maniera particolareggiata nel “Modello Offerta Economica”.

La gara verrà aggiudicata ai sensi dell’art. 82, comma 2 del D.L.vo n. 163/2006, e cioè alla Ditta che avrà offerto la maggiore percentuale di sconto sugli importi posti a base d’asta, e la spesa graverà sul bilancio di riferimento dell’Azienda.

Termine di ricezione delle offerte ore 10,00 del 17.12.2010.

Gli operatori economici interessati, iscritti alla CCIAA per la categoria merceologica d’interesse, potranno visionare e/o scaricare il disciplinare di gara e la relativa documentazione sul sito aziendale www.aorpapardopiemonte.it – bandi di gara - area download - settore provveditorato - (fornitura apparecchiature varie per Neonatologia). Le Ditte che avranno estratto i documenti di gara dal sito internet sono invitate a comunicare di aver eseguito tale operazione a mezzo e-mail, da inviare all’attenzione del Responsabile Unico del Procedimento (vincenzorusso@aorpapardopiemonte.it) precisando i propri estremi ed il proprio recapito e-mail. Quanto sopra è richiesto unicamente per consentire a questa Azienda di far conoscere a tutte le Ditte interessate alla gara eventuali chiarimenti forniti nonché rettifiche e precisazioni, disposte da questa amministrazione dopo la pubblicazione e prima della scadenza dei termini per la presentazione dell’offerta. Eventuali chiarimenti, rettifiche e precisazioni si pubblicheranno comunque sul sito web indicato.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria della S.C. Appalti e Forniture, tel: 090/3992897.

Il Direttore della S.C. Appalti, Forniture e Servizi Economali

Dott.ssa Elvira Amata



REGIONE SICILIANA
AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALI RIUNITI PAPARDO - PIEMONTE

Ctr. Papardo – 98158 Messina - tel.090-3991

Codice Fiscale e Partita IVA 03051880833

DISCIPLINARE DI GARA

Viene indetta una procedura negoziata per la fornitura, suddivisa in n. 11 lotti, di “apparecchiature varie”, occorrenti alla S.C. di Neonatologia con UTIN e Pediatria del P.O. Piemonte di Messina, con relativo **CIG GARA 628434**.

La base d’asta è fissata in complessivi €. 146.800,00, oltre IVA.

La gara verrà aggiudicata ai sensi dell’art. 82 comma 2 del D.L.vo n. 163/2006, cioè alla Ditta che avrà offerto la maggiore percentuale di sconto sugli importi posti a base d’asta, e la relativa spesa graverà sul bilancio di riferimento dell’Azienda.

Le apparecchiature offerte dovranno essere conformi alle caratteristiche tecniche minime stabilite da questa Amministrazione, indicate nel “Modello Offerta Economica” e rispondenti alle norme vigenti in materia ed alle direttive emanate da enti ed istituzioni competenti.

Codesta Ditta è invitata alla gara e, qualora voglia concorrervi, dovrà far pervenire, **entro le ore 10,00 del 17.12.2010**, presso la S.C. Appalti e Forniture dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Papardo - Piemonte - Contrada Papardo - 98158 Messina, in apposito plico (**plico principale**), sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale dovranno essere chiaramente leggibili le generalità complete del mittente ivi inclusi i numeri telefonici e di fax, oltre che la seguente dicitura, posta in buona evidenza: PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA, SUDDIVISA IN N. 11 LOTTI, DI “APPARECCHIATURE VARIE”, OCCORRENTI ALLA S.C. DI NEONATOLOGIA DEL P.O. PIEMONTE DI MESSINA, la seguente documentazione:

1) Modulo di partecipazione degli operatori economici, allegato al presente disciplinare, debitamente compilato in ogni sua parte, da inserire nel plico principale;

2) Busta documentazione requisiti capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, da inserire nel plico documentazione amministrativa, contenente la documentazione probatoria comprovante il possesso dei requisiti di cui alla capacità economico-finanziaria e tecnica, ai sensi, rispettivamente, del c. 4 dell’art. 41 e del c. 4 dell’art. 42 del D.L.vo n. 163/06, ovvero:

- 1) estratti di bilanci o dichiarazioni IVA;
- 2) certificati di buona esecuzione contrattuale, rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti pubblici; se trattasi di forniture prestate a privati, dichiarazione della effettuazione effettiva della prestazione da parte di questi ultimi.

3) Busta contenente l’offerta, in busta chiusa sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura,

da inserire nel plico principale, riportante la dicitura esterna "OFFERTA", posta in buona evidenza. Nell'offerta si dovranno obbligatoriamente esprimere i seguenti dati:

1. Costo unitario, IVA esclusa, della singola apparecchiatura;
2. Importo complessivo offerto; il medesimo dovrà essere indicato al netto dell'IVA e non dovrà presentare tracce di cancellature;
3. Percentuale di ribasso sugli importi posti a base d'asta;
4. Percentuale dell'IVA.

I lotti si intenderanno unici ed indivisibili nella loro articolazione, pertanto, gli operatori economici potranno presentare offerta solo nel caso in cui siano in grado di fornire l'intero materiale in essi ricompreso. Si procederà ad esclusione delle offerte parziali.

Si precisa che in caso di discordanza verrà preso in considerazione il prezzo più conveniente per l'Amministrazione.

Nello stesso plico dovrà, obbligatoriamente, essere allegata:

offerta analitica, in carta semplice, comprensiva dei codici interni, riportante la percentuale di ribasso sui prezzi di listino e quant'altro necessario all'identificazione dei prodotti offerti.

Le offerte sono irrevocabili ed avranno validità di almeno 180 gg. dalla data di presentazione delle stesse. Per l'aggiudicataria l'offerta resta fissa per tutta la durata del contratto.

La suddetta offerta deve essere datata e sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare o da un procuratore dello stesso, in quest'ultimo caso si dovrà allegare copia conforme della predetta procura.

4) Busta contenente la documentazione tecnica, in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, da inserire nel plico principale, riportante la dicitura esterna "DOCUMENTAZIONE TECNICA", posta in buona evidenza contenente la seguente documentazione:

- depliant e/o schede tecniche riportanti le caratteristiche e i requisiti posseduti dalle apparecchiature offerte;
- certificato di conformità alle normative comunitarie (marchio CE) in originale o in copia, attestante la conformità delle apparecchiature.

Tutta la suddetta documentazione deve essere in lingua italiana, ove redatta in lingua straniera, alla stessa deve essere allegata la traduzione in Italiano con firma del Rappresentante Legale.

La Ditta partecipante dovrà fornire ampia documentazione tecnica, redatta in lingua italiana, ai sensi dell'art. 68 del D.L.vo. n. 163/2006, particolareggiata sulle caratteristiche delle apparecchiature, contenente tutti gli elementi utili per consentire la valutazione tecnico-funzionale delle stesse, corredata da depliant illustrativi e schede tecniche redatti esclusivamente dalla Ditta produttrice dei prodotti offerti o dal distributore nazionale o dall'importatore (al fine della identificazione dello status della Ditta concorrente verrà presa in considerazione la qualità evidenziata nell'apposita dichiarazione).

Nel caso di prodotti ritenuti equivalenti la Ditta dovrà formalmente segnalarne la sussistenza con separata dichiarazione da allegare alla documentazione tecnica prodotta, ai sensi dell'art. 68, comma 6 del D. L.vo. n. 163/2006, pena un giudizio di non valutabilità/non conformità.

La Commissione valuterà soltanto quanto rilevato nelle schede tecniche redatte dalla Ditta

produttrice.

La mancata rilevazione al fine dell'identificazione del redattore della scheda tecnica, del marchio, del timbro, del logo o quant'altro, faranno ritenere le schede tecniche come anonime e pertanto non valutabili con diretto riflesso sul giudizio tecnico da esprimere.

In caso di inadempienza verrà dichiarata la "non valutabilità" del prodotto offerto in quanto non costituirà obbligo per la Commissione la ricerca dell'articolo, cui potrebbe riferirsi il prodotto offerto dalla Ditta.

Le appaocchiature dichiarate non valutabili, alla pari di quelle non conformi, non saranno ammesse alla fase di aggiudicazione provvisoria.

Le schede tecniche dei prodotti offerti dovranno consentire di risalire ai medesimi codici indicati nell'offerta. Nel caso in cui i codici indicati nella copia dell'offerta senza prezzi dovessero risultare inesistenti, ovvero diversi da quelli delle schede tecniche, i prodotti offerti verranno giudicati "non valutabili".

Le predette schede tecniche dovranno essere redatte in maniera tale da rendere immediatamente riconoscibili i prodotti offerti. Dovrà essere aggiunta ogni altra documentazione che la Ditta ritenga utile ai fini della completezza della valutazione.

In caso di non perfetta osservanza della superiore disposizione, la Ditta non potrà nulla opporre per l'eventuale impossibilità da parte dell'Amministrazione di valutare i dati tecnici.

Tali dati, infatti, saranno utili alla Commissione Tecnica per la verifica di conformità e per ogni altra necessità.

Nel caso in cui la Commissione Tecnica rilevi, pertanto, l'impossibilità di svolgere le superiori verifiche, la Ditta a cui risale tale circostanza verrà esclusa dalla gara.

Resta inteso che:

- il recapito della busta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la stessa non giungesse a destinazione in tempo utile;
- non saranno ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato; deve essere indicato il prezzo complessivo per i lotti cui si partecipa, nonché il ribasso percentuale offerto. In caso di discordanza si considererà valido l'importo più favorevole all'Amministrazione;
- la procedura negoziata sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida, con contestuale clausola di salvaguardia, per la quale l'Azienda Ospedaliera si riserva di non disporre l'aggiudicazione definitiva, se quella stessa offerta non venga, a proprio insindacabile giudizio, riconosciuta comunque vantaggiosa;
- non si farà luogo a gara di miglioria né sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta, ad eccezione del caso di cui due o più offerte si equivarranno. In tale evenienza si procederà con le modalità previste dall'art. 77 del R.D. 23.05.1924, n. 827. In caso di miglioria le offerte migliorative non potranno essere inferiori al 1% del prezzo offerto se presente una sola delle Ditte interessate; viceversa la miglioria è senza limiti. Dette migliorie, in assenza del Legale Rappresentante, possono essere offerte da un suo incaricato munito di apposita specifica procura.

L'Azienda Ospedaliera si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Svolgimento della procedura.

Il medesimo giorno fissato per la ricezione delle offerte, alle ore 11,00, il Direttore della S.C. Appalti e Forniture o suo delegato, in seduta pubblica, riunito il seggio di gara, dopo l'esame dei plichi delle Ditte, procederà all'apertura degli stessi, verificherà la rispondenza della documentazione amministrativa rispetto a quanto richiesto dalla stazione appaltante.

Nella medesima seduta, la Commissione di gara procederà agli adempimenti di cui all'art. 48 del D.L.vo n. 163/06; selezionati, pertanto, gli afferenti da sottoporre a verifica, con il sistema del sorteggio, nella misura del 10% arrotondato all'unità superiore, si procederà all'apertura del plico contenente la documentazione probatoria di quelli sorteggiati.

Quando tale prova non sia fornita, ovvero la medesima non confermi le dichiarazioni contenute nella documentazione presentata, si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza di cui all'art. 6, comma 11 del D.L.vo n. 163/06, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.

In successive sedute, segrete, la Commissione Tecnica, valuterà la documentazione tecnica delle Ditte ammesse. Infine, in altrettanta seduta pubblica, si procederà alla lettura del verbale della Commissione Tecnica e, quindi, si procederà all'apertura delle offerte economiche e si provvederà ad aggiudicare, in via provvisoria, con il criterio del prezzo più basso, ovvero sia a favore della Ditta che avrà offerto le percentuali di ribasso più elevate rispetto alle basi d'asta. L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per la Ditta aggiudicataria, per l'Azienda lo diverrà non appena divenuta esecutiva l'apposita delibera dell'approvazione degli atti di gara.

Consegna, pagamento, penali.

La Ditta aggiudicataria dovrà consegnare le apparecchiature presso la S.C. Neonatologia con UTIN e Pediatria del P.O. Piemonte, franche di ogni spesa, in unica soluzione, entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, previo direttive impartite dal Direttore della S.C. interessata.

Le bolle di consegna dello strumentario aggiudicato dovranno obbligatoriamente contenere i seguenti dati:

luogo di consegna della merce;

protocollo e data dell'ordinativo;

La assenza di tali dati, o la mancata consegna delle bolle, potrà comportare il rifiuto di accettazione della merce, senza possibilità di reclamo da parte della Ditta, ovvero ritardo giustificato nella liquidazione delle spettanze dovute.

Il confezionamento dovrà essere curato in modo che la merce non abbia a subire danni durante il trasporto.

La merce consegnata dovrà indicare nelle specifiche etichette:

- Nome della Ditta produttrice;
- Numero del lotto e data di fabbricazione (mese/anno);
- Data di emissione.

Si evidenzia che la Ditta aggiudicataria, al momento dell'ingresso nell'Azienda Ospedaliera, sarà sottoposta al controllo di qualità e collaudo da personale della Ditta aggiudicataria, della S.C. di Neonatologia con UTIN e Pediatria e dal Servizio di Ingegneria Clinica Aziendale; quest'ultimo ha la facoltà di respingere la merce che a suo insindacabile giudizio non sia conforme a quanto richiesto. In tal caso lo stesso fornitore dovrà provvedere alla immediata sostituzione degli articoli.

La stessa aggiudicataria dovrà impegnarsi, inoltre, a fornire tutte le informazioni relative al corretto funzionamento ed all'utilizzo al personale ospedaliero incaricato all'impiego.

E' obbligatorio, in fase di collaudo produrre la seguente documentazione (in duplice copia):

- manuali d'istruzione in lingua italiana;
- resoconto delle verifiche di sicurezza elettrica;

Al fine di permettere un più efficiente ed immediato espletamento di quanto istituzionalmente di competenza del Servizio Patrimoniale dell'Azienda, con particolare riguardo alle attività di presa in carico ed inventariazione dei beni mobili di nuova acquisizione, la Ditta affidataria della fornitura dovrà emettere fattura dettagliatamente analitica, riportando sulla stessa i singoli prezzi dei prodotti che formano l'offerta.

Nel caso in cui il fornitore non evada la richiesta entro i termini fissati o non completi entro il termine la fornitura, sarà applicata una penale pari al 2% del valore della merce non fornita per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di ritardo, restando in facoltà dell'Azienda di acquistare le merci non consegnate, al libero mercato, addebitando ogni eventuale maggiore spesa alla Ditta inadempiente. Dopo tre inadempienze del fornitore, anche non consecutive, l'Azienda potrà dichiarare risolto il rapporto, con diritto al risarcimento dei danni.

L'Azienda avrà lo stesso diritto di acquisto al libero mercato e risarcitorio, nel caso in cui la merce venga rifiutata perché non rispondente ai requisiti richiesti.

Delle inadempienze in materia di consegne e di qualità delle merci fanno prova, sia in via amministrativa che in via giudiziaria, solo i processi verbali redatti dal Responsabile dell'Ufficio competente alla presenza e con la firma di due testimoni.

Data l'impossibilità di controllare tutta la merce all'atto dell'arrivo (la firma, all'atto del ricevimento della merce, indica solo una corrispondenza del numero dei colli inviati), il fornitore dovrà accettare le eventuali contestazioni sulla qualità, quantità e confezionamento dei prodotti forniti anche a distanza di tempo, cioè, quando all'atto dell'apertura dei colli, ne sarà fatto il controllo.

In caso di contestazione, per quei prodotti che dovessero risultare non conformi all'ordine è fatto obbligo al fornitore di procedere alla loro sostituzione a semplice richiesta dell'Amministrazione e senza aggravio di spese. La merce non conforme a quella richiesta verrà rifiutata e dovrà essere ritirata a cura e spese della Ditta aggiudicataria. L'esito favorevole della verifica non esonera, comunque, la Ditta fornitrice dalla garanzia, a termine di legge, per vizi occulti.

Il pagamento delle fatture avverrà entro il termine massimo di 90 giorni successivi alla data di ricevimento delle medesime presso gli Uffici dell'Azienda, a mezzo mandato da quietanzare presso il tesoriere, previa verifiche di regolarità e con riserva di richiedere ogni documento ritenuto necessario, sempre che non si verifichino contestazioni sulla fornitura e/o sulle fatture.

Un diverso sistema di pagamento dovrà essere espressamente richiesto con annotazione sulla fattura o a mezzo apposita comunicazione da inviare alla S.C. Gestione Risorse Economiche dell'Azienda, in tempo utile.

I termini di pagamento, come sopra indicati, saranno automaticamente sospesi nel caso dovessero verificarsi contestazioni o irregolarità nella fornitura e/o nella fatturazione, sino alla eliminazione delle condizioni ostative all'effettuazione del pagamento stesso.

Le fatture, con specificato il numero di delibera di affidamento ed il relativo ordine di fornitura della S.C. Appalti e Forniture, dovranno essere emesse dopo la consegna effettuata a saldo dello stesso ordine, pertanto, nel caso in cui l'ordine ricevuto non venisse evaso integralmente, la Ditta non potrà emettere fattura a saldo dello stesso ordine, pertanto, nel caso in cui gli ordini ricevuti venissero evasi integralmente, la Ditta non potrà emettere fatture a saldo delle forniture parziali eseguite. In tale ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi e decorreranno solo dalla data della completa evasione dell'ordine ricevuto. La data di ricevimento delle fatture è quella apposta dal Protocollo dell'Amministrazione.

La data di pagamento delle fatture è quella in cui il Tesoriere riceve il relativo mandato di pagamento.

Per ottenere il rimborso delle spese, la rifusione dei danni e l'assolvimento delle penali, l'Azienda può rivalersi, ove se ne verificasse l'ipotesi, mediante corrispondente trattenuta sui crediti a qualsiasi titolo vantati dalla Ditta, oltre che sul deposito cauzionale prestato a garanzia della corretta esecuzione del contratto, salvo in ogni caso, il diritto al risarcimento dei maggiori danni. In tal caso, detta cauzione, ove proseguisse il rapporto, dovrà essere prontamente ricostituita.

Documentazione richiesta alla Ditta aggiudicataria.

- 1) presentazione del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. attestante l'abilitazione per l'attività oggetto della gara;
- 2) deposito cauzionale da costituirsi con le modalità di cui all'art. 113 del D. L.vo n. 163/06 e ss.mm.ii., sotto forma di fidejussione bancaria o polizza assicurativa da parte di Istituti o Società autorizzati dalla Legge a tale forma di emissione; la fidejussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, essa dovrà avere validità pari alla durata dell'appalto, tacitamente ed automaticamente rinnovabile sino all'emissione di lettera liberatoria dell'Azienda. Nessun interesse è dovuto sulla somma costituente il deposito cauzionale.

Stipula del Contratto.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, ivi compresi la registrazione e gli oneri derivanti dall'applicazione della normativa sul bollo, e le copie saranno a carico della Ditta appaltatrice. La Ditta assuntrice elegge il proprio domicilio a tutti gli effetti di Legge nel Comune di Messina. Per ogni controversia è competente il Foro di Messina.

La Ditta aggiudicataria dovrà procedere, a proprie spese, alla registrazione del contratto entro 15 giorni dalla consegna del medesimo da parte dell'ufficio competente.

Responsabile Unico del Procedimento.

Ai sensi dell'art. 10, comma 8 del D.L.vo n. 163/06, si riporta il nominativo del Responsabile Unico del procedimento: Sig. Vincenzo Russo, recapito telefonico n. 090/3992908, e-mail: vincenzorusso@aorpapardopiemonte.it; il medesimo, ai sensi dell'art. 119 del predetto Decreto rivestirà, nella fase esecutiva del contratto, il ruolo di Direttore per la corretta esecuzione del medesimo.

Si rende noto che, stante l'urgenza di acquisire la fornitura di che trattasi l'avviso della presente procedura negoziata viene pubblicato all'Albo Pretorio dell'A.O. e sul sito internet: www.aorpapardopiemonte.it alla voce "bandi di gara" di quest'Azienda Ospedaliera, al fine di consentire la partecipazione alla presente procedura, agli operatori economici che in tal modo ne verranno a conoscenza.

Successivamente all'approvazione degli atti di gara, gli esiti della stessa saranno pubblicati sul sito di questa Azienda alla voce "bandi di gara" "risultanze di gara".

Il Direttore della S.C. Appalti, Forniture e Servizi Economici
Dott.ssa Elvira Amata

MODELLO OFFERTA ECONOMICA

LOTTO 1

base d'asta: €. 44.000,00, oltre IVA

CIG n. 0586073ABA

N. 2 VENTILATORI PER VENTILAZIONE NEONATALE CONVENZIONALE

DESCRIZIONI E CARATTERISTICHE GENERALI

- ventilatore neonatale, adatto sia per neonati pretermine che per neonati a termine, che dovrà poter effettuare le seguenti modalità di ventilazione: CPAP con Backup, IMV, IPPV;
- SIMV, assistita-controllata/SIPPV con trigger di flusso con pneumotacografo e trigger di pressione;
- PSV (ventilazione a supporto di pressione) con VG (volume garantito);
- dovranno consentire la monitorizzazione integrata dei seguenti parametri: pressione di picco inspiratorio; pressione media delle vie aeree; PEEP/CPAP; volume minuto e volume corrente; frequenza respiratoria; rapporto I:E; % perdite; FiO2; temperatura dei gas; compliance dinamica; resistenze delle vie aeree; onde di pressione, volume e flusso; loops respiratori (Pressione-volume, Pressione-flusso, Volume-flusso);
- dovranno essere forniti di: schermo a colori ad alta risoluzione, umidificatore di tipo servocontrollato, n. 2 set di circuito paziente, possibilmente di tipo servocontrollato, n. 2 set di circuito paziente, possibilmente di tipo riutilizzabile, predisposizione per aerosolterapia, carrello.

COSTO UNITARIO €. _____ (cifre)

€. _____ (lettere)

COSTO GLOBALE DEL LOTTO €. _____ (cifre)

€. _____ (lettere)

Percentuale di sconto sul prezzo a base d'asta _____ % (cifre)

Percentuale di sconto sul prezzo a base d'asta
_____ % (lettere)

IVA _____ %

LOTTO 2

base d'asta: €. 27.000,00, oltre IVA

CIG n. 05861309C4

N. 1 VENTILATORE PER VENTILAZIONE OSCILLATORIA (HFOV)**DESCRIZIONI E CARATTERISTICHE GENERALI**

Dovrà consentire la ventilazione dei neonati di peso >3000 gr.

Il ventilatore deve essere dotato di:

- regolazione manuale dei seguenti parametri: ampiezza dell'onda pressoria in oscillazione; frequenza respiratoria da 3 a 15 Hz; FiO2; rapporto I:E; MAP;
- sistema di monitoraggio di DCO2 e del volume corrente;
- sensore di flusso sterilizzabile in autoclave;
- umidificatore servocontrollato;
- allarmi;

Dovrà essere fornito di monitor a colori ad alta risoluzione, n. 2 set di circuiti completi, possibilmente di tipo riutilizzabile, carrello.

COSTO GLOBALE DEL LOTTO €. _____ (cifre)

€. _____ (lettere)

Percentuale di sconto sul prezzo a base d'asta _____ % (cifre)

Percentuale di sconto sul prezzo a base d'asta
_____ % (lettere)

IVA _____ %

LOTTO 3

base d'asta: €. 10.000,00, oltre IVA

CIG n. 058620794F

N. 1 VENTILATORE PER VENTILAZIONE NON INVASIVA**DESCRIZIONI E CARATTERISTICHE GENERALI**

Dovrà effettuare le modalità di ventilazione con nasocannula a flusso sincronizzato come la nSIPPV e la nSIMV, oltre alla più comune nCPAP con backup.

Il ventilatore dovrà essere dotato di:

- sistema elettronico che consenta di calcolare le perdite intrinseche e di eseguire la corretta impostazione del livello di sincronismo necessario per rivelare l'attività spontanea del paziente;
- quadro comandi per l'impostazione dei vari parametri;
- sistema di controllo del flusso;
- un completo range di allarmi;
- umidificatore servocontrollato;
- monitor a colori su cui vengono visualizzati: ampiezza dell'onda pressoria in oscillazione, modalità di ventilazione, Pmax e PEEP, allarmi di pressione High e Low, TI e Te, F mec e F resp, FiO2, Trigger level, grafico pressorio e grafico flusso, linea di intervento del trigger;
- l'apparecchiatura dovrà essere dotata di n. 2 set di circuito paziente, possibilmente di tipo riutilizzabile e di carrello.

COSTO GLOBALE DEL LOTTO €. _____ (cifre)

€. _____ (lettere)

Percentuale di sconto sul prezzo a base d'asta _____ % (cifre)

Percentuale di sconto sul prezzo a base d'asta
_____ % (lettere)

IVA _____ %

LOTTO 4

base d'asta: €. 2.800,00, oltre IVA

CIG n. 058622582A

N. 4 CELLE DI HOOD DI VARIE DIMENSIONI**DESCRIZIONI E CARATTERISTICHE GENERALI**

Cappette per ossigenoterapia in plexiglass trasparente, di cui due per neonati di peso <1500 gr., una per neonati di peso >2500 gr..

Dovranno essere dotate di :

- arco per il passaggio del collo del neonato;
- portatubo per immissione ossigeno;
- coperchio rimovibile per accedere facilmente al neonato.

COSTO UNITARIO €. _____ (cifre)

€. _____ (lettere)

COSTO GLOBALE DEL LOTTO €. _____ (cifre)

€. _____ (lettere)

Percentuale di sconto sul prezzo a base d'asta _____ % (cifre)

Percentuale di sconto sul prezzo a base d'asta
_____ % (lettere)

IVA _____ %

LOTTO 5

base d'asta: €. 19.500,00, oltre IVA

CIG n. 0586250CCA

N. 3 MONITOR MULTIPARAMETRICI

DESCRIZIONI E CARATTERISTICHE GENERALI

I monitor multiparametrici dovranno consentire a rilevazione almeno dei seguenti parametri:

- ECG;
- frequenza respiratoria;
- SPO2;
- pressione arteriosa non invasiva;
- temperatura;

Dovranno essere dotati anche di:

- schermo a colori di almeno 10" ad alta risoluzione;
- trend grafici di tutti i parametri;
- visualizzazione ampia dei caratteri;
- possibilità di batteria al litio.

COSTO UNITARIO €. _____ (cifre)

€. _____ (lettere)

COSTO GLOBALE DEL LOTTO €. _____ (cifre)

€. _____ (lettere)

Percentuale di sconto sul prezzo a base d'asta _____ % (cifre)

Percentuale di sconto sul prezzo a base d'asta
_____ % (lettere)

IVA _____ %

LOTTO 6

base d'asta: €. 12.500,00, oltre IVA

CIG n. 0586283807

N. 1 APPARECCHIO PER EMOGASANALISI

DESCRIZIONI E CARATTERISTICHE GENERALI

Sistema completamente automatico per la misurazione diretta con un unico campionamento dei seguenti parametri: pH, pO₂, pCO₂, HCO₃, BE, Na⁺, K⁺, Ca⁺, lattato, Hb, Ht, glicemia, AaDO₂, (differenza alveolo-arteriosa), a/A (rapporto alveolo-arteria).

Volume del campione per tutti i parametri non superiore a 200 ul e 100 ul, con funzione micrometodo in automatico per tutti i parametri richiesti. Sportello di ingresso totalmente automatizzato con aspirazione automatica del campione da siringa e da capillare. Sistema di rilevazione nel campione della presenza di bolle d'aria.

Monitor a colori di ultima generazione di ampie dimensioni per la gestione dello strumento.

Calibrazioni completamente automatiche con cruce di gas a titolo noto con possibilità di interruzione in caso di esame urgente.

Tempo di fermo macchina dovuto alle calibrazioni non superiore a 60minuti nelle 24 ore.

Memorizzazione di tutti i parametri misurati e di tutte le calibrazioni.

Stampante termica incorporata per la stampa su unico referto di tutti i parametri.

COSTO GLOBALE DEL LOTTO €. _____ (cifre)

€. _____ (lettere)

Percentuale di sconto sul prezzo a base d'asta _____ % (cifre)

Percentuale di sconto sul prezzo a base d'asta
_____ % (lettere)

IVA _____ %

LOTTO 7

base d'asta: €. 6.500,00, oltre IVA

CIG n. 0586306B01

N. 1 CAPP A CON FONTE DI LUCE STERILIZZANTE

DESCRIZIONI E CARATTERISTICHE GENERALI

Cappa a flusso laminare possibilmente verticale o misto, in "classe 100", dotata di filtri HEPA idonea per la preparazione sterile delle sacche di nutrizione parenterale neonatale. Dovrà garantire buone condizioni di pulizia dell'aria con basso grado di contaminazione particellare.

COSTO GLOBALE DEL LOTTO €. _____ (cifre)

€. _____ (lettere)

Percentuale di sconto sul prezzo a base d'asta _____ % (cifre)

Percentuale di sconto sul prezzo a base d'asta _____ % (lettere)

IVA _____ %

LOTTO 8

base d'asta: €. 9.200,00, oltre IVA

CIG n. 05863428B7

N. 4 POMPE VOLUMETRICHE**DESCRIZIONI E CARATTERISTICHE GENERALI**

Pompe volumetriche di ultima generazione, facile da usare ed impostare.

Dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- velocità (micro-macro) da 1-99 ml/h con incrementi di 0,1 ml/h e da 100-999 ml/h con incrementi di 1 ml/h;
- totale volume da infondere 1.999 ml;
- accuratezza volumetrica +/- 5%;
- funzione volume tempo;
- riempimento automatico del set;
- flow-stop per protezione da flussi incontrollati;
- velocità di bolo programmabile;
- morsetto girevole per aggancio a stativi o barre orizzontali;
- allarmi chiari e ben visibili: malfunzionamento interno, mancata convalida dell'impostazione, occlusione con preallarme, aria nel sistema, fine infusione, batteria scarica con preallarme;
- alimentazione a rete e batteria, con autonomia di almeno 4 ore e tempo di ricarica breve;
- peso intorno a kg. 1,5, maneggevole e di facile trasportabilità, con maniglia incorporata.

COSTO UNITARIO €. _____ (cifre)

€. _____ (lettere)

COSTO GLOBALE DEL LOTTO €. _____ (cifre)

€. _____ (lettere)

Percentuale di sconto sul prezzo a base d'asta _____ % (cifre)

Percentuale di sconto sul prezzo a base d'asta
_____ % (lettere)

IVA _____ %

LOTTO 9

base d'asta: €. 2.300,00, oltre IVA

CIG n. 0586367D57

N. 1 POMPA PER INFUSIONE DI EMODERIVATI

DESCRIZIONI E CARATTERISTICHE GENERALI

L'attrezzatura con le stesse caratteristiche delle pompe volumetriche di cui al lotto n. 8, dovrà consentire in assoluta sicurezza l'infusione di emoderivati, senza determinare lisi cellulare.

COSTO GLOBALE DEL LOTTO €. _____ (cifre)

€. _____ (lettere)

Percentuale di sconto sul prezzo a base d'asta _____ % (cifre)

Percentuale di sconto sul prezzo a base d'asta _____ % (lettere)

IVA _____ %

LOTTO 10

base d'asta: € 3.000,00, oltre IVA

CIG n. 0586388EAB

N. 2 POMPE A SIRINGA

DESCRIZIONI E CARATTERISTICHE GENERALI

- possibilità di utilizzo di siringa da 5 a 50 ml.;
- velocità di infusione programmabile da 0,1 fino ad almeno 1000 ml/h;
- incremento impostabile di 0,1 ml/h;
- volume infuso da 0,1 fino ad almeno 999 ml.;
- velocità di bolo impostabile;
- possibilità di variare la velocità di infusione in corsa senza bisogno di fermare la stessa;
- segnalazione del tempo residuo alla fine dell'infusione;
- allarmi chiari e ben visibili: malfunzionamento della siringa, mancata convalida dell'impostazione, occlusione con preallarme, fine infusione, batteria scarica con preallarme;
- alimentazione a rete e batteria, con autonomia di almeno 4 ore e tempo di ricarica breve;
- peso contenuto.

COSTO UNITARIO € _____ (cifre)

€ _____ (lettere)

COSTO GLOBALE DEL LOTTO € _____ (cifre)

€ _____ (lettere)

Percentuale di sconto sul prezzo a base d'asta _____ % (cifre)

Percentuale di sconto sul prezzo a base d'asta
_____ % (lettere)

IVA _____ %

LOTTO 11

base d'asta: €. 10.000,00, oltre IVA

CIG n. 05864111AA

N. 1 INCUBATRICE

DESCRIZIONI E CARATTERISTICHE GENERALI

- incubatrice per terapia intensiva, composta da campana e basamento stampati in unico pezzo e realizzati in polycarbonato (materiale infrangibile, ignifugo ed atossico) senza la necessità della doppia campana;
- la campana deve essere priva di angoli e spigoli, deve essere munita di sei oblò con sportelli e di manicotti per evitare perdite di calore;
- deve essere dotata di sportelli (anteriore e posteriore) con chiusura di sicurezza, e di adeguati fori per il passaggio di tubi e cavi;
- il basamento deve avere un dispositivo per regolare l'inclinazione del vassoio paziente nelle posizioni di Trendelenburg e Fowler; lo stesso vassoio porta paziente deve essere estraibile e dotato di dispositivo di sicurezza per effettuare comodamente operazioni sul paziente senza rischi di ribaltamento;
- il quadro comandi deve garantire una perfetta tenuta stagna e permettere la regolazione ed impostazione dei vari parametri, gestibili anche a sportello aperto;

Il quadro comandi dovrà consentire di gestire:

- servocontrollo e monitoraggio della temperatura dell'aria, con allarmi audiovisivi di min e max;
- servocontrollo e monitoraggio della temperatura del bambino, con allarmi audiovisivi di min e max;
- controllo temperatura cutanea periferica;
- servocontrollo e monitoraggio della concentrazione di umidità, con allarmi audiovisivi di min e max;
- servocontrollo e monitoraggio della concentrazione di ossigeno, predisposto anche per il servocontrollo in cappa, con allarmi audiovisivi di min e max;
- visualizzazione della percentuale del riscaldamento erogato;
- monitoraggio integrato della saturazione di ossigeno e della frequenza cardiaca, con allarmi di min e max;

L'incubatrice dovrà essere dotata dei seguenti ulteriori sistemi di sicurezza:

- sistema di allarme audiovisivo che interviene in caso di alta temperatura anche causata da fonti esterne;
- limitazione della temperatura dell'aria;
- dispositivo di memoria per il mantenimento dei dati impostati in caso di assenza rete;
- tasto chiave per effettuare le regolazioni da impostare ed evitare di modificarle inavvertitamente;

L'incubatrice dovrà essere dotata dei seguenti accessori:

- piano Rx;
- asta flebo;
- carrello ad altezza fissa, piroettante su quattro ruote di cui almeno due munite di freno;
- bilancia.

COSTO GLOBALE DEL LOTTO €. _____ (cifre)

€. _____ (lettere)

Percentuale di sconto sul prezzo a base d'asta _____ % (cifre)

Percentuale di sconto sul prezzo a base d'asta
_____ % (lettere)

IVA _____ %

www.AlboPretorionline.it 29/1/10