

## ALLEGATO A

### "Caratteristiche tecniche minime"

Nr.	CARATTERISTICA RICHIESTA	Indicare il possesso della caratteristica richiesta (si/no)	Descrivere e specificare le caratteristiche richieste per l'apparecchiatura / dispositivo proposta	Casella dove la ditta deve inserire nonché motivare le eventuali equivalenze, modifiche e/o integrazioni del capitolato tecnico che intende proporre
	COLONNA con le seguenti caratteristiche:			
1.	Colonna interamente realizzata in acciaio inox			
2.	Con base mobile dotata di trasformatore per ricarica batterie e cavo di collegamento a rete			
3.	Base di spessore minimo			
4.	La colonna deve consentire le seguenti movimentazioni elettriche del piano operatorio: -Altezza minima non superiore a 650mm, cuscini esclusi -Altezza massima non inferiore a 1150 mm, cuscini esclusi -Trendelenburg/ antitrendelenburg non inferiore a +/- 55° -Inclinazione laterale destra/sinistra non inferiore a +/- 35°			
5.	Pannello di comando integrato sulla colonna (senza cavo di collegamento esterno) con display a colori per visualizzare movimenti, allarmi, modalità e protocolli di lavoro.			
6.	La colonna deve essere predisposta per consentire trasferimenti dei piani operatori preferibilmente dai 4 lati (testa/piedi/dx/sx) con riconoscimento automatico dell'orientamento			
7.	Sistema per la movimentazione della colonna con ruotini integrati nella base e carrellino ausiliario			



Nr.	CARATTERISTICA RICHIESTA	Indicare il possesso della caratteristica richiesta (si/no)	Descrivere e specificare le caratteristiche richieste per l'apparecchiatura / dispositivo proposta	Casella dove la ditta deve inserire nonché motivare le eventuali equivalenze, modifiche e/o integrazioni del capitolato tecnico che intende proporre
	<b>PIANO OPERATORIO MODULARE</b> con le seguenti caratteristiche:			
1.	Piano universale modulare con telaio in acciaio inox e con cuscini radiotrasparenti			
2.	Dotato di sistema anticollisione delle sezioni			
3.	Le sezioni testa a doppio snodo, schiena superiore ed inferiore, gambe in 4 parti devono tutte essere staccabili, lasciando sulla colonna la sola sezione bacino.			
4.	Possibilità di agganciare la sezione testa direttamente sulla sezione centrale, al posato della sezione schiena			
5.	Il piano deve avere le seguenti movimentazioni elettriche: -Inclinazione motorizzata schiena alto/basso almeno + 90°/-50° -Inclinazione motorizzata gambe alto/basso almeno +/- 90° indipendentemente destra, sinistra, insieme			
6.	Traslazione motorizzata longitudinale del piano operatorio almeno 400mm			
7.	Possibilità di montare le sezioni gambe da entrambi i lati del piano in modo da garantire la piena modularietà e l'inversione.			
8.	Sezione gambe in 4 parti, con apertura manuale a compasso			
9.	Sistema dotato di un telecomando wireless retroilluminato dotato di display touch a colori, con carica batterie, utilizzabile anche per salvare e richiamare da memoria almeno 30 posizioni impostate dall'operatore.			
10.	Capacità di carico non inferiore a 450Kg			



Nr.	CARATTERISTICA RICHIESTA	Indicare il possesso della caratteristica richiesta (si/no)	Descrivere e specificare le caratteristiche richieste per l'apparecchiatura / dispositivo proposta	Casella dove la ditta deve inserire nonché motivare le eventuali equivalenze, modifiche e/o integrazioni del capitolato tecnico che intende proporre
	<b>CARRELLO</b> con le seguenti caratteristiche:			
1.	Carrello per il prelievo dell'intero sistema o del piano operatorio interamente realizzato in acciaio inox			
2.	dotato di sistema frenante sulle 4 ruote piroettanti			
3.	Dotato di quinta ruota con azionamento a pedale			
4.	Prelievo dei piani in modalità automatica/semi-automatica/manuale a scelta dell'operatore			

Nr.	CARATTERISTICA RICHIESTA	Indicare il possesso della caratteristica richiesta (si/no)	Descrivere e specificare le caratteristiche richieste per l'apparecchiatura / dispositivo proposta	Casella dove la ditta deve inserire nonché motivare le eventuali equivalenze, modifiche e/o integrazioni del capitolato tecnico che intende proporre
	<b>ACCESSORI</b> richiesti per Chirurgia Generale:			
	2 reggibraccio su sfera			
	1 reggitelo			
	1 fermapolso			
	1 fascia fermacorpo			
	2 fasce fermagambe			
	2 appoggi laterali per decubito laterale			
	1 reggibraccio per decubito laterale			
	1 coppia di poggipiedi			
	1 carrello portaccessori			
	2 reggicosce			



Nr.	CARATTERISTICA RICHIESTA	Indicare il possesso della caratteristica richiesta (si/no)	Descrivere e specificare le caratteristiche richieste per l'apparecchiatura / dispositivo proposta	Casella dove la ditta deve inserire nonché motivare le eventuali equivalenze, modifiche e/o integrazioni del capitolato tecnico che intende proporre
	<b>ACCESSORI richiesti per Ortopedia e Traumatologia:</b>			
1.	2 reggibraccio su sfera			
2.	1 reggitelo			
3.	2 fermapolso			
4.	2 fascia fermacorpo			
5.	1 gruppo trazione arti inferiori dx/sx, completo di sezione bacino radiotrasparente e con motorizzazione per la regolarizzazione dell'altezza dell'anca, doppia barra per trazione in acciaio, reggi cosce per gamba sana, contro trazione, stivaletti, due sezioni appoggio gambe indipendenti, segmenti laterali asportabili, dinamometri per trazione con doppio snodo a 360°			
6.	1 dispositivo creste iliache e sacrale per protesi anca in decubito laterale			
7.	1 reggibraccio per decubito laterale			
8.	1 schienalòe multi segmento per chirurgia della spalla con calotta reggitesta a caschetto			
9.	1 dispositivo per artroscopia del ginocchio			
10.	1 tavolino chirurgia della mano			
11.	1 carrello portaccessori			
12.	1 carrello porta trazione in acciaio			
13.	1 carrello porta schienale per chirurgia della spalla			